



Poznań, dnia 11.03.2025 roku

Oznaczenie sprawy: TP-14/25

**Uczestnicy postępowania
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę aparatury medycznej wraz z montażem i szkoleniem**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W związku z otrzymanymi zapytaniem dotyczącymi treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r - Prawo zamówień publicznych poniżej zamieszcza treść zapytań wraz z odpowiedziami:

CZĘŚĆ NR 5
CIEPLARKA – 1 szt.

Pkt. 8 Prosimy o dopuszczenie pojemności komory roboczej: max 2 x 35l netto (2 x 77l brutto)
Odp. Zamawiający dopuszcza do złożenia oferty.

Pkt. 9 i 12 Prosimy o dopuszczenie temperatury wnętrza komory: 28 - 70 °C (Dwa zakresy: I 28 - 41 °C, II 42 -70 °C) co 0,5 °C
Odp. Zamawiający dopuszcza do złożenia oferty.

Pkt. 11 Prosimy o dopuszczenie urządzenie cały czas wskazującego temperaturę rzeczywistą, zadana temperatura pojawia się na wyświetlaczu w momencie zmiany strzałkami góra/dół.
Odp. Zamawiający dopuszcza od złożenia oferty.

Pkt. 14 Prosimy o dopuszczenie komory o wymiarach: 450 mm x940 mmx 715 mm
Odp. Zamawiający dopuszcza do złożenia oferty.

