

DZP/194/IM/2025

Tychy, 28.03.2025r.

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

**Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:
USŁUGA WYKONYWANIA POGWARANCYJNYCH PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH, DIAGNOSTYK I
NAPRAW SPRZĘTU MEDYCZNEGO W MEGREZ SP. Z O.O. Nr postępowania: 8/25/ZP/PN**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1

Dotyczy Pakietu nr 8

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z pakietu pozycji nr 2,3,4 – Inkubatory ATOM jako odrębnego zadania? Obecny zapis w/w zadania uniemożliwia nam złożenie oferty, gdyż zawiera urządzenia różnych producentów, na których serwisowanie firma nasza nie posiada autoryzacji oraz szkoleń wydanych przez firmy - producentów aparatury wymienionych w pozostałych pozycjach.

Dotychczasowy zapis SWZ nakładający wymóg złożenia oferty na całość postępowania, powoduje sztuczne podwyższenie cen, zmuszając Oferentów do zawierania konsorcjów oraz subdystrybucji produktów, których asortyment pokrywa różnorodne dziedziny terapii i diagnostyki medycznej.

Podział przetargu na w/w zadania, zapewni Zamawiającemu udział w przetargu bezpośrednich importerów części zamiennych i autoryzowanych serwisów producenckich, bez udziału podwykonawców i pośredników, jednocześnie gwarantując:

- uzyskanie niższych cen, zezwalając na konkurencję cenową szerszemu gronu oferentów,
- oszczędne i efektywne wydatkowanie środków publicznych:
 - a). art. 44 ustawy o finansach publicznych,
 - b). ustawa PZP Dz.U. z 2007r. nr 223, poz. 1655 ze zm.,
 - c). druk sejmowy Nr 2218.
- gwarancję oraz serwis autoryzowanego przedstawiciela,
- terminową realizację umowy,
- konkurencyjność przy wyborze wykonawców, niedyskryminacyjny opis przedmiotu zamówienia oraz równy dostęp wykonawców


Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

MEGREZ Sp. z o.o.

Ul. Edukacji 102, 43-100 Tychy, Tel. +48 32 32 55 171, fax. +48 32 32 55 284, e-mail: sekretariat@szpitalmegrez.pl, NIP 634 267 03 10, REGON 240872286, KRS 0000302837 MEGREZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy w wysokości 139 166 100,00 zł





Pytanie nr 2

Dotyczy Pakietu nr 10

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z pakietu pozycji nr 5,6,7,8 – lampy ATOM jako odrębnego zadania? Obecny zapis w/w zadania uniemożliwia nam złożenie oferty, gdyż zawiera urządzenia różnych producentów, na których serwisowanie firma nasza nie posiada autoryzacji oraz szkoleń wydanych przez firmy - producentów aparatury wymienionych w pozostałych pozycjach.

Dotychczasowy zapis SWZ nakładający wymóg złożenia oferty na całość postępowania, powoduje sztuczne podwyższenie cen, zmuszając Oferentów do zawierania konsorcjów oraz subdystrybucji produktów, których asortyment pokrywa różnorodne dziedziny terapii i diagnostyki medycznej.

Podział przetargu na w/w zadania, zapewni Zamawiającemu udział w przetargu bezpośrednich importerów części zamiennych i autoryzowanych serwisów producenckich, bez udziału podwykonawców i pośredników, jednocześnie gwarantując:

- uzyskanie niższych cen, zezwalając na konkurencję cenową szerszemu gronu oferentów,
- oszczędne i efektywne wydatkowanie środków publicznych:
 - a). art. 44 ustawy o finansach publicznych,
 - b). ustawa PZP Dz.U. z 2007r. nr 223, poz. 1655 ze zm.,
 - c). druk sejmowy Nr 2218.
- gwarancję oraz serwis autoryzowanego przedstawiciela,
- terminową realizację umowy,
- konkurencyjność przy wyborze wykonawców, niedyskryminacyjny opis przedmiotu zamówienia oraz równy dostęp wykonawców

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 3

Dotyczy Pakietu nr 17

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z pakietu pozycji nr 18 – Infant Flow SiPAP jako odrębnego zadania? Obecny zapis w/w zadania uniemożliwia nam złożenie oferty, gdyż zawiera urządzenia różnych producentów, na których serwisowanie firma nasza nie posiada autoryzacji oraz szkoleń wydanych przez firmy - producentów aparatury wymienionych w pozostałych pozycjach.

Dotychczasowy zapis SWZ nakładający wymóg złożenia oferty na całość postępowania, powoduje sztuczne podwyższenie cen, zmuszając Oferentów do zawierania konsorcjów oraz subdystrybucji produktów, których asortyment pokrywa różnorodne dziedziny terapii i diagnostyki medycznej.


Podział przetargu na w/w zadania, zapewni Zamawiającemu udział w przetargu bezpośrednich importerów części zamiennych i autoryzowanych serwisów producenckich, bez udziału podwykonawców i pośredników, jednocześnie gwarantując:

- uzyskanie niższych cen, zezwalając na konkurencję cenową szerszemu gronu oferentów,
- oszczędne i efektywne wydatkowanie środków publicznych:
 - a) art. 44 ustawy o finansach publicznych,
 - b) ustawa PZP Dz.U. z 2007r. nr 223, poz. 1655 ze zm.,

MEGREZ Sp. z o.o.

Ul. Edukacji 102, 43-100 Tychy, Tel. +48 32 32 55 171, fax. +48 32 32 55 284, e-mail: sekretariat@szpitalmegrez.pl, NIP 634 267 03 10, REGON 240872286, KRS 0000302837 MEGREZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy w wysokości 139 166 100,00 zł





c) druk sejmowy Nr 2218.

- gwarancję oraz serwis autoryzowanego przedstawiciela,
- terminową realizację umowy,
- konkurencyjność przy wyborze wykonawców, niedyskryminacyjny opis przedmiotu zamówienia oraz równy dostęp wykonawców

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 4

Dotyczy Pakietu nr 21

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z pakietu pozycji nr 14 – inkubator ATOM jako odrębnego zadania? Obecny zapis w/w zadania uniemożliwia nam złożenie oferty, gdyż zawiera urządzenia różnych producentów, na których serwisowanie firma nasza nie posiada autoryzacji oraz szkoleń wydanych przez firmy - producentów aparatury wymienionych w pozostałych pozycjach.

Dotychczasowy zapis SWZ nakładający wymóg złożenia oferty na całość postępowania, powoduje sztuczne podwyższenie cen, zmuszając Oferentów do zawierania konsorcjów oraz subdystrybucji produktów, których asortyment pokrywa różnorodne dziedziny terapii i diagnostyki medycznej.

Podział przetargu na w/w zadania, zapewni Zamawiającemu udział w przetargu bezpośrednich importerów części zamiennych i autoryzowanych serwisów producenckich, bez udziału podwykonawców i pośredników, jednocześnie gwarantując:

- uzyskanie niższych cen, zezwalając na konkurencję cenową szerszemu gronu oferentów,
- oszczędne i efektywne wydatkowanie środków publicznych:

- a). art. 44 ustawy o finansach publicznych,
- b). ustawa PZP Dz.U. z 2007r. nr 223, poz. 1655 ze zm.,
- c). druk sejmowy Nr 2218.

- gwarancję oraz serwis autoryzowanego przedstawiciela,
- terminową realizację umowy,
- konkurencyjność przy wyborze wykonawców, niedyskryminacyjny opis przedmiotu zamówienia oraz równy dostęp wykonawców

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 5


Dotyczy pakietu nr 27, pozycji od 11 do 13 (Zmotoryzowana szyny CPM do ćwiczeń biernych ARTROMOT®):

Czy Zamawiający w trosce o umożliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej usługi przeglądu i naprawy specyficznej grupy szyn ortopedycznych CPM -Artromot, odróżniającej się znacząco od pozostałych przedmiotów zamówienia pod względem zastosowania terapeutycznego, poziomu technologicznego, oprogramowania, warunków certyfikacyjnych, rejestracyjnych, stawki vat oraz co w tej kwestii najistotniejsze opieki serwisowej, instalacji, szkolenia personelu, przeglądów, napraw i konserwacji wymaganych zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych wyodrębni z pakietu nr 27 urządzenia z pozycji od 11 do 13 (Zmotoryzowana szyny CPM do ćwiczeń biernych ARTROMOT®) w formie oddzielnego pakietu? Dzięki takiemu rozwiązaniu Zamawiający będzie miał szansę na wybór takiego Wykonawcy, który zrealizuje usługę naprawy rzetelnie, profesjonalnie.

MEGREZ Sp. z o.o.

Ul. Edukacji 102, 43-100 Tychy, Tel. +48 32 32 55 171, fax. +48 32 32 55 284, e-mail: sekretariat@szpitalmegrez.pl, NIP 634 267 03 10, REGON 240872286, KRS 0000302837 MEGREZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy w wysokości 139 166 100,00 zł





Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 6

Dotyczy Pakietu nr 43 pozycja 4 i 5.

W związku iż jesteśmy jedynym dystrybutorem oraz serwisem urządzeń HemoCue w Polsce, tak skonstruowany pakiet 43 uniemożliwia złożenie oferty na całość przedmiotu zamówienia. W związku z tym zwracam się z prośbą o zmianę zapisu SWZ III Opis przedmiotu Zamówienia punkt 12:

„Zamówienie składa się z 48 pakietów (części). Pakiet musi być wyceniony w całości. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w pakiecie zostaną odrzucone.”

Na zapis:

Zamówienie składa się z 48 pakietów (części). Pakiet musi być wyceniony w całości (oprócz pakietu 43 – Zamawiający zezwala na wycenę poszczególnych pozycji osobno) . Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w pakiecie zostaną odrzucone.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 7

Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ- Formularz asortymentowo – cenowy, Pakiet 32 Poz. 3

Czy Zamawiający z uwagi niejednorodny charakter produktów wymienionych w wykazie urządzeń medycznych, wydzieli do oddzielnego zadania Elektromiograf EMG firmy NEUROSOFT?

Informujemy, iż aparaty EEG DigiTrack są wyrobami medycznymi klasy IIa i podlegają zapisom ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. Zgodnie z art. 90 mówiącym o "Używaniu i utrzymywaniu wyrobów" Producent firma ELMIKO BIOSIGNALS SP. Z O.O. podaje w instrukcji obsługi, że:

"Elektroencefalograf EEG DigiTrack należy poddawać okresowej kontroli stanu technicznego oraz kalibracji.

Zaleca się przeprowadzenie kontroli nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy. Czynności te mogą być przeprowadzane wyłącznie przez autoryzowany serwis producenta. Nie przeprowadzenie okresowej kontroli grozi pogorszeniem jakości rejestrowanego sygnału EEG oraz może spowodować zagrożenie dla zdrowia pacjenta"

Mając na uwadze bezpieczeństwo pacjentów, przeglądy powinny być zatem wykonywane regularnie przez przeszkolony personel. Każdy Klient otrzymuje informacje o serwisie gwarancyjnym i pogwarancyjnym w karcie gwarancyjnej, mówiącej m.in. że „Wszystkie czynności serwisowe oraz przeglądy okresowe mogą być dokonywane wyłącznie przez autoryzowany serwis ELMIKO.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 8


Dotyczy zapisów umowy § 8 ust 3- część 16 i 34

Celem miarkowania kar prosimy o zmianę wysokości kary z 5% na 0,5% wartości netto danego pakietu, którego zwłoka dotyczy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. Kary mają na celu dyscyplinowanie Wykonawcy. Kara w wysokości 5% za każdy dzień zwłoki (§4 ust. 9) (§4 ust. 10) (§4 ust. 9 lub ust. 10) (§7 ust. 4) jest zbyt wygórowana w stosunku do ewentualnego uchybienia i może być czasem przyczyną związaną z problemami dostaw części

MEGREZ Sp. z o.o.

Ul. Edukacji 102, 43-100 Tychy, Tel. +48 32 32 55 171, fax. +48 32 32 55 284, e-mail: sekretariat@szpitalmegrez.pl, NIP 634 267 03 10, REGON 240872286, KRS 0000302837 MEGREZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy w wysokości 139 166 100,00 zł





zamiennych od producenta. W niektórych pakietach taka kara może sięgać ponad 10 tyś lub 20 tyś za dzień zwłoki w przypadku każdego uchybienia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 9

Dotyczy wzoru umowy § 8 ust 7- część 16 i 34

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie łącznej maksymalnej wysokości kar umownych do 20 % ceny netto umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 10

Uprzejmie proszę o wyjaśnienie, czy Zamawiający odstąpi od podpisania umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach pakietu 16 oraz 34.

Zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w niniejszym przypadku jest bezzasadne, ponieważ sprzęty objęte serwisem nie zapisują danych osobowych w swojej pamięci. Wobec tego w ramach realizacji umowy głównej nie dojdzie do powierzenia przetwarzania danych osobowych w imieniu Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od podpisania umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach pakietu 16 oraz 34.

Pytanie nr 11

Dotyczy Specyfikacji Warunków Zamówienia, rozdział VI Warunki udziału w postępowaniu, pkt 2 ppkt 4 Dotyczy pakietu nr 7

Czy mając na uwadze, iż respiratory są urządzeniami służącymi do bezpośredniego ratowania i podtrzymywania zdrowia i życia a ich nieumiejętne lub niezgodne z najnowszymi wytycznymi producenta serwisowanie może prowadzić do narażenia zdrowia i życia pacjentów poddawanych terapii z ich użyciem oraz personelu obsługującego, a także do narażenia na szkody materiały w sprzęcie, niepożądane przestoje lub nieuzasadnioną ilość usterek, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zakwalifikowanie pakietu nr 7 do zdolności technicznej lub zawodowej wymaganej w pkt 2 ppkt 4 lit. b ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.


Pytanie nr 12

Dotyczy załącznika nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia – Formularz asortymentowo - cenowy Dotyczy pakietu nr 7 poz. od 1 do 4 (respiratory Air Liquide Medical system [dawniej Taema])

MEGREZ Sp. z o.o.

Ul. Edukacji 102, 43-100 Tychy, Tel. +48 32 32 55 171, fax. +48 32 32 55 284, e-mail: sekretariat@szpitalmegrez.pl, NIP 634 267 03 10, REGON 240872286, KRS 0000302837 MEGREZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy w wysokości 139 166 100,00 zł





Wykonawca wnosi o wyodrębnienie pozycji od 1 do 4 z pakietu 7 i utworzenie odrębnego, aby móc złożyć samodzielne ofertę. Wydzielenie tych pozycji do osobnego pakietu zwiększy konkurencyjność, obecny zakres pakietu taką konkurencyjność ogranicza, powoduje nadmierne trudności w złożeniu konkurencyjnej oferty. Zmiana w efekcie zapewniłaby Zamawiającemu złożenie większej liczby ofert i uzyskania korzystniejszej oferty cenowej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 13

Specyfikacja Warunków Zamówienia, rozdział III Opis przedmiotu Zamówienia pkt 4 lit i; Załącznik Opis Przedmiotu Zamówienia pkt 3 lit. i; Załącznik nr 4 do Specyfikacji Warunków Zamówienia – Wzór umowy §1 ust. 4 lit. i

Dotyczy pakietu nr 7 poz.1 – respirator transportowy OSIRIS

Zgodnie z art. 99 ustawy Pzp „Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty”. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia nie uwzględnił informacji dotyczących obowiązkowej czynności wymiany zestawu przeglądowego podczas okresowego przeglądu technicznego. Dlatego też, prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż wymaga wymiany podczas przeglądu niżej wymienionych części eksploatacyjnych, których wymiana przewidziana jest w dokumentacji technicznej urządzenia.

Zestaw przeglądowy dla respiratora typu Osiris zawiera:	
1.	Akumulator
2.	Filtry bakteriologiczne x 3
3.	Filtr zasilania tlenu
4.	Filtr powietrza atmosferycznego

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż wymaga wymiany podczas przeglądu wyżej wymienionych części eksploatacyjnych, których wymiana przewidziana jest w dokumentacji technicznej urządzenia.

Pytanie nr 14


Specyfikacja Warunków Zamówienia, rozdział III Opis przedmiotu Zamówienia pkt 4 lit i; Załącznik Opis Przedmiotu Zamówienia pkt 3 lit. i; Załącznik nr 4 do Specyfikacji Warunków Zamówienia – Wzór umowy §1 ust. 4 lit. i

Dotyczy pakietu nr 7 poz. od 2 do 4 – respirator transportowy Monnal T60

MEGREZ Sp. z o.o.

Ul. Edukacji 102, 43-100 Tychy, Tel. +48 32 32 55 171, fax. +48 32 32 55 284, e-mail: sekretariat@szpitalmegrez.pl, NIP 634 267 03 10, REGON 240872286, KRS 0000302837 MEGREZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy w wysokości 139 166 100,00 zł





Zgodnie z art. 99 ustawy Pzp „Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty”. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia nie uwzględnił informacji dotyczących obowiązkowej czynności wymiany zestawu przeglądowego podczas przeglądu technicznego. Dlatego też, prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż wymaga wymiany podczas przeglądu niżej wymienionych części eksploatacyjnych, których wymiana przewidziana jest w dokumentacji technicznej urządzenia.

Referencja	Opis
/zdjęcie/	Uszczelka zastawki wydechowej
/zdjęcie/	Filtr wlotowy powietrza
/zdjęcie/	Zastawka jednokierunkowa MAP
/zdjęcie/	Nitrylowy O-ring 28x2
/zdjęcie/	Filtr HEPA MONNAL T60
/zdjęcie/	Filtr M.A.P. T60

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż wymaga wymiany podczas przeglądu wyżej wymienionych części eksploatacyjnych, których wymiana przewidziana jest w dokumentacji technicznej urządzenia.

Pytanie nr 15

Zgodnie z art. 99 ustawy Pzp „Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty”. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia nie uwzględnił informacji dotyczących czynności konserwacyjnych, czyli konieczności wymiany czujników tlenu. Dlatego też, prosimy Zamawiającego o udzielenie informacji czy Wykonawca powinien skalkulować koszt wymiany czujnika tlenu w respiratorze Monnal T60 ? Producent rekomenduje wymianę tego elementu w interwale 12 miesięcznym

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że koszt wymiany czujnika tlenu należy wkalkulować w wartość oferty.


Pytanie nr 16

Zgodnie z art. 99 ustawy Pzp „Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty”. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia nie uwzględnił informacji dotyczących obowiązkowej czynności wymiany akumulatorów wewnętrznych. Według zaleceń producenta akumulator wewnętrzny w respiratorze Monnal T60 należy wymieniać po 300 cyklach ładowania i rozładowania lub po 2 latach. Dlatego też, prosimy Zamawiającego o wskazanie dat ostatnich wymian akumulatorów wewnętrznych w respiratorach Monnal T60.

MEGREZ Sp. z o.o.

Ul. Edukacji 102, 43-100 Tychy, Tel. +48 32 32 55 171, fax. +48 32 32 55 284, e-mail: sekretariat@szpitalmegrez.pl, NIP 634 267 03 10, REGON 240872286, KRS 0000302837 MEGREZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy w wysokości 139 166 100,00 zł





Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje daty ostatniej wymiany akumulatorów w respiratorach Monnal T60:

1. 19.10.2022
2. 30.01.2023
3. 05.03.2025

Pytanie nr 17

Załącznik nr 4 do Specyfikacji Warunków Zamówienia – Wzór umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 18

Dotyczy Pakietu nr 30 poz. 6, 7

Czy Zamawiający wymaga imiennych certyfikatów wystawionych bezterminowo przez producenta sprzętu lub osoby przez niego upoważnione dotyczących przeszkolenia w zakresie pełnej obsługi serwisowej urządzeń w Pakiecie nr 30 poz. 6, 7?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 19

Dotyczy Pakietu nr 30 poz. 6, 7

Zwracamy się z wnioskiem do Zamawiającego o doprecyzowanie, czy przegląd urządzeń w pakiecie nr 30 poz. 6, 7 ma obejmować również przeprowadzenie walidacji procesu rozmrażania z użyciem fantomu pomiarowego?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza przeprowadzenie walidacji procesu rozmrażania z użyciem fantomu pomiarowego.

Pytanie nr 20

Dotyczy Pakietu nr 30 poz. 10, 13

Czy Zamawiający wymaga, żeby przeglądy komór były dokonywane zgodnie z normą PN EN 12469?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga przeglądów zgodnych z normą PN EN 12469:2002

Pytanie nr 21

Dotyczy Pakietu nr 30 poz. 10, 13


Czy Zamawiający wymaga wymiany filtrów i lamp bakteriobójczych UV (jeżeli znajdują się w komorze)? Większość producentów zaleca wymianę filtrów raz na 5 lat. W przypadku wymaganej wymiany filtrów, prosimy o podanie daty kiedy były ostatnio wymieniane oraz ich wymiarów. Ta wiedza jest kluczowa do prawidłowego oszacowania usługi, gdyż koszt filtrów jest wysoki i znacząco wpływa na wartość usługi (podwyższa ją nawet trzykrotnie), jeżeli wymiana filtrów ma być w niej zawarta. Dlatego bardzo prosimy o udzielenie wyczerpującej odpowiedzi.

Odpowiedź:

MEGREZ Sp. z o.o.

Ul. Edukacji 102, 43-100 Tychy, Tel. +48 32 32 55 171, fax. +48 32 32 55 284, e-mail: sekretariat@szpitalmegrez.pl, NIP 634 267 03 10, REGON 240872286, KRS 0000302837 MEGREZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy w wysokości 139 166 100,00 zł





Zamawiający nie wymaga wymiany filtrów ani lamp bakteriobójczych w ramach przedmiotowej usługi.

Pytanie nr 22

Dotyczy Pakietu nr 30 poz. 10, 13

W związku z różnym wykorzystywaniem komór laminarnych w placówkach medycznych, zwracamy się z wnioskiem do Zamawiającego, o udzielenie informacji dotyczących środowiska (działu), w którym te komory pracują oraz do jakich badań są wykorzystywane (dot. zagrożeń użytkownika np. promieniowanie, cytostatyki).

Odpowiedź:

Zamawiający odpowiada:

Pakiet 30 pozycja 10 – posiewy materiałów biologicznych (Zakład Diagnostyki Medycznej i Laboratoryjnej)

Pakiet 30 pozycja 13 – aktywacja worków żywniowych RTU (Apteka Szpitalna)

Pytanie nr 23

Dot. Pakiet nr 30 poz. 11, 12, 14

Zważywszy na fakt, iż termometry i termohigrometry ze względu na technologię przeglądów lub naprawy oraz mobilność urządzeń, mogą być urządzeniami serwisowanymi w siedzibie wykonawcy, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie realizacji serwisu urządzeń z pakietu nr 30 poz. 11, 12, 14 w siedzibie wykonawcy

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 24

Dot. Pakiet nr 30 poz. 11, 12, 14

Zwracamy się z wnioskiem do Zamawiającego o doprecyzowanie, czy serwis ma obejmować wzorcowanie, czy walidację termometrów i termohigrometrów? Jeżeli ma obejmować wzorcowanie, to czy ma ono być dokonane przez laboratorium PCA, czy dopuszczona jest walidacja metodą porównawczą za pomocą wzorcowanego przyrządu pomiarowego? Dodatkowo prosimy o podanie w ilu punktach temperatury i wilgotności ma być realizowany pomiar oraz jakie mają być to punkty: w jakiej temperaturze i w jakiej wilgotności?

Odpowiedź:

Zamawiający doprecyzowuje:

1. serwis ma obejmować wzorcowanie termometrów i termohigrometrów dokonywane przez laboratorium PCA

2. termometry - pomiar realizowany w 3 punktach :

- -10°C
- 0°C
- 20°C


Termohigrometr – pomiar realizowany w 3 punktach :

- 50%
- 70%
- 85%

MEGREZ Sp. z o.o.

Ul. Edukacji 102, 43-100 Tychy, Tel. +48 32 32 55 171, fax. +48 32 32 55 284, e-mail: sekretariat@szpitalmegrez.pl, NIP 634 267 03 10, REGON 240872286, KRS 0000302837 MEGREZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy w wysokości 139 166 100,00 zł





Pytanie nr 25

Dot. zapisów SWZ rozdz. VIII pkt 3 ppkt. 6 lit. c)

Zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o doprecyzowanie, czy wymóg zawarty w SWZ rozdz. VIII pkt 3 ppkt. 6 lit. c) dotyczy wszystkich pakietów?

Jeżeli tak, to zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w w/w punkcie, jako równoważnych, w celu poświadczenia zdolności technicznej lub zawodowej w ramach pakietów 23 i 30, imiennych certyfikatów wydanych przez niezależny od producenta podmiot posiadający wdrożony system zarządzania jakością zgodny z ISO 9001 w zakresie przygotowania i prowadzenia szkoleń z nadzorowania i utrzymania sprzętu medycznego, produkcji oprogramowania do zarządzania infrastrukturą techniczną oraz dystrybucji sprzętu medycznego, zgodnego z normą PN-EN 62353:2015, dotyczącą serwisów urządzeń medycznych. Pragniemy nadmienić, iż urządzenia zawarte w pakietach 23 i 30 są zróżnicowane i pochodzą od różnych producentów. Powyższa zgoda zapewni Zamawiającemu otrzymanie większej ilości ofert w w/w pakietach, co z pewnością przełoży się na uzyskanie korzystnej dla Zamawiającego ceny oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 26

Dot. Formularz cenowy

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na pozostawienie w formularzu cenowym tylko tych pakietów (z niezmienioną ilością pozycji), na które Wykonawca składa ofertę, poprzez usunięcie pozostałych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie może usunąć z formularza cenowego pakietów, a Wykonawca składa ofertę tylko na te pakiety, w ramach których zamierza realizować przedmiot zamówienia, i tylko te oferty będą podlegały ocenie.

Pytanie nr 27

Dot. zapisów Umowy § 3

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o uzupełnienie Umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie.

Pytanie nr 28

Dot. zapisów Umowy § 8

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów § 8 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnięte przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.


Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

MEGREZ Sp. z o.o.

Ul. Edukacji 102, 43-100 Tychy, Tel. +48 32 32 55 171, fax. +48 32 32 55 284, e-mail: sekretariat@szpitalmegrez.pl, NIP 634 267 03 10, REGON 240872286, KRS 0000302837 MEGREZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy w wysokości 139 166 100,00 zł





Pytanie nr 29

Dotyczy: Załącznik nr 4 – Umowa § 5, Zobowiązania Zamawiającego

Zwracamy się z prośbą o udzielenie zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, ich duplikatów oraz korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany adres e-mail. Prosimy o podanie adresu e-mail.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 30

Dotyczy: Załącznik nr 4 – Umowa § 5, Zobowiązania Zamawiającego

Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na powyższe, prosimy o wyrażenie zgody na dostarczenie faktury w wersji papierowej. Prosimy o wskazanie dokładnego adresu na który faktury mają być wysyłane.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraził zgodę.

Pytanie nr 31

Dotyczy: Załącznik nr 2 - Formularz asortymentowo - cenowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyodrębnienie z pakietu 5 pozycji 10 tak aby ta pozycja stanowiła odrębny pakiet? Jako dystrybutor wstrzykiwaczy firmy Ulrich na terytorium Polski oświadczamy, iż nasi inżynierowie posiadają wiedzę, kwalifikacje oraz udokumentowane uprawnienia do przeprowadzania przeglądów technicznych i napraw serwisowych wstrzykiwaczy firmy Ulrich.

Zgoda Zamawiającego umożliwi złożenie korzystniejszej oferty cenowej i jakościowej firmom specjalizującym się w przeglądach i konserwacji tego typu urządzeń medycznych, a tym samym będzie korzystniejsza dla Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 32

Dotyczy: SWZ - VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Prosimy o dodanie wymogu posiadania autoryzacji serwisu przez Wykonawcę przeglądu wstrzykiwacza firmy Ulrich jako kryterium przystąpienia do złożenia oferty. Tylko autoryzowany serwis producenta jest w stanie wykonać poprawnie, zgodnie z instrukcją przegląd techniczny urządzeń firmy Ulrich co jest potwierdzone stosownym dokumentem.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie wymogu.

Pytanie nr 33

Dotyczy pakietu nr 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 4 aparatu USG DC-70 X-INSIGHT o numerze seryjnym CJ1-92999550 i utworzenie oddzielnego pakietu?


Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie.

MEGREZ Sp. z o.o.

Ul. Edukacji 102, 43-100 Tychy, Tel. +48 32 32 55 171, fax. +48 32 32 55 284, e-mail: sekretariat@szpitalmegrez.pl, NIP 634 267 03 10, REGON 240872286, KRS 0000302837 MEGREZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy w wysokości 139 166 100,00 zł





Pytanie nr 34

Czy w rubryce koszt przeglądu +diagnoza wpisujemy koszt 1 przeglądu czy koszt wszystkich Przeglądów

Odpowiedź:

Wykonawca w rubryce podaje łączny koszt przeglądów w trakcie trwania umowy, jeżeli przewidziane są dwa, to koszt 2.

Pytanie nr 35

Dotyczy pakietu nr 35 i umowy dla tego pakietu

§8 ust. 3 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej za zwłokę w podjęciu diagnostyki (§4 ust. 9) lub za zwłokę w przedłożeniu Zamawiającemu kalkulacji kosztów zakupu przez Wykonawcę części (§4 ust. 10) lub za zwłokę w wykonaniu naprawy (§4 ust. 9 lub ust. 10) lub naprawy gwarancyjnej (§7 ust. 4) do 3% wartości netto danego pakietu, którego zwłoka dotyczy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 36

Dotyczy pakietu nr 35 i umowy dla tego pakietu

§4 ust. 7 oraz OPZ pkt 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie sprzętu do przeglądu i diagnostyki do siedziby Wykonawcy po uprzednim ustaleniu z Zamawiającym dokładnego terminu na koszt Wykonawcy

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 37

Dotyczy pakietu nr 35 i umowy dla tego pakietu

§7 ust. 2 – Czy Zamawiający wykreśli punkt jeżeli wykonawca wnosi o odstąpienie od wykonania naprawy urządzeń dla pakietu nr 35 o których nie ma wzmianki w formularzu cenowym

Odpowiedź:

Zamawiający nie wykreśli.

Pytanie nr 38

Dotyczy pakietu nr 35 i umowy dla tego pakietu

Dotyczy Załącznika OPZ pkt 5 i 6 oraz SWZ rozdz III OPZ pkt 8 i 9 dla pakietu 35 i III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Czy Zamawiający wykreśli w całości punkty 8 i 9, które dotyczą napraw? Tabela asortymentowo-cenowa dotyczy samych przeglądów z diagnostyką a nie napraw.

Pozytywna odpowiedź Zamawiającego pozwoli wykonawcy złożyć ofertę, natomiast zaaferowanie przeglądu z dodatkowymi warunkami napraw może spowodować znaczne zawyżenie kosztów oferty.


Odpowiedź:

Zamawiający nie wykreśli. Koszt zakupu części serwisowych będzie osobno fakturowany na podstawie przedłożonej oferty przez Wykonawcę.

MEGREZ Sp. z o.o.

Ul. Edukacji 102, 43-100 Tychy, Tel. +48 32 32 55 171, fax. +48 32 32 55 284, e-mail: sekretariat@szpitalmegrez.pl, NIP 634 267 03 10, REGON 240872286, KRS 0000302837 MEGREZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy w wysokości 139 166 100,00 zł





Pytanie nr 39

Dotyczy pakietu nr 35 i umowy dla tego pakietu

Dotyczy SWZ Rozdz VI pkt 4a oraz Rozdz VIII pkt 6 a – Czy Zamawiający odstąpi od posiadania przez Wykonawcę dokumentu potwierdzającego uprawnienia SEP dozоровe do 1kV w pakiecie nr 35?

Odpowiedź:

Zamawiający nie odstąpi.

Pytanie nr 40

Dotyczy: Załącznik nr 2 – Pakiet nr 9 – Formularz asortymentowo-cenowy

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie do osobnego zadania pozycji nr 3-5 z części nr 9:

3	GASTROSKOP	PENTAX	EG-290kp	G123162
4	GASTROSKOP	PENTAX	EG-290kp	G123171
5	źródło światła / generator	PENTAX	EPK700	EB012733

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 41

Czy Zamawiający w pakiecie nr 2, w poz. 89 do 113 oraz 122 do 129 zgodzi się na wydzielenie pozycji dotyczących przeglądów pomp infuzyjnych Fresenius do odrębnego pakietu ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wydzieli pakietów.

Pytanie nr 42

Dotyczy postanowień umowy:

Prosimy o zmianę zapisu w § 8 pkt. 3 na:

Za zwłokę w podjęciu diagnostyki (§4 ust. 9) lub za zwłokę w przedłożeniu Zamawiającemu kalkulacji kosztów zakupu przez Wykonawcę części (§4 ust. 10) lub za zwłokę w wykonaniu naprawy (§4 ust. 9 lub ust. 10) lub naprawy gwarancyjnej (§7 ust. 4), Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 0,5% wartości netto danego pakietu, którego zwłoka dotyczy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.


Pytanie nr 43

Prosimy o zmianę zapisu w § 8 pkt. 4 na:

MEGREZ Sp. z o.o.

Ul. Edukacji 102, 43-100 Tychy, Tel. +48 32 32 55 171, fax. +48 32 32 55 284, e-mail: sekretariat@szpitalmegrez.pl, NIP 634 267 03 10, REGON 240872286, KRS 0000302837 MEGREZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy w wysokości 139 166 100,00 zł





Za brak realizacji obowiązków umownych określonych w § 4 ust. 11, Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 50,00zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) za każdy dzień zwłoki, aż do dnia realizacji tego zobowiązania.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

Pytanie nr 44

Prosimy o zmianę zapisu w § 8 pkt. 5, 7 na:

5. W przypadku zwłoki w wykonaniu usługi przeglądu okresowego w terminie wynikającym z zaleceń producenta lub z umowy, Zamawiający wezwie Wykonawcę do wykonania tej czynności, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin, nie krótszy niż 7 dni od doręczenia wezwania. W razie zwłoki w realizacji usługi w stosunku do terminu wynikającego z wezwania Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 0,5% wartości netto danego pakietu, którego zwłoka dotyczy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiającego. Niezależnie od możliwości nałożenia kary umownej, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia wykonania usługi innemu wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy.

7. Łączna wysokość kar umownych wynikających z niniejszej umowy, do których zapłaty zobowiązany jest Wykonawca nie może przekroczyć 20% maksymalnej wartości umowy netto, z zastrzeżeniem ust.

10.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

Pytanie nr 45

Par. 1 ust. 4c

Zwracamy uwagę, że sprzęt medyczny dopuszczany jest do użytkowania na podstawie wyników testów specjalistycznych i akceptacyjnych. Natomiast w ramach przeglądów okresowych firma serwisująca te urządzenia opisuje jedynie bieżący ich stan, wskazując użytkownikowi czy nadają się one do bezpiecznego użytkowania. Zwracamy uwagę, że Wykonawca w raporcie serwisowym przekazywanym Zamawiającemu po wykonanym przeglądzie technicznym lub naprawie wskazuje wyłącznie stan konkretnego sprzętu i dostępności części/ możliwości naprawy, w tym w szczególności wyraźnie zaznacza jeśli ten sprzęt jest niesprawny lub/i nie ma możliwości jego naprawy. Na podstawie tego dokumentu Zamawiający jako użytkownik wyrobu medycznego, do którego mają zastosowanie określone obowiązki wskazane w ustawie o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r., w tym w szczególności art. 63 ust. 2 tej ustawy, jest podmiotem uprawnionym do wydawania decyzji o przyszłości aparatu, w tym jego ewentualnej kasacji lub wyłączeniu go z użytkowania w przypadku niesprawności i/lub braku możliwości naprawy. Mając na względzie powyższe, wnosimy o zmianę postanowienia: „dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach, wymianie części oraz o stanie sprzętu medycznego”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany.


Pytanie nr 46

Par 1 ust. 5 lit. l, , par. 4 ust. 11

MEGREZ Sp. z o.o.

Ul. Edukacji 102, 43-100 Tychy, Tel. +48 32 32 55 171, fax. +48 32 32 55 284, e-mail: sekretariat@szpitalmegrez.pl, NIP 634 267 03 10, REGON 240872286, KRS 0000302837 MEGREZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy w wysokości 139 166 100,00 zł





Zwracamy, że Wykonawca wyłącznie w raporcie serwisowym przekazywanym Zamawiającemu po wykonanym przeglądzie technicznym lub naprawie wskazuje stan konkretnego sprzętu i dostępności części/ możliwości naprawy, w tym w szczególności wyraźnie zaznacza jeśli ten sprzęt jest niesprawny lub/i nie ma możliwości jego naprawy. Na podstawie tego dokumentu Zamawiający jako użytkownik wyrobu medycznego, do którego mają zastosowanie określone obowiązki wskazane w ustawie o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r., w tym w szczególności art. 63 ust. 2 tej ustawy, jest podmiotem uprawnionym do wydawania decyzji o przyszłości aparatu, w tym jego ewentualnej kasacji aparatu lub wyłączeniu go z użytkowania w przypadku niesprawności i/lub braku możliwości naprawy. Innymi słowy, Wykonawca, poza opisem stanu technicznego w raporcie serwisowym, nie wydaje „orzeczeń technicznych” ani „opinii technicznych” lub „orzeczeń o sprawności urządzeń” o stanie technicznym aparatu. Zwracamy się z prośbą o zmianę ‘orzeczeń technicznych’ na ‘raporty serwisowe’ w par 1 ust. 5 lit. I, par. 4 ust. 11.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany zapisu.

Pytanie nr 47

Par. 1 ust. 8 zd. Ostatnie, par. 8 ust. 8 zd. 2

Prosimy o potwierdzenie, że odpowiedzialność Wykonawcy jest ograniczona do szkód rzeczywistych, co jest standardem rynkowym?

Brak ograniczenia odpowiedzialności do bezpośredniej straty i pozostawienie odpowiedzialności również za bliżej nieokreślone utracone korzyści, może spowodować konieczność przygotowania oferty zabezpieczającej również ten rodzaj odpowiedzialności, co w praktyce może być dla Zamawiającego niekorzystne. W związku z powyższym, prosimy o zmianę ust. 8 zd. Ostatnie w następujący sposób: „Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej, z ograniczeniem do szkód rzeczywistych” oraz par. 8 ust. 8 zd. 2 „Zastrzeżenie kar umownych nie wyłącza ani nie ogranicza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania lub innego rodzaju roszczeń przewidzianych w obowiązujących przepisach, z ograniczeniem do szkód rzeczywistych”.

Odpowiedź:

Brak zgody. Zamawiający wskazuje, że zgodnie z przepisem art. 361 § 2 naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządono.

Pytanie nr 48

Par. 4 ust. 12, par. 8 ust. 5 zd. ostatnie

Wykonanie zastępcze nie może zostać wykonane też „na ryzyko” Wykonawcy, gdyż Wykonawca nie ma wpływu na wybór zastępcy i sposób wykonywania przez niego usług, zaś interesy Zamawiającego będą zabezpieczone, ponieważ zastępca jako podmiot prowadzący działalność jako profesjonalista będzie ponosił ryzyko swoich działań. Wnosimy o wykreślenie z postanowienia fragmentu „i na ryzyko”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie.

Pytanie nr 49


Par. 4 ust. 13

W przypadku nieterminowego realizowania przedmiotu umowy zasadnym jest w pierwszej kolejności wezwanie Wykonawcy do wykonania swoich obowiązków a dopiero po odmowie wykonania lub ponownym

MEGREZ Sp. z o.o.

Ul. Edukacji 102, 43-100 Tychy, Tel. +48 32 32 55 171, fax. +48 32 32 55 284, e-mail: sekretariat@szpitalmegrez.pl, NIP 634 267 03 10, REGON 240872286, KRS 0000302837 MEGREZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy w wysokości 139 166 100,00 zł





niewykonaniu zastosowanie zlecenia interwencyjnego, zwłaszcza, że Zamawiający łączy to dodatkowo z karą umowną za nieterminową realizację Umowy. Takie postanowienie może prowadzić do powstania nieuzasadnionych korzyści po stronie Zamawiającego, nakłada dodatkowe ryzyko na Wykonawcę i tym samym narusza równowagę stron. Zamawiający przed powierzeniem wykonania zastępczego podmiotowi trzeciemu powinien wezwać Wykonawcę do należytej realizacji obowiązków, wyznaczając odpowiedni termin na podjęcie działań naprawczych. Wykonanie zastępcze stanowi bowiem zgodnie z art. 480 KC wyjątek od osobistej realizacji zobowiązania przez dłużnika. Co do zasady wymaga także upoważnienia sądu.

Wykonanie zastępcze nie może zostać wykonane też „na ryzyko” Wykonawcy, gdyż Wykonawca nie ma wpływu na wybór zastępcy i sposób wykonywania przez niego usług, zaś interesy Zamawiającego będą zabezpieczone, ponieważ zastępca jako podmiot prowadzący działalność jako profesjonalista będzie ponosił ryzyko swoich działań

W związku z powyższym proponujemy tego zmianę tego postanowienia w następujący sposób: „W przypadku zwłoki w wykonaniu usługi naprawy w terminie wynikającym z umowy, jeżeli zwłoka w realizacji usługi wynosi więcej niż 7 dni, Zamawiający wezwie Wykonawcę do wykonania umowy lub prawidłowej jej realizacji, wyznaczając Wykonawcy dodatkowy termin, nie krótszy niż 7 dni roboczych. Po bezskutecznym upływie ww. terminu Zamawiający ma prawo zastępczo zlecić wykonanie tych usług lub usunięcie wad na koszt Wykonawcy osobie trzeciej według własnego wyboru, bez uprzedniego upoważnienia sądu.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

Pytanie nr 50

Par 7

Gwarancja jakości dotyczy odpowiedzialności gwaranta za pewnego rodzaju niezgodność towaru z umową, wadliwość towaru. Brzmienie postanowienia jest nieprecyzyjne i nie uwzględnia sytuacji, w których powstała awaria/usterka spowodowana została np. okolicznościami siły wyższej, normalnego zużycia, ingerencją w sprzęt osób trzecich. Powoduje to niemożność lub istotne utrudnienie wyliczenia kosztu usługi (może prowadzić do zawyżenia kosztu usługi wskutek konieczności objęcia dużego zakresu ryzyka) i ryzyka po stronie Wykonawcy. Czy w związku z tym Zamawiający wyraża zgodę na dodanie postanowienia do umowy, precyzującego w/w okoliczności, które odzwierciedla przyjęte rynkowo standardy wyłączające/ograniczające ryzyko Wykonawcy, a także naturę gwarancji:


„Gwarancja określona niniejszą umową nie obejmuje awarii/usterek wynikających z:

- a. niewłaściwego użytkownika urządzenia, w tym niezgodnie z jego przeznaczeniem lub instrukcją użytkownika;*
- b. mechanicznego uszkodzenia urządzenia, powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady;*
- c. samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby);*
- d. jakiegokolwiek ingerencji osób trzecich;*
- e. uszkodzenia spowodowane zdarzeniami noszącymi znamiona siły wyższej (pożar, powódź,*
- f. normalnego zużycia wymienionych części*

MEGREZ Sp. z o.o.

Ul. Edukacji 102, 43-100 Tychy, Tel. +48 32 32 55 171, fax. +48 32 32 55 284, e-mail: sekretariat@szpitalmegrez.pl, NIP 634 267 03 10, REGON 240872286, KRS 0000302837 MEGREZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy w wysokości 139 166 100,00 zł





g. awarii systemu spowodowanego przez wadliwe działanie podzespołów aparatu, które nie były dostarczone przez Wykonawcę."

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu, gdyż sugerowany zapis zawiera punkty standardowo wykluczające roszczenia gwarancyjne.

Pytanie nr 51

Par 8 ust. 3, 5

Prosimy o zmianę wysokości na 0,2% w zakresie danego pakietu, którego dotyczy usługa w zakresie której naliczana jest kara, za każdy dzień zwłoki Wykonawcy.

Zgodnie z poglądami sądów powszechnych kara umowna naliczana za zwłokę powinna być naliczana w wartości ułamkowej, zaczynającej się od 0,1-0,2% (np. SO Wrocław, XII C 698/19). Według Wykonawcy kara umowna zamiast być kalkulowana od globalnej (całkowitej) wartości umowy, powinna być naliczana od ceny danej usługi (wartości pakietu sprzętu), której dotyczy nienależyte wykonanie, tak aby zachować proporcjonalność w obciążaniu Wykonawcy dolegliwościami finansowym. Kara umowna określona ww. punktami może być naliczana kilkakrotnie w trakcie trwania umowy, co zaburza równowagę kontraktową pomiędzy stronami i narusza zasady proporcjonalności. Dodatkowo, wysokość możliwych do poniesienia przez Wykonawcę kar umownych jest całkowicie nieproporcjonalne do potencjalnych odsetek za opóźnienie Zamawiającego w płatności, co pogłębiałoby brak równowagi pomiędzy stronami.

Dlatego w naszej ocenie obecna wysokość kar umownych określonych aktualnie jest rażąco wygórowana już w dacie zastrzeżenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 52

Par 8 ust 7

Prosimy o obniżenie limitu kar umownych do poziomu 20% wartości umowy brutto. Obecna wysokość limitu kar umownych może doprowadzić do powstania kary rażąco wygórowanej. Jakkolwiek zasadne jest zabezpieczenie interesów Zamawiającego oraz należytego wykonania zamówienia to uregulowania dotyczące kar umownych nie mogą prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia po stronie Zamawiającego oraz naruszenia zasady proporcjonalności. Wskazać należy, iż celem art. 436 pkt 3) PZP i wprowadzenia obowiązku przewidywania łącznej maksymalnej wysokości kar umownych, których mogą dochodzić Strony, było właśnie uniknięcie sytuacji naliczania rażąco wygórowanych.

Zastosowanie kary na poziomie 30% wynagrodzenia Wykonawcy jest sprzeczne z celem tego postanowienia, a dodatkowo kumulowanie ryzyka będzie musiało zostać uwzględnione w cenie oferty wykonawców, co nie jest zjawiskiem korzystnym dla Zamawiającego.

W związku z tym, Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę limitu kar, jakie mogą być naliczone w ramach umowy na 20%. Utrzymanie obecnej wysokości limitu kar to potencjalnie niezwykle wysoka kwota, która w praktyce może nie pozwolić wielu wykonawcom na złożenie oferty, co doprowadzi do spadku konkurencyjności całego postępowania przetargowego.


Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

MEGREZ Sp. z o.o.

Ul. Edukacji 102, 43-100 Tychy, Tel. +48 32 32 55 171, fax. +48 32 32 55 284, e-mail: sekretariat@szpitalmegrez.pl, NIP 634 267 03 10, REGON 240872286, KRS 0000302837 MEGREZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy w wysokości 139 166 100,00 zł





Pytanie nr 53

Par 8 ust. 8 zdanie 3

W przypadku nieterminowego realizowania przedmiotu umowy zasadnym jest w pierwszej kolejności wezwanie Wykonawcy do wykonania swoich obowiązków a dopiero po odmowie wykonania lub ponownym niewykonaniu zastosowanie zlecenia interwencyjnego, zwłaszcza, że Zamawiający łączy to dodatkowo z karą umowną za nieterminową realizację Umowy. Takie postanowienie może prowadzić do powstania nieuzasadnionych korzyści po stronie Zamawiającego, nakłada dodatkowe ryzyko na Wykonawcę i tym samym narusza równowagę stron. Zamawiający przed powierzeniem wykonania zastępczego podmiotowi trzeciemu powinien wezwać Wykonawcę do należytej realizacji obowiązków, wyznaczając odpowiedni termin na podjęcie działań naprawczych. Wykonanie zastępcze stanowi bowiem zgodnie z art. 480 KC wyjątek od osobistej realizacji zobowiązania przez dłużnika. Co do zasady wymaga także upoważnienia sądu.

W związku z powyższym proponujemy tego zmianę tego postanowienia w następujący sposób: „W przypadku zwłoki Wykonawcy w realizacji usług lub w usunięciu wad wykonanych usług, Zamawiający wezwie Wykonawcę do wykonania umowy lub prawidłowej jej realizacji, wyznaczając Wykonawcy dodatkowy termin, nie krótszy niż 7 dni roboczych. Po bezskutecznym upływie ww. terminu Zamawiający ma prawo zastępczo zlecić wykonanie tych usług lub usunięcie wad na koszt Wykonawcy osobie trzeciej według własnego wyboru, bez uprzedniego upoważnienia sądu.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian.

Pytanie nr 54

Par. 10 ust. 4


Należy zauważyć, że co do zasady umowy w sprawach zamówień publicznych zawierane są na czas oznaczony, a cechą takich umów jest ich trwałość rozumiana w ten sposób, że przepisy Pzp nie przewidują możliwości dowolnego rozwiązywania takich umów. W wyroku z dnia 22 stycznia 2014 r., KIO 24/14, Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że „Jest to całkowicie zrozumiałe, biorąc pod uwagę, iż wykonawcy mogą racjonalnie skalkulować cenę, wysokość opłat oraz inne parametry finansowe, a także przewidzieć ryzyko związane z kontraktem (w tym ryzyko czy poniesione przez nich nakłady zostaną zrekomensowane przychodami uzyskanymi w określonym okresie obowiązywania umowy), jedynie wówczas, gdy mogą przewidzieć, przez jaki odcinek czasu strony umowy pozostaną nią związane. Wykonawca musi mieć pewność - wynikającą z oszacowania kosztów i zysków, opartych na założeniu świadczenia usługi przez przewidziany w umowie czas - rentowności tego kontraktu, przy zdefiniowanym przynajmniej minimalnym gwarantowanym zakresie tego zamówienia”. W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej, zastrzeżenie bezwarunkowej możliwości wypowiedzenia przez zamawiającego danego rodzaju umowy - nie jest dopuszczalne, z punktu widzenia osiągnięcia celów, którym służą umowy realizacyjne zamówień publicznych i bez ustalenia zasad rozliczeń z tym związanych. Z powyższych względów wnosimy o wykreślenie postanowienia, ewentualnie o wskazanie, by przed rozwiązaniem umowy Zamawiający wezwał Wykonawcę do usunięcia naruszenia z zagrożeniem rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym umowy, udzielając mu odpowiedniego dodatkowego terminu, nie krótszego niż 7 dni. Dzięki takiemu rozwiązaniu zachowana jest ochrona słusznego interesu Zamawiającego, a Wykonawcy umożliwiona rzetelną kalkulację ryzyka.

Proponujemy zatem dodanie do §10 ust. 4 zapisu: „Zamawiający może skorzystać z prawa rozwiązania umowy po pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytej realizacji umowy lub usunięcia przyczyn leżących po stronie

MEGREZ Sp. z o.o.

Ul. Edukacji 102, 43-100 Tychy, Tel. +48 32 32 55 171, fax. +48 32 32 55 284, e-mail: sekretariat@szpitalmegrez.pl, NIP 634 267 03 10, REGON 240872286, KRS 0000302837 MEGREZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy w wysokości 139 166 100,00 zł





Wykonawcy stanowiących podstawę do odstąpienia lub ich skutków i po bezskutecznym upływie wyznaczonego w wezwaniu dodatkowego terminu, nie krótszego niż 7 dni roboczych.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian.

Pytanie nr 55

dotyczy zapisów SWZ

Czy w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta oraz jakości usług medycznych Zamawiający będzie wymagał odpowiednich kwalifikacji technicznych dostawcy serwisu w zakresie aparatury będącej przedmiotem przetargu, potwierdzonych aktualnymi certyfikatami odbytych przez inżynierów szkoleń?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 56

dotyczy zapisów SWZ

Czy Zamawiający będzie wymagał od wszystkich Wykonawców do przeprowadzenia przeglądów i napraw użycia tylko oryginalnych i nowych części zamiennych?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 57

dotyczy zapisów SWZ

Czy Zamawiający wymaga, aby czynności serwisowe były wykonywane zgodnie z aktualnymi podręcznikami serwisowymi a czynności serwisowe powinny być w pełni zgodne z aktualnymi listami tych czynności?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że wymaga czynności serwisowych wykonywanych zgodnie z zaleceniem producenta.

Pytanie nr 58

Pytanie 4. Dotyczy wyłączenia sprzętu GEHC Pakiet 7 poz 11-12,

Bedąc autoryzowanym przedstawicielem firmy GE HealthCare uprzejmie prosimy Zamawiającego o wydzielenie do osobnego pakietu pozycji 11-12 z pakietu 7. Pozostała część zestawu jest innego producenta i Wykonawca nie posiada uprawnień do przeprowadzenia takiego przeglądu. Obecny kształt pakietu uniemożliwia naszej firmie – wiodącemu, autoryzowanemu przedstawicielowi złożenie konkurencyjnej oferty w tym pakiecie, a Zamawiającego naraża na niekompletne wykonanie przeglądu. Prosimy Zamawiającego jak na wstępie o wydzielenie w/w sprzętu do osobnego pakietu

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie.

Pytanie nr 59


Pytanie 5. Dotyczy wyłączenia sprzętu GEHC Pakiet 21 poz 15-16

Bedąc autoryzowanym przedstawicielem firmy GE HealthCare uprzejmie prosimy Zamawiającego o wydzielenie do osobnego pakietu pozycji 15-16 z pakietu 21. Pozostała część zestawu jest innego producenta

MEGREZ Sp. z o.o.

Ul. Edukacji 102, 43-100 Tychy, Tel. +48 32 32 55 171, fax. +48 32 32 55 284, e-mail: sekretariat@szpitalmegrez.pl, NIP 634 267 03 10, REGON 240872286, KRS 0000302837 MEGREZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy w wysokości 139 166 100,00 zł





i Wykonawca nie posiada uprawnień do przeprowadzenia takiego przeglądu. Obecny kształt pakietu uniemożliwia naszej firmie – wiodącemu, autoryzowanemu przedstawicielowi złożenie konkurencyjnej oferty w tym pakiecie, a Zamawiającego naraża na niekompletne wykonanie przeglądu. Prosimy Zamawiającego jak na wstępie o wydzielenie w/w sprzętu do osobnego pakietu

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie.

Pytanie nr 60

Pytanie 6. Dotyczy wyłączenia sprzętu GEHC Pakiet 1 poz 40-43, 48-49, 90-94

Bedąc autoryzowanym przedstawicielem firmy GE HealthCare uprzejmie prosimy Zamawiającego o wydzielenie do osobnego pakietu pozycji 40-43,48-49,90-94 z pakietu 1. Pozostała część zestawu jest innego producenta i Wykonawca nie posiada uprawnień do przeprowadzenia takiego przeglądu. Obecny kształt pakietu uniemożliwia naszej firmie – wiodącemu, autoryzowanemu przedstawicielowi złożenie konkurencyjnej oferty w tym pakiecie, a Zamawiającego naraża na niekompletne wykonanie przeglądu. Prosimy Zamawiającego jak na wstępie o wydzielenie w/w sprzętu do osobnego pakietu

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 61

Pytanie 7. Dotyczy Pakiet 21 poz 15-16

Czy Zamawiający wymaga wykonania przeglądów powyższego pakietu zgodnie z zaleceniami producenta – uwzględniając wymianę wszystkich części wymaganych przy danym przeglądzie przez producenta?. Firma GE zaleca serwis blenderów w inkubatorach Panda co 24 miesiące w związku z czym takowa oferta powinna zawierać ową usługę.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 62

Pytanie 8 Dotyczy Pakiet 1 poz 40-43, 48-49, 90-94 oraz Pakiet 7 poz 11-12

Czy Zamawiający wymaga wykonania przeglądów powyższych pakietów zgodnie z zaleceniami producenta, licząc od daty instalacji sprzętu – odpowiednio przegląd roczny, dwuletni, trzyletni, czteroletni – uwzględniając wymianę wszystkich części wymaganych przy danym przeglądzie przez producenta?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 63

Pytanie 9 Dotyczy Pakiet 21 poz 15-16

Prosimy zamawiającego o potwierdzenie, iż poprawne numery seryjne inkubatorów Panda to PBWY70828 oraz PBWY70829


Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

MEGREZ Sp. z o.o.

Ul. Edukacji 102, 43-100 Tychy, Tel. +48 32 32 55 171, fax. +48 32 32 55 284, e-mail: sekretariat@szpitalmegrez.pl, NIP 634 267 03 10, REGON 240872286, KRS 0000302837 MEGREZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy w wysokości 139 166 100,00 zł





Pytanie nr 64

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych (4.1.)

Czas na zgłoszenie naruszenia, §3 ust. 1 lit. g

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) nakłada na administratora obowiązek zgłoszenia stwierdzonego naruszenia ochrony danych bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 72h. Wedle Wytycznych Grupy Roboczej art. 29 (<https://ec.europa.eu/newsroom/article29/items/612052>) termin 72h na zawiadomienie, o którym mowa w art. 33 ust. 1 RODO rozpoczyna swój bieg w przypadku Administratora dopiero od powiadomienia go o tym fakcie przez Podmiot przetwarzający. Proponowany we wzorze umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych termin – w zależności od zakresu, rodzaju incydentu naruszenia danych – może być terminem niewystarczającym, niedostosowanym do danej sytuacji faktycznej. Wykonawca proponuje zatem następujące brzmienie ust. 1 lit. g:

"do zgłoszenia Administratorowi bez zbędnej zwłoki naruszenia ochrony powierzonych danych osobowych, nie później niż w terminie 48 godzin po jego stwierdzeniu, podając informacje niezbędne Administratorowi do zgłoszenia naruszenia ochrony danych organowi nadzorczemu"

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu do 48 godzin.

Pytanie nr 65

Czas na usunięcie kopii, §2 ust. 2 lit. c

W celu należytego wykonania umowy Wykonawca zwraca się z prośbą o wydłużenie czasu na usunięcie ewentualnych pozostałych kopii po wygaśnięciu umowy głównej do 30 dni, nadając niniejsze brzmienie ustępowi 2 lit. c:

"W przypadku rozwiązania Umowy powierzenia lub Umowy podstawowe Podmiot przetwarzający zobowiązany jest zależnie od decyzji Administratora, do usunięcia lub wrócenia Administratorowi wszelkich danych osobowych oraz usunięcia wszelkich ich istniejących kopii i potwierdzenia tego faktu odpowiednim protokołem, który zostanie przekazany Administratorowi nie później niż w terminie 30 dni od dnia rozwiązania Umowy powierzenia lub Umowy podstawowej, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych."

Odpowiedź:

Zapis dotyczy §3 ust. 2 lit. c. Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu do 30 dni.

Pytanie nr 66

§ 8 ust. 3 projektowanych postanowień umowy

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie poziomu kar umownych we wskazanych wyżej postanowieniach z 5% do 1% wartości netto danego pakietu, którego zwłoka dotyczy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

Według naszej opinii kara umowna w wysokości aż 5% wartości netto danego pakietu jawi się jako kara zbyt wygórowana i niewspółmiernie wysoka w stosunku do realnego ryzyka Zamawiającego, prowadzi w naszej ocenie do nierównoprawnego traktowania stron, a konieczność jego uwzględnienie w aktualnym kształcie będzie miała istotny wpływ na wzrost wartości oferty. Wnosimy o zredukowanie poziomu kary umownej do wskazanego poziomu.


Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

MEGREZ Sp. z o.o.

Ul. Edukacji 102, 43-100 Tychy, Tel. +48 32 32 55 171, fax. +48 32 32 55 284, e-mail: sekretariat@szpitalmegrez.pl, NIP 634 267 03 10, REGON 240872286, KRS 0000302837 MEGREZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy w wysokości 139 166 100,00 zł





Pytanie nr 67

§ 8 ust. 7 projektowanych postanowień umowy

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie łącznej maksymalnej wysokości kar umownych do 20% maksymalnej wartości Umowy netto?

Wprowadzenie do umowy proponowanej zmiany pozwoli potencjalnym Wykonawcom na oszacowanie ewentualnego ryzyka kontraktowego i uwzględnienie go w treści oferty, a w konsekwencji zaoferowanie zdecydowanie niższej ceny. Limit kar umownych na poziomie 30% jest wysoki, niepraktykowany przez innych Zamawiających oraz zdecydowanie wpłynie na wartość ofert (każdy wykonawca musi uwzględnić ryzyka w tym zakresie). Ponadto, biorąc pod uwagę wysokość kary za odstąpienie od umowy (10%) ustanowiony łączny limit kar umownych wydaje się niewspółmierny i rażąco wysoki.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 68

§ 10 ust. 4 lit. a) projektowanych postanowień umowy

Przywołany w ww. paragrafie umowy § 7 ust. 3 nie mówi o terminach, zatem nie może nieść za sobą konsekwencji za dwukrotne niedochowanie terminu.

Odpowiedź:

Zamawiający stosując zapis, ma na uwadze termin usunięcia wad objętych gwarancją, w przewidzianym w karcie gwarancyjnej terminie (producenci stosują różne terminy).

Pytanie nr 69

Dotyczy pakietu nr 44.

Zamawiający opisał ten pakiet w nagłówku AUTORYZACJA, czy w związku z powyższym Zamawiający potwierdza, że wymaga aby Wykonawca posiadał autoryzację producenta do wykonania wszystkich usług serwisowych dla urządzeń objętych zamówieniem?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 70

Wg Wykonawca Zamawiający dosyć restrykcyjnie opisuje kwalifikacje osób wykonujących serwis urządzeń z pakietu 44. Zdaniem Wykonawcy uprawnienie Eksploatacji są wystraszające oraz szkolenie u producenta zakończone certyfikatem imiennym. Uprawnienia dozoru nie są konieczne i przewidziane jako zalecenie czy rekomendacja producenta. Czy Zamawiaczy dopuści do wykonania usługi inżynierów, którzy mają uprawnienia Eksploatacji?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie.


Pytanie nr 71

Prosimy o potwierdzenie, że usługi serwisowe nie obejmują napraw wynikających z siły wyższej (np. zalanie, pożar) oraz uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem tj. niezgodnym z instrukcją obsługi urządzenia oraz napraw uszkodzeń mechanicznych spowodowanych przez personel Zamawiającego.

MEGREZ Sp. z o.o.

Ul. Edukacji 102, 43-100 Tychy, Tel. +48 32 32 55 171, fax. +48 32 32 55 284, e-mail: sekretariat@szpitalmegrez.pl, NIP 634 267 03 10, REGON 240872286, KRS 0000302837 MEGREZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy w wysokości 139 166 100,00 zł





Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca w ramach przedmiotowej usługi zobowiązany jest do wykonywania przeglądów i diagnostyk awarii sprzętu, a wszystkie części serwisowe niezbędne do wykonania naprawy będą fakturowane oddzielnie po akceptacji ofert.

Pytanie nr 72

Dot. Umowa par.8 ust.3 i 4

Wnioskujemy o redukcję wysokości wszystkich kar Umownych o 50%. Przyjęte wartości są rażąco wysokie, szczególnie dla pakietów o wysokiej wartości.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na redukcję wysokości wszystkich kar umownych o 50%.

Pytanie nr 73

Dot. SWZ i Umowa

Wnioskujemy o potwierdzenie i/lub wprowadzenie do Umowy poniższego lub równoważnego zapisu:

„ W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie w stanie dokonać naprawy aparatu starszego niż 10 lat z powodu braku części zamiennych, z uwagi na określony przez producenta okres zakończenia gwarantowanej dostępności części zamiennych dla aparatów (co zostanie udokumentowane przez Wykonawcę), nie będzie rodziło to jakiegokolwiek odpowiedzialności cywilnoprawnej z jego strony, postanowień o karach umownych określonych w SIWZ.”

Wniosek motywujemy faktem, iż w przypadku braku dostępności części zamiennych naprawa uszkodzonej aparatury może okazać się niemożliwa i nie jest to zawinione przez Wykonawcę.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wprowadzi zmian, ale wyjaśnia, że jeśli Wykonawca udokumentuje orzeczeniem technicznym (bądź innym dokumentem) brak dostępności części zamiennych co skutkuje brakiem możliwości wykonania naprawy, nie będzie to rodziło konsekwencji w postaci kar umownych, ani innej odpowiedzialności cywilnoprawnej.

Pytanie nr 74

Dot. pakiet 22

Wnioskujemy o wyłączenie z pakietu nr 22 diatermii wyprodukowanych przez firmę Erbe Elektromedizin GmbH Niemcy (tj. pozycji nr 6, 7, 8) tworząc dla nich oddzielny pakiet. Wnioskowana zmiana umożliwi złożenie oferty serwisowi autoryzowanemu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie.

Pytanie nr 75


Dot. pakiet z diatermii Erbe po wyłączeniu / SWZ rozdz. VIII pkt. 3.6

Z uwagi na inwazyjność wyrobów jakimi są diatermie elektrochirurgiczne dawkujące prąd do ciała pacjenta i związane z tym podwyższone ryzyko wystąpienia incydentu medycznego, wnioskujemy o wprowadzenie dla pakietu z diatermiami chirurgicznymi Erbe wymogu posiadania dokumentu potwierdzającego przeszkolenie w zakresie serwisowania/przebiegów aparatury będącej przedmiotem przeglądów/napraw (np. certyfikaty z

MEGREZ Sp. z o.o.

Ul. Edukacji 102, 43-100 Tychy, Tel. +48 32 32 55 171, fax. +48 32 32 55 284, e-mail: sekretariat@szpitalmegrez.pl, NIP 634 267 03 10, REGON 240872286, KRS 0000302837 MEGREZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy w wysokości 139 166 100,00 zł





przeszkolenia) wystawionego przez producenta tej aparatury lub podmiot przez niego upoważniony - (wymóg analogiczny jak dla pakietów nr 15, 16, 25, 34, 40, 44).

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 76

Dotyczy pakietu 40

Czy Zamawiający dopuści przed wykonaniem ewentualnej naprawy (będącej następstwem przeglądu) przedstawienie kosztorysu zbiorczego (bez podziału na roboczogodziny, koszt materiałów i czynności naprawcze)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści, z tym, że koszt usługi (roboczogodziny) musi być w kalkulowany w koszty opłaty ryczałtowej, natomiast wszystkie koszty niezbędnych części zamiennych, będą fakturowane oddzielnie na podstawie przedłożonej, i zaakceptowanej przez Zamawiającego oferty.

Pytanie nr 77

Dotyczy pakietu 40

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość naprawy poprzez wymianę urządzenia wchodzącego w skład pakietu, w przypadku braku dostępnych części, czy w przypadku starszego sprzętu niż 10 lat?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, po przedłożeniu i akceptacji oferty przez Zamawiającego.

Pytanie nr 78

Dotyczy pakietu 40

Czy w przypadku wstawienia sprzętu zastępczego na okres realizacji ewentualnej naprawy Zamawiający zrezygnuje z naliczania kar umownych za zwłokę w wykonaniu naprawy/ usunięcia awarii?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że wstawienie sprzętu zastępczego wyłącza naliczanie kar za zwłokę.

Pytanie nr 79

Dotyczy pakietu 40

Czy w przypadku konieczności wykonania naprawy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu naprawy dla pakietu nr 40 do 28 dni roboczych?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę, dla pakietu nr 40.

Pytanie nr 80

Dotyczy pakietu 40

Czy w celu miarkowania kar umownych, Zamawiający obniży wysokość kary o której mowa we wzorze umowy §8 ust. 3.do 0,5% wartości netto danego pakietu, którego zwłoka dotyczy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.?


Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

MEGREZ Sp. z o.o.

Ul. Edukacji 102, 43-100 Tychy, Tel. +48 32 32 55 171, fax. +48 32 32 55 284, e-mail: sekretariat@szpitalmegrez.pl, NIP 634 267 03 10, REGON 240872286, KRS 0000302837 MEGREZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy w wysokości 139 166 100,00 zł





Pytanie nr 81

Dotyczy pakietu 40

Czy w celu miarkowania kar umownych, Zamawiający obniży wysokość kary o której mowa we wzorze umowy §8 ust. 5. do 0,5% wartości netto danego pakietu, którego zwłoka dotyczy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiającego.?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 82

Dotyczy pakietu 40

Czy w celu miarkowania kar umownych, Zamawiający obniży łączną wysokość kar umownych do 20% maksymalnej wartości umowy netto?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 83

Dotyczy Pakietu nr 5

Czy w trosce o najwyższą jakość wykonywanych usług Zamawiający w Pakiecie nr 5 będzie wymagał od wykonawców:

- 1) dysponowania aktualną autoryzacją producenta sprzętu będącego przedmiotem zamówienia, lub
- 2) dysponowania aktualną autoryzacją innego producenta aparatury medycznej wykorzystywanej w diagnostyce obrazowej wraz z wdrożonym Systemem Zarządzania Jakością zgodnym z wymaganiami normy ISO 13485:2016 w zakresie dystrybucji, instalowania oraz serwisu aktywnych wyrobów medycznych do obrazowania?

Odpowiedź:

Zamawiający w zakresie pakietu nr 5 dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 84

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie iż wymagać będzie od wykonawców uwzględnienia w cenie przeglądu kosztu części podlegających okresowej wymianie niezbędnych do wykonania przeglądu technicznego zgodnie z zaleceniami producenta.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

W związku z koniecznością dokonania kasacji sprzętu, Zamawiający zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy Pzp informuje o wprowadzeniu zmian do *załącznika nr 2 do SWZ formularza asortymentowo-cenowego*, polegających na wykreśleniu pozycji z pakietu. Modyfikacja dotyczy poniższych pakietów:

Pakiet nr 1, poz. 31

Pakiet nr 2, poz. 35, poz. 115

Pakiet nr 3, poz.23


Pakiet nr 5, poz.7

Pakiet nr 7, poz. 7

MEGREZ Sp. z o.o.

Ul. Edukacji 102, 43-100 Tychy, Tel. +48 32 32 55 171, fax. +48 32 32 55 284, e-mail: sekretariat@szpitalmegrez.pl, NIP 634 267 03 10, REGON 240872286, KRS 0000302837 MEGREZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy w wysokości 139 166 100,00 zł





Pakiet nr 9, poz. 4
Pakiet nr 10, poz. 1, poz. 2
Pakiet nr 28, poz. 6, poz. 14
Pakiet nr 30, poz. 1

Powyższe wyjaśnienia oraz modyfikacja treści SWZ są jej integralną częścią. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian. Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższą zmianę podczas sporządzania i składania ofert, w tym załączników, druków i wymaganych dokumentów.

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 137 ust. 6 ustawy Pzp, przedłuża termin składania i otwarcia ofert:

1. Termin składania ofert: z **08.04.2025r 08:00 na 15.04.2025r. 08:00**
2. Termin otwarcia ofert: z **08.04.2025r 08:05 na 15.04.2025r. 08:05**
3. Termin związania ofertą: 13.07.2025r.

**KIEROWNIK DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
RÓWNOCZEŚNIE PEŁNIĄCA OBOWIĄZKI KIEROWNIKA
DZIAŁU ORGANIZACYJNO PRAWNEGO
Karolina Filipowska**

Sporządziła
Ineta Młynarska
Specjalista ds. Zamówień Publicznych

MEGREZ Sp. z o.o.

Ul. Edukacji 102, 43-100 Tychy, Tel. +48 32 32 55 171, fax. +48 32 32 55 284, e-mail: sekretariat@szpitalmegrez.pl, NIP 634 267 03 10, REGON 240872286, KRS 0000302837 MEGREZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy w wysokości 139 166 100,00 zł

