

Pakiet nr 7 - Praownia ENDOSKOPOWA										
L.p.	Nazwa artykułu/Opis	j.m.	ILOŚCI	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent, nr katalogowy, nazwa handlowa	Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiającego na podstawie pytań / nr pytania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1	Enzymatyczny środek czyszczący do zautomatyzowanej dekontaminacji termostabilnych oraz termoczułych wyrobów medycznych, takie jak elastyczne endoskopy, w tym akcesoria endoskopowe. Wymagana kompatybilność z prepretem (pozycja wyżej). Skład: anionowe i niejonowe środki powierzchniowo czynne, enzymy oraz inhibitory korozji. Dozowanie: stężenie: 0,5 % (5 ml/l). Do dekontaminacji endoskopów: 35 °C - 55 °C, do 10 min. Preparat kompatybilny z myjniemi Olympus Europe ETD 2, ETD 3 oraz ETD 4 Zarejestrowany jako wyrób medyczny Opakowanie 5 l	op	5	169,40 zł	182,95 zł	847,00 zł	8%	914,76 zł	Schülke,70003119,Thermosept X-tra enzymatic cleaner	
2	Preparat do dezynfekcji endoskopów , 100g preparatu zawiera do 20g aldehydu glutarowego, inhibitory korozji, alkohole, dodatki kompleksujące. Zakres działania: B w tym Tbc, F, V (HBV, HIV, Polio), S, jaja glisty, Helicobacter pylori – czas 5 min. temp. 50-60st.C. Wielkość opakowania: 5 litrów Zarejestrowany jako wyrób medyczny. Preparat kompatybilny z myjniemi Olympus Europe ETD 2, ETD 3 oraz ETD 4 Zarejestrowany jako wyrób medyczny Opakowanie 5 l	op	6	185,71 zł	200,57 zł	1 114,26 zł	8%	1 203,40 zł	Schülke,181001,Thermosept ED	
3	Niepieniący pięcioenzymatyczny preparat (proteaza,lipaza,amylaza, mannaza,celulaza) do mycia ręcznego i maszynowego instrumentów medycznych oraz endoskopów. Nadający się do użycia w myjniach ultradźwiękowych. Steżenie robocze od 0,1 % do 0,5 %. w czasie od 5 minut. Wyrób medyczny. Opakowanie (kanister) a 5 l	op	3	273,17 zł	295,02 zł	819,51 zł	8%	885,07 zł	LABORATOIRES ANIOS,3091540, Aniosyme Synergy 5	
OGÓŁEM				RAZEM		2 780,77 zł		3 003,23 zł		