

MILESTONE



HELPING
PATIENTS

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DECLARATION OF CONFORMITY

MILESTONE S.R.L.

(nome del fabbricante) (manufacturer's name)

Via Fatebenefratelli, 1/5 – 24010 SORISOLE (BG) – ITALY

(indirizzo) (address)

Dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto / sistema
Declare under our sole responsibility that the product / system

ULTRASAFE and ULTRASAFE BUCKET

(denominazione commerciale) (trade name)

Al quale questa dichiarazione fa riferimento, è conforme con le seguenti norme
To which this declaration relates is in conformity with the following standards

**IEC 61010-2-101:2015, IEC 61010-1:2010
IEC 61326-2-6:2012 and IEC 61326-1:2012**

(titolo e/o numero e data) (title and/or number and date)

Secondo le prescrizioni delle Direttive:
Following the provisions of Directive(s):

2014/35/EC, 2011/65/EC and 2015/863/EC

(titolo e/o numero della direttiva) (title and/or number of directive)

Secondo le prescrizioni del Regolamento:
According to the regulations of the Regulations:

2017/746

(titolo e/o numero della regolamento) (title and/or number of directive)

Classe di rischio in accordo all'allegato VIII:
Risk class in accordance with Annex VIII:

Class A

(classe) (class)

- Autodichiarazione: La presente dichiarazione di conformità è redatta secondo l'Art. 17 del Regolamento 2017/746, applicando la procedura di valutazione della conformità secondo quanto indicato dall'Art. 48, comma 10.
- Self-declaration: This Declaration of Conformity is drawn up in accordance with article 17 of Regulation 2017/746, applying the conformity assessment procedure as set out in article 48, paragraph 10

BASIC UDI

805247898BUCKETM8

(UDI di base) (Basic UDI)



Refer to annex for references
Sorisole, 2023-04-20


VISINONI Francesco
PRESIDENT – MILESTONE s.r.l.



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DECLARATION OF CONFORMITY

REF	Dispositivo Device	Alimentazione Power supply voltage	Tipo Type	Vedi note See note
107000	ULTRASAFE	100-240V~ 50/60Hz	D	1,2
107540	ULTRASAFE BUCKET 500mL		A	1
107545	ULTRASAFE BUCKET 500mL – BOX 140		A	1
107012	ULTRASAFE BUCKET 1L		A	1
107021	ULTRASAFE BUCKET 1L – BOX 120		A	1
107015	ULTRASAFE BUCKET 3L		A	1
107022	ULTRASAFE BUCKET 3L – BOX 40		A	1
107018	ULTRASAFE BUCKET 5L		A	1
107027	ULTRASAFE BUCKET 5L – BOX 25		A	1
107465	ULTRASAFE BUCKET 10L		A	1
107464	ULTRASAFE BUCKET 10L – BOX 12		A	1
107441	ULTRASAFE TRANSPARENT BUCKET 1L		A	1
107440	ULTRASAFE TRANSPARENT BUCKET 1L – BOX 120		A	1
107444	ULTRASAFE TRANSPARENT BUCKET 3L		A	1
107443	ULTRASAFE TRANSPARENT BUCKET 3L – BOX 40		A	1
107447	ULTRASAFE TRANSPARENT BUCKET 5L		A	1
107446	ULTRASAFE TRANSPARENT BUCKET 5L – BOX 25		A	1

Legenda / Legend:

Tipo / Type:

- D = Dispositivo / Device
- S = Software / Software
- A = Accessorio / Accessory

Note / Notes :

(1): Conforme al / Comply to: 2017/746,

(2): Conforme alle / Comply to: 2014/35/EC, 2011/65/EC and 2015/863/EC.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI
DECLARATION OF CONFORMITY

MILESTONE S. R. L.

(nazwa producenta)

Via fatebenefratelli, 1/5 — 24010 SORISOLE (BG)-WŁOCHY

(adres)

Oświadczamy na naszą wyłączną odpowiedzialność, że produkt/system

ULTRASAFE and ULTRASAFE BUCKET

(nazwa handlowa)

Do którego odnosi się niniejsze oświadczenie, jest zgodny z
następującymi normamiIEC 61010-2-101:2015, IEC 61010-1:2010
IEC 61326-2-6:2012 and IEC 61326-1:2012

(tytuł i/lub numer i data)

Zgodnie z wymogami dyrektyw:

2014/35/EC, 2011/65/EC and 2015/863/EC

(tytuł i/lub numer dyrektywy)

Zgodnie z wymogami rozporządzenia

2017/746

(tytuł i/lub numer rozporządzenia)

(tytuł i/lub numer rozporządzenia)

Klasa ryzyka zgodnie z załącznikiem VIII

Class A

- Deklaracja własna: Niniejsza deklaracja zgodności została sporządzona zgodnie z art. 17 rozporządzenia 2017/746, z zastosowaniem procedury oceny zgodności zgodnie z art. 48 ust. 10.

BASIC UDI

805247898BUCKETM8

Refer to annex for references
Sorisole [Italia], 2023-04-20VISINONI Francesco
PRESIDENT — MILESTONE s.r.l.



DEKLARACJA ZGODNOŚCI DECLARATION OF CONFORMITY

REF	Urządzenia Device	Zasilanie Power supply voltage	Typ Type	Zob. uwagi See note
107000	ULTRASAFE	100-240V~ 50/60Hz	D	1,2
107540	ULTRASAFE BUCKET 500mL		A	1
107545	ULTRASAFE BUCKET 500mL – BOX 140		A	1
107012	ULTRASAFE BUCKET 1L		A	1
107021	ULTRASAFE BUCKET 1L – BOX 120		A	1
107015	ULTRASAFE BUCKET 3L		A	1
107022	ULTRASAFE BUCKET 3L – BOX 40		A	1
107018	ULTRASAFE BUCKET 5L		A	1
107027	ULTRASAFE BUCKET 5L – BOX 25		A	1
107455	ULTRASAFE BUCKET 10L		A	1
107454	ULTRASAFE BUCKET 10L – BOX 12		A	1
107441	ULTRASAFE TRANSPARENT BUCKET 1L		A	1
107440	ULTRASAFE TRANSPARENT BUCKET 1L – BOX 120		A	1
107444	ULTRASAFE TRANSPARENT BUCKET 3L		A	1
107443	ULTRASAFE TRANSPARENT BUCKET 3L – BOX 40		A	1
107447	ULTRASAFE TRANSPARENT BUCKET 5L		A	1
107446	ULTRASAFE TRANSPARENT BUCKET 5L – BOX 25		A	1

Legenda / Legend:

Tipo / Type:

- D = Urządzenia / Device
- S = Oprogramowanie / Software
- A = Akcesorium / Accessory

Uwagi / Notes:

- (1) : Zgodny z / Comply to: 2017/746
- (2) : Zgodne z / Comply to: 2014/35/EC, 2011/65/EC and 2015/863/EC

Koniec tłumaczenia

[Uwagi tłumacza w nawiasach kwadratowych kursywą. Przetłumaczony dokument to deklaracja zgodności sporządzona na papierze firmowym z logo firmy na 2 stronach formatu A4 w języku włoskim i angielskim.]

Repertorium 57/2023

Ja, niżej podpisana Anna Rymiszewska, tłumacz przysięgły języka włoskiego, wpisana na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości pod numerem TP/89/21 niniejszym poświadczam zgodność powyższego tłumaczenia z okazanym mi dokumentem.

Łódź, 02.06.2023r.