

L.dz. DZP / 242 / 3 / 2025

Dotyczy: postępowania nr TP-14/25 prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na dostawę wyposażenia do rehabilitacji pacjentów onkologicznych do Ośrodka Rehabilitacji Onkologicznej.

ZAMAWIAJĄCY – Zachodniopomorskie Centrum Onkologii z siedzibą w Szczecinie informuje, iż w związku z zadanymi pytaniami w postępowaniu nr TP-14/25, zmianie ulegają następujące terminy:

- 1) Termin złożenia ofert: **do 7.04.2025 roku do godz. 07:10**
- 2) Termin otwarcia ofert: **do 7.04.2025 roku do godz. 07:20**

Sposób złożenia ofert oraz miejsce otwarcia ofert nie ulegają zmianie.

W związku z powyższym zmianie ulega termin związania ofertą: **do 5.05.2025 roku.**

Stosownie do postanowienia art. 135 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j.) ZAMAWIAJĄCY Zachodniopomorskie Centrum Onkologii z siedzibą w Szczecinie, przekazuje, poniżej, treść otrzymanych zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1, dotyczy SWZ załącznik nr 1, pakiet nr 1, wymagane parametry techniczne i cechy użytkowe, poz. 15:

Czy Zamawiający dopuści aparat o wadze 6,2 kg?

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe przy spełnieniu pozostałych warunków zawartych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 2, dotyczy SWZ załącznik nr 1, pakiet nr 1, II warunki instalacji i gwarancji, poz. 4:

Czy Zamawiający odstąpi od konieczności dostarczania dokumentu DTR?

Producent aparatu dostarcza wyłącznie instrukcję obsługi i nie posiada dokumentu DTR.

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem dostarczenia wszelkich dokumentów dotyczących aparatu, niezbędnych do jego eksploatacji zgodnie z zaleceniami producenta.

Pytanie nr 3, dotyczy SWZ załącznik nr 1, pakiet nr 1, II serwis gwarancyjny, poz. 1:

W związku z koniecznością wykonania przeglądów technicznych w okresie gwarancji, które wykonywane będą zgodnie z zaleceniami producenta zawartymi w dokumentacji technicznej i naprawy gwarancyjne, wraz z materiałami eksploatacyjnymi, niezbędnym transportem sprzętu i wymianą części prosimy o wyłączenie z materiałów eksploatacyjnych akcesoriów zużywalny w postaci aplikatorów 5 i 9,5 cm, pudru oraz rękawic jednorazowych do wykonywania zabiegów.

W/w akcesoria są materiałami zużywalnymi i nie podlegają wymianie i naprawom na gwarancji.

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od tego wymogu w zakresie wymienionych materiałów eksploatacyjnych.

Pytanie nr 4, dotyczy SWZ załącznik nr 1, pakiet nr 1, II serwis gwarancyjny, poz. 7:

Czy w przypadku naprawy trwającej dłużej niż 5 dni Zamawiający dopuści wstawienie urządzenia zastępczego o takich samych parametrach lub lepszych?

Odpowiedź nr 4:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 5, dotyczy SWZ załącznik nr 1, pakiet nr 1, II serwis gwarancyjny, poz. 11

Wnosimy o zmianę treści pkt. 11 na:

Wszelkie czynności serwisowe wykonywane będą w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO fabrycznie nowe części zamienne wykorzystywane w procesie naprawy urządzenia; za wyjątkiem napraw, które wymagają przesłania sprzętu do centrum serwisowego (niemożliwe do wykonania w siedzibie Zamawiającego) pod warunkiem udostępnienia sprzętu zastępczego o równoważnych lub lepszych parametrach na czas naprawy

Odpowiedź nr 5:

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z punktem 11 wymaga, aby wszelkie czynności serwisowe wykonywane były w siedzibie Zamawiającego.

Zamawiający wyraża zgodę, aby naprawy urządzenia, które będą niemożliwe do wykonania w jego siedzibie, odbywały się do centrum serwisowym poza jego siedzibą, pod warunkiem udostępnienia sprzętu zastępczego o równoważnych lub lepszych parametrach na czas naprawy.

Osoba upoważniona do kontaktów w sprawie: Agnieszka Metlerska, nr tel. 91 42 51 431.

Zatwierdzam:

Dyrektor

Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii