

L.dz. DAG / 242 /57/ 2025

Dotyczy: postępowania nr TP-10/25 prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na dostawę igieł do portów naczyniowych oraz strzykawkę do przepłukiwania dostępów naczyniowych

Stosownie do postanowienia art. 284 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U z 2024 poz. 1320), ZAMAWIAJĄCY – Zachodniopomorskie Centrum Onkologii z siedzibą w Szczecinie, przekazuje poniżej, treść otrzymanego zapytania wraz z wyjaśnieniem:

Pytanie nr 1: dotyczy Pakietu nr 2 poz. 1 i 2:

W związku z przetargiem, w którym bierze udział nasza firma, zwracam się z prośbą o pilne doprecyzowanie odpowiedzi na pytania dotyczące wymagań dotyczących igieł. W pytaniu czwartym Zamawiający wskazał, że wymaga dostarczenia igieł w każdym z wymaganych rozmiarów, dopuszczając jedynie zakres tolerancji długości igieł w wysokości ± 1 mm. Natomiast w pytaniu osiemnastym Zamawiający dopuścił igły o rozmiarach znacznie odbiegających od wymogów przedstawionych w odpowiedzi na pytanie czwarte. W związku z powyższym, odpowiedzi na pytania wydają się wzajemnie wykluczające. Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuszcza igły zgodne z wymaganiami opisanymi w pytaniu czwartym, czy też zamierza utrzymać parametry z tego pytania, co może skutkować niezgodnościami z wymaganiami opisanymi w odpowiedzi do pytania siedemnastego.

Odpowiedź nr 1:

ZAMAWIAJĄCY koryguje treść odpowiedzi udzielonej na pytanie nr 4 w zestawie pytań i odpowiedzi opublikowanych w dniu 04.03.2025 i podaje prawidłowe jej brzmienie:

BYŁO: ZAMAWIAJĄCY podtrzymuje obowiązek dostarczenia igieł w każdym z wymaganych rozmiarów określonych w SWZ. Powyższa zmiana byłaby niekorzystna dla ZAMAWIAJĄCEGO. Wskazane rozmiary igieł są najbardziej odpowiednie dla pacjentów leczonych w jednostce ZAMAWIAJĄCEGO. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza tolerancję długości igieł wskazanych w opisie SWZ w zakresie +/- 1 mm.

POWINNO BYĆ: ZAMAWIAJĄCY podtrzymuje obowiązek dostarczenia igieł w każdym z wymaganych rozmiarów określonych w SWZ.

Osoba upoważniona do kontaktów w sprawie: Ewa Januszaniec, nr tel. 91 42 51 454

Dyrektor

Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii

