

L.dz. DAG / 382 /49/ 2025

Dotyczy: postępowania nr PN-4/25 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia pracowni endoskopowej.

Stosownie do postanowienia art. 135 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j.) ZAMAWIAJĄCY Zachodniopomorskie Centrum Onkologii z siedzibą w Szczecinie, przekazuje poniżej część trzecią otrzymanych zapytań:

**Pytanie nr 34 dotyczy: pkt. 14 OPZ XII warunki instalacji i gwarancji:**

Ze względu na złożoność oferowanych urządzeń oraz konieczność zapewnienia odpowiedniej jakości diagnostycznej, bezpieczeństwa pracy i bezpieczeństwa pacjentów, pełne czynności diagnostyczne i serwisowe muszą być prowadzone wyłącznie przez wykwalifikowanych inżynierów serwisu, autoryzowanych przez producenta w zakresie oferowanych urządzeń. Regułą jest, że pełna dokumentacja serwisowa zawiera dane zastrzeżone do wyłącznego użytku producenta aparatu czy też wykwalifikowanego personelu serwisowego i w związku z tym nie jest możliwa do udostępnienia osobom trzecim. Czy w związku z powyższym Zamawiający odstąpi od wymogu przekazania kodów serwisowych w zakresie procesora obrazu i diatermii.

**Odpowiedź nr 34:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Osoba upoważniona do kontaktów w sprawie: Agnieszka Metlerska, nr tel. 91 42 51 431.

Zatwierdzam:  
Dyrektor Zachodniopomorskiego  
Centrum Onkologii