

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCEGO:

ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII
W SZCZECINIE

NA ZAMÓWIENIE PUBLICZNE UDZIELONE
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA POWYŻEJ PROGÓW UNIJNYCH

DOSTAWA WYPOSAŻENIA PRACOWNI ENDOSKOPOWEJ PN-4/25

PODSTAWA PRAWNA: USTAWA Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2019 r.
– PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

(Dz.U.2024.1320 t.j.)



I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

1. Nazwa oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO: Zachodniopomorskie Centrum Onkologii, ul. Strzałowska 22, 71-730 Szczecin.
2. Numer telefonu: sekretariat – 91 42 51 409.
3. Adres poczty elektronicznej: szpital@onkologia.szczecin.pl
4. Data przekazania ogłoszenia o zamówieniu publicznym Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej: **28.01.2025 r.**
5. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
<https://platformazakupowa.pl/transakcja/1050351>

II. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIANE BĘDĄ ZMIANY I WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY ZAMÓWIENIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

Dokumenty prowadzonego postępowania, zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej:

- <https://platformazakupowa.pl/transakcja/1050351>
<https://zcoszczecin.bip.gov.pl/search/publiccontracts/>

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 129 ust. 1 pkt 1 i 132 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień Publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j.), zwanej dalej „Ustawą”.
2. Szacunkowa wartość zamówienia przekracza progi unijne określone na podstawie art. 3 ww. Ustawy.

IV. INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

ZAMAWIAJĄCY nie określa warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 112 ust. 2 Ustawy.

V. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

1. Przedmiotem zamówienia jest **dostawa wyposażenia pracowni endoskopowej**, szczegółowy opis zamówienia znajduje się w **Załączniku nr 1**.
2. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi, oprócz czynności określonych w **Załączniku nr 1 do SWZ**, system dokumentowania zabiegów endoskopowych wszystkie czynności niezbędne do zapewnienia ZAMAWIAJĄCEMU prawidłowego korzystania z przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności transport, montaż, uruchomienie, szkolenie, ubezpieczenie na koszt WYKONAWCY wszystkich elementów przedmiotu zamówienia od ryzyka przypadkowej utraty, zniszczenia, uszkodzenia, kradzieży do czasu podpisania do czasu podpisania protokołu odbioru końcowego urządzenia medycznego (**Załącznik nr 5 do SWZ**), w tym na czas transportu.
3. Miejsce realizacji zamówienia: Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie przy ul. Strzałowskiej 22, Oddział Chirurgii Onkologicznej.
4. Zadanie składa się z następujących części:
 - 1) procesor obrazu - 1 szt.
 - 2) monitor medyczny - 1 szt.

- 3) wózek endoskopowy - 1 szt.
- 4) ssak endoskopowy - 1 szt.
- 5) pompa Water Jet - 1 szt.
- 6) system insuflacji CO² - 1 szt.
- 7) wideogastroskop- 3 sztuki
- 8) wideokolonoskop – 2 sztuki
- 9) wideokolonoskop HDTV – 1 szt.
- 10) diatermia chirurgiczna - 1 szt.
- 11) system dokumentowania zabiegów endoskopowych – 1 kpl.

5. Kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

- 33100000-1 - Urządzenia medyczne,
- 33168000-5 - Przyrządy do endoskopii,
- 33168100-6 – Endoskopy,
- 3020000-1 - Urządzenia komputerowe

6. ZAMAWIAJĄCY żąda wskazania przez WYKONAWCĘ w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem podwykonawców, jeżeli są już znani.

7. Klauzula równoważności:

- 7.1. W przypadku, gdy opis przedmiotu zamówienia został opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego WYKONAWCĘ, ZAMAWIAJĄCY dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, i przyjęc należy, że wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.
- 7.2. W przypadku, gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy, ZAMAWIAJĄCY dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, i przyjęc należy, że odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.
- 7.3. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego (innego niż podany „z nazwy” przez ZAMAWIAJĄCEGO w opisie przedmiotu zamówienia) pod warunkiem, że oferowane urządzenia i materiały będą o nie gorszych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych w odniesieniu do urządzeń i materiałów określonych przez ZAMAWIAJĄCEGO w opisie przedmiotu zamówienia. Zastosowanie produktów równoważnych nie może pogorszyć jakości osiąganym wyników ani negatywnie wpłynąć na prawidłowe użytkowanie lub funkcjonowanie produktu lub usługi zgodnie z ich przeznaczeniem. W przypadku zaproponowania przez WYKONAWCĘ w ofercie produktów równoważnych do produktów wskazanych przez ZAMAWIAJĄCEGO, WYKONAWCA zobowiązany jest wykazać, że oferowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone przez ZAMAWIAJĄCEGO.

VI. FINANSOWE WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA.

1. Oferowana cena w ofercie ma obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
2. Rozliczenie przedmiotu zamówienia realizowane będzie w złotych polskich.
3. Wynagrodzenie WYKONAWCY zostanie wypłacone na podstawie faktury, po zakończeniu zadania oraz po podpisaniu przez obie strony protokołu końcowego odbioru urządzenia medycznego.

4. Termin płatności wynosi do 30 dni od daty doręczenia faktury ZAMAWIAJĄCEMU i uprzedniego podpisania wymaganych dokumentów.
5. ZAMAWIAJĄCY dokona zapłaty, w formie przelewu na rachunek bankowy WYKONAWCY wskazany w fakturze.
6. Szczegółowe koszty przedmiotu zamówienia określone zostaną przez WYKONAWCĘ **w Załączniku nr 2 do SWZ.**
7. ZAMAWIAJĄCY nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
8. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia konta ZAMAWIAJĄCEGO.

VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Termin zrealizowania przedmiotu zamówienia: **do 16 tygodni** od dnia zawarcia umowy w tym:

1. **do 8 tygodni** licząc od dnia zawarcia umowy dostawa wyposażenia pracowni endoskopowej,
2. **do 8 tygodni** dostawa systemu dokumentowania zabiegów endoskopowych od dostawy wyposażenia pracowni endoskopowej.

VIII. INFORMACJE O DOPUSZCZENIU DO SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH.

1. ZAMAWIAJĄCY nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Dzielenie zamówienia, z uwagi jego specyfikę, nie jest celowe ze względów technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych, bowiem wiązałoby się to z dużymi trudnościami związanymi ze skoordynowaniem działań różnych WYKONAWCÓW.

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę wyposażenia pracowni endoskopowej oraz przeszkolenie personelu. Wszystkie te elementy stanowią kompatybilną całość zadania, a podzielenie zadania na części mogłoby zagrozić należytemu jego wykonaniu. Brak podziału zamówienia na części nie będzie naruszał zasady uczciwej konkurencji.

IX. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH PODOBNYCH / DODATKOWYCH.

ZAMAWIAJĄCY nie przewiduje w ogłoszeniu o zamówieniu udzielenia zamówień na dostawy dodatkowe, o których mowa w art. 214 ust. 1, pkt 8 Ustawy.

X. INFORMACJE O DOPUSZCZENIU OFERT WARIANTOWYCH ORAZ WARUNKACH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ.

ZAMAWIAJĄCY nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

XI. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY.

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały **w Załączniku nr 3 do SWZ.**

XII. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ.

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między ZAMAWIAJĄCYM, a WYKONAWCAMI odbywa się przy użyciu Platformy Zakupowej, która jest dostępna pod adresem <https://platformazakupowa.pl/>.
2. **Identyfikator (ID) postępowania na Platformie Zakupowej:** 1050351
3. Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy Zakupowej (przycisk „wszystkie postępowania”).
4. ZAMAWIAJĄCY informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla WYKONAWCÓW” na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>.
5. WYKONAWCA, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
 - a. akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej [pod linkiem](#) w zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za wiążący,
 - b. zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej [pod linkiem](#).
6. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie Zakupowej ani logowania.
7. Komunikacja między ZAMAWIAJĄCYM a WYKONAWCAMI odbywać się będzie poprzez Platformę Zakupową w szczególności w poniższym zakresie:
 - a. przesyłania ZAMAWIAJĄCEMU wniosków o wyjaśnianie treści SWZ,
 - b. przesyłania odpowiedzi na wezwanie ZAMAWIAJĄCEGO do złożenia podmiotowych środków dowodowych,
 - c. przesyłania odpowiedzi na wezwanie ZAMAWIAJĄCEGO do złożenia/ poprawienia/ uzupełnienia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu,
 - d. przesyłania odpowiedzi na wezwanie ZAMAWIAJĄCEGO do złożenia wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu,
 - e. przesyłania odpowiedzi na wezwanie ZAMAWIAJĄCEGO do złożenia wyjaśnień dot. treści przedmiotowych środków dowodowych,
 - f. przesłania odpowiedzi na inne wezwania ZAMAWIAJĄCEGO wynikające z Ustawy - Prawo zamówień publicznych,
 - g. przesyłania wniosków, informacji, oświadczeń WYKONAWCY,
8. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do ZAMAWIAJĄCEGO” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do ZAMAWIAJĄCEGO. Nie dotyczy składania ofert.
9. Uwaga! WYKONAWCA niezalogowany korzystający z “Wyślij wiadomość do ZAMAWIAJĄCEGO”, po kliknięciu przycisku **Wyślij**, otrzyma na adres mailowy,

podany w polu **Twój adres e-mail**, wiadomość mailową zawierającą kod uwierzytelniający. Kod należy wpisać w polu **Kod Uwierzytelniający**, a następnie potwierdzić przyciskiem **Wyślij**. Następnie WYKONAWCA otrzyma potwierdzenie wysłania wiadomości. Kod uwierzytelniający jest aktywny przez 30 minut od wygenerowania lub do momentu wygenerowania kolejnego kodu.

10. ZAMAWIAJĄCY będzie przekazywał WYKONAWCOM informacje za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Dokumenty zamówienia, bezpośrednio związane z niniejszym postępowaniem, odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści SWZ, informacje, zmiany SWZ, zmiany terminu składania i otwarcia ofert, Zamawiający będzie zamieszczał na Platformie Zakupowej w sekcji „Komunikaty” Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana do tego wykonawcy, w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej, w wiadomości prywatnej.
11. WYKONAWCA jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez ZAMAWIAJĄCEGO, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
12. **ZAMAWIAJĄCY nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl**, w szczególności za sytuację, gdy ZAMAWIAJĄCY zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do ZAMAWIAJĄCEGO”). Taka oferta zostanie uznana przez ZAMAWIAJĄCEGO za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu, ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy.
13. ZAMAWIAJĄCY określa sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania). Dokumenty muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452, dalej: rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów).
14. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów informatycznych (Dz.U. 2024 poz. 773), dalej: rozporządzenie w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności), z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 Ustawy, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.
15. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
 - a. w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
 - b. jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej np. w treści wiadomości e-mail.
16. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2022.1233 t.j.) WYKONAWCA, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku,

wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.

17. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację WYKONAWCY i ZAMAWIAJĄCEGO za pośrednictwem Platformy Zakupowej, ZAMAWIAJĄCY dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: zamowienia_publiczne@onkologia.szczecin.pl (nie dotyczy składania ofert).
18. ZAMAWIAJĄCY nie przewiduje komunikowania się z WYKONAWCAMI w inny sposób niż przy użyciu ww. środków komunikacji elektronicznej.

XIII. INFORMACJE O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI W INNY SPOSÓB NIŻ PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ W PRZYPADKU ZAISTNIENIA JEDNEJ Z SYTUACJI OKREŚLONYCH W ART. 65 UST. 1, ART. 66 I ART. 69.

ZAMAWIAJĄCY nie przewiduje sposobu komunikacji w inny sposób niż określony w rozdziale XII.

XIV. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

1. ZAMAWIAJĄCY wyznacza następujące osoby do kontaktu z WYKONAWCAMI: w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: **dr n. med. Bartosz Sobolewski nr tel. 91 42 51 560;**
2. w sprawach formalnych dotyczących zamówienia publicznego: **Agnieszka Metlerska – Specjalista ds. zamówień publicznych, nr tel.: 91 42 51 431.**

Adres e-mail do kontaktu: zamowienia_publiczne@onkologia.szczecin.pl

XV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

1. WYKONAWCA związany jest ofertą od dnia upływu składania ofert **do dnia 29.05.2025 r.**
2. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w punkcie 1, ZAMAWIAJĄCY przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do WYKONAWCÓW o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w punkcie 2, wymaga złożenia przez WYKONAWCĘ pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

XVI. PODSTAWY WYKLUCZENIA.

1. ZAMAWIAJĄCY wyklucza z postępowania WYKONAWCÓW, którzy:
 - 1) podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 Ustawy,
 - 2) w stosunku do których otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, których aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarli układ z wierzycielami, których działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajdują się oni w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury, to jest na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy.
2. WYKONAWCA może zostać wykluczony przez ZAMAWIAJĄCEGO na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

3. WYKONAWCA nie podlega wykluczeniu w sytuacji, o której mowa w art. 110 ust. 2 Ustawy, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 3 Ustawy.
4. Wykluczenie WYKONAWCY następuje na okres wskazany w art. 111 Ustawy.
5. Zgodnie z art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.2024.507 t.j.), z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych wyklucza się również:
 - 1) WYKONAWCĘ oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającą o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3,
 - 2) WYKONAWCĘ oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124 ze zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3,
 - 3) WYKONAWCĘ oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023r. poz. 120 ze zm.) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.

Ww. wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w ust. 1 art. 7 ww. Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.2024 r. 507 t.j.).
6. Wykluczenie z postępowania następuje również na podstawie - art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U. L 229 z 31.7.2014), w brzmieniu nadanym Rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U. L 111 z 8.4.2022).
7. ZAMAWIAJĄCY przypomina, że zgodnie z art. 5k ww. rozporządzenia zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem: a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji; b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu, w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

XVII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

1. Oferta powinna być napisana w języku polskim. Oferowane ceny winny być wyrażone w złotych polskich.
2. Ofertę, pod rygorem nieważności, składa się w formie elektronicznej ~~f~~opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
3. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2022 r., poz. 1233), w celu utrzymania w poufności tych informacji, WYKONAWCA przekazuje w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku. WYKONAWCA zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zastrzeżenie przez WYKONAWCĘ tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez ZAMAWIAJĄCEGO jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez WYKONAWCĘ podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji, zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 Ustawy.
4. Do oferty należy dołączyć w formie elektronicznej oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym (oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy).
5. Do przygotowania oferty należy wykorzystać **formularz ofertowy – kryteria oceny ofert (Załącznik nr 4 do SWZ)**.
6. Do oferty należy dołączyć:
 - 6.1. Pełnomocnictwo lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentacji WYKONAWCY, jeżeli w jego imieniu działa osoba, której umocowanie do reprezentowania nie wynika z dokumentów rejestrowych (KRS, CEiIDG). Powyższe dotyczy także WYKONAWCÓW wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).
 - 6.2. **Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub informacja z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej** lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu WYKONAWCY jest umocowana do jego reprezentowania. WYKONAWCA nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów rejestrowych, jeżeli ZAMAWIAJĄCY może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile WYKONAWCA wskaże w formularzu oferty dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów (np. NIP, nr KRS). Powyższe dotyczy odpowiednio podmiotu udostępniającego zasoby, WYKONAWCÓW wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).
 - 6.3. Wypełniony **Załącznik nr 1 do SWZ** przedstawiający szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Wypełniając załącznik nr 1 należy podać nazwę, model i typ, producenta (nazwa/siedziba) oraz kraj pochodzenia oferowanego asortymentu, oraz wypełnić tabelę odnoszącą się do wymagań funkcjonalnych dotyczących przedmiotu zamówienia wskazując na oferowane parametry techniczne. Brak dołączenia do oferty tych załączników spowoduje odrzucenie oferty na podstawie przepisu art. 226 ust. 1 pkt 5 Ustawy PZP.
 - 6.4. Wypełniony **Załącznik nr 2 do SWZ** przedstawiający szczegółowe koszty przedmiotu zamówienia. Brak dołączenia do oferty ww. załącznika spowoduje odrzucenie oferty na podstawie przepisu art. 226 ust. 1 pkt 5 Ustawy PZP.
 - 6.5. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy, to jest **oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu** z postępowania na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (**JEDZ**). Przedmiotowe Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia na dzień składania

ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez ZAMAWIAJĄCEGO podmiotowe środki dowodowe.

Instrukcja wypełniania formularza JEDZ znajduje się na stronie internetowej:
<https://www.gov.pl/web/uzp/jednolity-europejski-dokument-zamowienia>

Uwaga:

- 1) ZAMAWIAJĄCY udostępnia WYKONAWCOM wygenerowany z serwisu eESPD plik xml JEDZ. Dane z utworzonego w ten sposób pliku xml WYKONAWCA może zaimportować celem stworzenia własnego dokumentu JEDZ. Formularz wstępnie przygotowany przez ZAMAWIAJĄCEGO zawiera tylko pola przez niego wskazane niezbędne do wypełnienia. W przypadku gdy WYKONAWCA korzysta z możliwości samodzielnego utworzenia nowego formularza JEDZ (lub edytowalnej wersji formularza zamieszczonej na stornach Urzędu Zamówień Publicznych) aktywne są wszystkie pola formularza. ZAMAWIAJĄCY zaleca wypełnić JEDZ w zakresie wymaganym przez ZAMAWIAJĄCEGO do niniejszego postępowania i podpisać kwalifikowane podpisem elektronicznym. Przy wszystkich podstawach wykluczenia domyślnie zaznaczona jest odpowiedź przecząca. Po zaznaczeniu odpowiedzi twierdzącej wykonawca ma możliwość podania szczegółów, a także opisanie ewentualnych środków zaradczych podjętych w ramach tzw. samooczyszczenia.
- 2) Uwaga: W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przedmiotowe oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia składa każdy z WYKONAWCÓW.
- 3) Oświadczenie WYKONAWCY/ każdego z wykonawców składających ofertę wspólną - o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego - zawarte jest w podstawach wykluczenia o charakterze krajowym tj. w JEDZ w części III w pkt. D.
- 4) ZAMAWIAJĄCY zwraca uwagę, że w przekazanym w formacie xml. nie będzie znajdowała się informacja o rodzaju procedury (Informacje na temat postępowania o udzielenie zamówienia/ Rodzaj procedury), gdyż narzędzie do wypełniania formularza nie zapisuje danych przygotowanych w tym zakresie przez ZAMAWIAJĄCEGO (WYKONAWCA po zaimportowaniu pliku znajdzie w tym zakresie informację „Nie określono”). Zaleca się, aby WYKONAWCA wybrał z rozwijanej listy rodzaj procedury: „Procedura otwarta”. Ponadto ZAMAWIAJĄCY nie wymaga, aby w formularzu JEDZ był wskazany numer ogłoszenia o zamówieniu.

Wygenerowany z serwisu eESPD plik xml JEDZ:

<https://espd.uzp.gov.pl/request/ca/overview>

- 6.6. Oświadczenie o którym mowa art. 125 ust. 1 Ustawy (**Załącznik nr 6 do SWZ**) o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U. L 229 z 31.7.2014), w brzmieniu nadanym Rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U. L 111 z 8.4.2022).

Uwaga: W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przedmiotowe oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia składa każdy z WYKONAWCÓW.

7. ZAMAWIAJĄCY wymaga następujących przedmiotowych środków dowodowych, które należy załączyć do oferty:

- 7.1. Ważne i aktualne na dzień otwarcia ofert dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu na terenie RP dla każdego oferowanego wyrobu medycznego (dotyczy każdej z pozycji):
- Deklaracja producenta o zgodności z obowiązującymi dla danego produktu normami,
 - Certyfikaty wydane przez jednostki notyfikowane, jeśli konieczne jest potwierdzenie spełniania wymagań zasadniczych przez oferowane wyroby medyczne.
- 7.2. Karty techniczne, karty katalogowe lub dokumenty producenta zawierające opis przedmiotu zamówienia określony w SWZ.
- 7.3. System dokumentowania zabiegów endoskopowych:
- Oświadczenie producenta komputera na potwierdzenie możliwości ściągnięcia aktualnych sterowników z witryny producenta komputera poprzez podanie numeru seryjnego komputera,
 - Oświadczenie producenta komputera na potwierdzenie możliwości sprawdzenia kompletnych danych o urządzeniu na jednej witrynie internetowej prowadzonej przez producenta
8. Przed wyborem najkorzystniejszej oferty ZAMAWIAJĄCY wzywa WYKONAWCĘ, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym przez ZAMAWIAJĄCEGO terminie nie krótszym niż 10 dni aktualnych na dzień złożenia **podmiotowych środków dowodowych**, zgodnie z art. 126 ust. 1 Ustawy.
- 8.1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, WYKONAWCA przedkłada:
- 8.1.1. Odpis lub informację z **Krajowego Rejestru Sądowego** lub z **centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej**, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
- 8.1.2. **Oświadczenie WYKONAWCY o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu**, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez ZAMAWIAJĄCEGO, o których mowa w:
- a) art. 108 ust. 1 pkt 3 Ustawy,
 - b) art. 108 ust. 1 pkt 4 Ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
 - c) art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy, dotyczących zawarcia z innymi WYKONAWCAMI porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
 - d) art. 108 ust. 1 pkt 6 Ustawy.
- 8.1.3. **Oświadczenie WYKONAWCY, w zakresie art. 108 ust.1 pkt 5 Ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej** w rozumieniu Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.2024.594), z innym WYKONAWCĄ, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego WYKONAWCY należącego do tej samej grupy kapitałowej.
- 8.1.4. Aktualne na dzień złożenia informacje z **Krajowego Rejestru Karnego** w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, i 2, a także art., 108 ust 1 pkt 4 Ustawy w zakresie dotyczącym orzeczenia zakazu ubiegania

się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, sporządzone nie wcześniej niż 6 miesięcy przed ich złożeniem.

8.1.5. Jeżeli WYKONAWCA ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:

- w pkt 8.1.4. składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym WYKONAWCA ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2, a także art. 108 ust. 1 pkt 4 Ustawy,

Uwaga: dokumenty powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed ich złożeniem.

- w pkt 8.1.1., składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym WYKONAWCA ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:
 - a) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

Uwaga: dokumenty powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

8.1.6. Jeżeli w kraju, w którym WYKONAWCA ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy nie wydaje się dokumentów, o których mowa, w pkt 8.1.1. i 8.1.4., lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, Ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie WYKONAWCY, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym WYKONAWCA ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania WYKONAWCY lub miejsce zamieszkania osoby, której dokument miał dotyczyć.

Uwaga: dokumenty wymienione w punkcie 8.1.6. powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed ich złożeniem.

9. Jeżeli WYKONAWCA nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, ZAMAWIAJĄCY wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
10. Postanowień ust. 9 nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
11. ZAMAWIAJĄCY może żądać od WYKONAWCÓW wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

12. Jeżeli WYKONAWCA nie złożył oświadczenia, o którym mowa w pkt 6.5 podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, ZAMAWIAJĄCY wzywa WYKONAWCĘ odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że:
 - 1) oferta WYKONAWCY podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie, lub
 - 2) zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
13. ZAMAWIAJĄCY może żądać od WYKONAWCÓW wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w pkt. 6.5 i 6.6 lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu.
14. Jeżeli złożone przez WYKONAWCĘ oświadczenie, o którym mowa w pkt 6.5 i 6.6, lub podmiotowe środki dowodowe budzą wątpliwości ZAMAWIAJĄCEGO, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez WYKONAWCĘ warunków udziału w postępowaniu, kryteriów selekcji lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów.
15. W zakresie nieuregulowanym niniejszą SWZ zastosowanie znajdują przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać ZAMAWIAJĄCY od WYKONAWCY (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415) oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452).

XVIII. WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA.

1. WYKONAWCA może zwrócić się do ZAMAWIAJĄCEGO o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, z zastrzeżeniem pkt 2 oraz zgodnie z zapisami zawartymi **w rozdziale XII**.
2. Jeżeli zapytanie wpłynie do ZAMAWIAJĄCEGO w terminie nie później niż na 14 dni przed upływem terminu składania ofert (art. 135 ust. 2 Ustawy), ZAMAWIAJĄCY udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później **niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert**.
3. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami ZAMAWIAJĄCY udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
4. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu do składania ofert, ZAMAWIAJĄCY może zmienić treść specyfikacji.
5. Każda zmiana, wprowadzona przez ZAMAWIAJĄCEGO, stanie się częścią specyfikacji oraz zostanie umieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Jeżeli zmiana specyfikacji prowadzi będzie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, ZAMAWIAJĄCY przekaże zmianę ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.
6. W przypadku, gdy zmiana treści specyfikacji jest istotna dla sporządzenia oferty lub wymaga od WYKONAWCÓW dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści specyfikacji i przygotowanie oferty, ZAMAWIAJĄCY przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie.

XIX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

ZAMAWIAJĄCY nie wymaga wadium w niniejszym postępowaniu.

XX. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT.

1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie **do dnia 28.02.2025 roku, do godz. 7:10**. ZAMAWIAJĄCY odrzuci ofertę, jeżeli została złożona po terminie składania ofert, zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP.
2. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem:
<https://platformazakupowa.pl/transakcja/1050351>
3. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku "Złóż ofertę" i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zasyfrowana i złożona.
4. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.
5. Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i dołączenia wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.
6. Oferta, oświadczenia, przedmiotowe i podmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) oraz inne wymagane dokumenty składane elektronicznie muszą zostać podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W procesie składania oferty, w tym przedmiotowych środków dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny WYKONAWCA składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu.
7. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. ZAMAWIAJĄCY wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików podpisu w formacie XAdES.
8. Zgodnie z art. 18 ust. 3 Ustawy PZP, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli WYKONAWCA, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa.
9. WYKONAWCA, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę. Sposób dokonywania wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem:
<https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>
10. Każdy z WYKONAWCÓW może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe podlegać będą odrzuceniu.
11. Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść WYKONAWCA, aby zrealizować zamówienie z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty.
12. Dokumenty i oświadczenia składane przez WYKONAWCĘ powinny być w języku polskim, chyba że w SWZ dopuszczono inaczej. W przypadku załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, WYKONAWCA zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski.
13. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.
14. Szczegółowa instrukcja dla WYKONAWCÓW dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem:
<https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>

XXI. TERMIN OTWARCIA OFERT.

1. Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 28.02.2025, o godz. 07:20.**
2. Otwarcie ofert jest niejawne.
3. ZAMAWIAJĄCY, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
4. ZAMAWIAJĄCY, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania, informacje o:
 - 4.1. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania WYKONAWCÓW, których oferty zostały otwarte,
 - 4.2. cenach zawartych w ofertach.
5. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez ZAMAWIAJĄCEGO, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.
6. ZAMAWIAJĄCY poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
7. W toku badania i oceny ofert ZAMAWIAJĄCY może żądać od WYKONAWCÓW wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń (art. 223 Ustawy).
8. ZAMAWIAJĄCY poprawia w ofercie:
 - 1) oczywiste omyłki pisarskie,
 - 2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
 - 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,
 - niezwłocznie zawiadamiając o tym WYKONAWCĘ, którego oferta została poprawiona.
9. W przypadku, o którym mowa w punkcie 8 podpunkt 3, ZAMAWIAJĄCY wyznacza WYKONAWCY odpowiedni termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki.

XXII. SPOSÓB OBLICZENIA CENY.

1. WYKONAWCA w przedstawionej ofercie winien zaoferować łączną cenę, kompletną, jednoznaczną, która będzie ceną ostateczną.
2. Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty związane z dostawą do siedziby ZAMAWIAJĄCEGO, w tym: system dokumentowania zabiegów endoskopowych transport, ustawienie, montaż urządzenia, jego uruchomienie oraz przeszkolenie personelu, ubezpieczenie, opłaty wynikające z polskiego prawa celnego i podatkowego itp. WYKONAWCA winien uwzględnić w cenie oferty również wszystkie inne koszty jakie poniesie w związku z realizacją przedmiotu postępowania, także nie wymienione w zdaniu poprzedzającym, a które mają wpływ na cenę oferty.
3. Jeżeli WYKONAWCA stosuje w swojej praktyce kupieckiej upusty cenowe, to proponując je ZAMAWIAJĄCEMU w ofercie, musi już uwzględnić je w ostatecznej cenie oferty.
4. WYKONAWCA podaje w **Formularzu ofertowym** – cenę jednostkową, cenę łączną netto oraz cenę łączną brutto z uwzględnieniem kwoty podatku od towarów i usług

(VAT), wynikającą z obliczeń zawartych w treści **Załącznika nr 2 do SWZ** przedstawiającym szczegółowe koszty przedmiotu zamówienia.

5. Cena oferty stanowi wynagrodzenie ryczałtowe.
6. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością nie większą niż dwa miejsca po przecinku.
7. WYKONAWCA podaje, również stawkę podatku od towarów i usług (VAT) właściwą dla przedmiotu zamówienia, obowiązującą według stanu prawnego na dzień składania ofert. Określenie ceny ofertowej z zastosowaniem nieprawidłowej stawki podatku od towarów i usług (VAT) potraktowane będzie, jako błąd w obliczeniu ceny i spowoduje odrzucenie oferty, jeżeli nie ziszczą się ustawowe przesłanki omyłki (na podstawie np. 226 ust. 1 pkt 10 Ustawy, w związku z np. 223 ust. 2 pkt 3 Ustawy).
8. Rozliczenia między ZAMAWIAJĄCYM a WYKONAWCĄ będą prowadzone w złotych polskich.
9. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u ZAMAWIAJĄCEGO obowiązku podatkowego zgodnie z Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2024 poz. 261 ze zm.) dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu ZAMAWIAJĄCY dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W takim przypadku WYKONAWCA ma obowiązek w ofercie:
 - 1) poinformowania ZAMAWIAJĄCEGO, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u ZAMAWIAJĄCEGO obowiązku podatkowego;
 - 2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
 - 3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym ZAMAWIAJĄCEGO, bez kwoty podatku;
 - 4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą WYKONAWCY, będzie miała zastosowanie.

XXIII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.

1. Przy wyborze oferty ZAMAWIAJĄCY będzie się kierował następującymi kryteriami:

lp.	Kryterium	(waga punktowa)
1.	cena	60
2.	okres gwarancji i rękojmi	40

- 1) Wartość kryterium nr 1 – **cena oferty**, obliczana będzie wg wzoru:

$$W_{k1} = \frac{\text{ofert (niepodlegających odrzuceniu) x 40}}{60 \text{ cena oferty}}$$

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w **kryterium nr 1 wynosi 60**.

- 2) Wartość kryterium nr 2 – **okres gwarancji i rękojmi** – będzie ustalona według następującego wzoru:

$$W_{k2} = \text{punkty przyznane ofercie}$$

Ocena w zakresie kryterium nr 2 zostanie dokonana na podstawie wypełnionego formularza ofertowego i złożonej w nim deklaracji WYKONAWCY w sprawie okresu gwarancji i rękojmi liczonego od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy i podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag (z zastrzeżeniem, iż wymagany minimalny okres gwarancji i rękojmi wynosi **24 miesiące**).

Nie dotyczy rozdziału XVI. w Załączniku nr 1 do SWZ zestaw komputerowy i drukarka.

Liczba przyznanych punktów:

- a) okres gwarancji i rękojmi: 36 miesięcy — 40 pkt,
- b) okres gwarancji i rękojmi: 30 miesięcy — 20
- c) okres gwarancji i rękojmi: 24 miesiące — 0 pkt.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w **kryterium nr 2 wynosi 40**.

ZAMAWIAJĄCY zastrzega, że brak określenia lub błędne określenie w formularzu ofertowym ww. kryterium (podanie innej wartości niż wskazana w pkt a - c powyżej lub wpisanie więcej niż jednej wartości spośród wskazanych w pkt a - c powyżej) jest jednoznaczne z wyborem najkrótszego terminu gwarancji i rękojmi.

- 3) Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wskutek oceny wszystkich kryteriów – 100 pkt wg wzoru **W = W_{k1} + W_{k2}**
- 4) Ocena punktowa będzie dokonywana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z zaokrągleniem ewentualnej cyfry na trzecim miejscu o wartości od 1 do 5 w dół, a od 6 do 9 – w górę.

XXIV. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

ZAMAWIAJĄCY nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XXV. WARUNKI UBEZPIECZENIA.

Warunki ubezpieczenia zawarte są w projekcie umowy, stanowiącej **Załącznik Nr 3 do SWZ.**

XXVI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

1. 1. W celu usprawnienia procesu przygotowania umowy, WYKONAWCA zobowiązuje się do przekazania ZAMAWIAJĄCEMU, na jego wniosek, edytowalnej wersji załączników do formularza ofertowego.
2. ZAMAWIAJĄCY zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 Ustawy, po upływie terminów wskazanych w art. 264 ust. 1 Ustawy albo w warunkach, o których mowa w art. 264 ust. 2 Ustawy.
3. WYKONAWCA ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią **Załącznik nr 3 do SWZ.** Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.
4. WYKONAWCY wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) najpóźniej przed podpisaniem umowy przedstawią ZAMAWIAJĄCEMU kopię umowy regulującej współpracę tych WYKONAWCÓW.
5. WYKONAWCY składający ofertę wspólną ponoszą solidarną odpowiedzialność za podpisanie umowy.
6. ZAMAWIAJĄCY preferuje możliwość zawarcia umowy za pomocą środków elektronicznych z wykorzystaniem **kwalifikowanego podpisu elektronicznego.**
7. W przypadku braku możliwości zawarcia umowy w formie elektronicznej, ZAMAWIAJĄCY wyśle dwa egzemplarze jednostronnie podpisanej umowy na adres WYKONAWCY pocztą lub przesyłką kurierską. Wysyłka nastąpi z wyprzedzeniem minimum trzech dni roboczych poprzedzających dzień oznaczony w umowie jako dzień jej zawarcia.
8. WYKONAWCA w terminie **trzech dni roboczych** zwróci jeden podpisany egzemplarz umowy. Zwłoka WYKONAWCY w podpisaniu i zwrocie umowy zostanie uznana za odmowę zawarcia umowy, ze skutkami z tego wynikającymi.
9. Jeżeli WYKONAWCA, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, ZAMAWIAJĄCY może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych złożonych w postępowaniu albo unieważnić postępowanie.
7. WYKONAWCA przed podpisaniem umowy, nie później jednak niż w dniu podpisania umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na warunkach określonych w rozdziale XXIV SWZ oraz dostarczyć:
 - instrukcję obsługi w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej,
 - DTR w języku polskim w formie i elektronicznej,
 - wykaz czynności jakie powinny być wykonane przez inżyniera serwisu podczas wykonywania okresowego przeglądu technicznego w formie elektronicznej (check-lista),
 - wykaz podmiotów obsługi serwisowej – dokument, o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 9 maja 2022 r.,

- wykaz części zamiennych wraz z numerami katalogowymi,
- kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem ważnej polisy OC lub inny dokument potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej usługi ochrony osób i mienia obejmujące odpowiedzialność kontraktową i deliktową z tytułu szkód rzeczowych i osobowych i ich następstw **na kwotę minimum 2 000 000,00 zł**
- wydruk ze strony oraz zawartość Windows Logo Verification Report,
- wydruk z witryny producenta komputera na potwierdzenie możliwości ściągnięcia aktualnych sterowników z witryny producenta komputera poprzez podanie numeru seryjnego komputera,
- wydruk z witryny producenta komputera na potwierdzenie możliwości sprawdzenia kompletnych danych o urządzeniu na jednej witrynie internetowej prowadzonej przez producenta – zrzut witryny producenta komputera z niniejszą funkcjonalnością.

XXVII. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY.

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, ZAMAWIAJĄCY przedkłada, poniżej, informację dotyczącą danych osobowych osób działających w imieniu WYKONAWCY na etapie przygotowania i złożenia oferty, oraz na etapie realizacji zamówienia:

- 1) administratorem danych osobowych jest Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie ul. Strzałowska 22; 71-730 Szczecin,
- 2) inspektorem ochrony danych osobowych u ZAMAWIAJĄCEGO jest Jacek Motylewski, kontakt: adres e-mail iod@onkologia.szczecin.pl, nr telefonu 91 42 51 410 w. 621.
- 3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego **PN-4/25 – Dostawa wyposażenia pracowni endoskopowej.**
- 4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 oraz art. 18 Ustawy,
- 5) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
- 6) obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących osób zaangażowanych w przygotowanie i realizację zamówienia jest wymogiem ustawowym, określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy,
- 7) decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
- 8) osoby działające w imieniu WYKONAWCY mają prawo:
 - do dostępu do danych osobowych ich dotyczących,
 - do sprostowania lub uzupełnienia ich danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników,

- do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym zgłoszenie takiego żądania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania,
 - do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO,
- 9) osobom działającym w imieniu WYKONAWCY nie przysługuje prawo:
- do usunięcia danych osobowych,
 - do przenoszenia danych osobowych,
 - do sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych.

ZAMAWIAJĄCY przypomina o obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną ZAMAWIAJĄCEMU w związku z prowadzonym postępowaniem i które ZAMAWIAJĄCY pozyska od WYKONAWCY biorącemu udział w postępowaniu.

XXVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY.

1. Środki ochrony prawnej przysługują WYKONAWCY, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez ZAMAWIAJĄCEGO przepisów Ustawy.
2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności ZAMAWIAJĄCEGO, której zarzuca się niezgodność z przepisami Ustawy, zawierać zwięzłe przytoczenie zarzutów, wskazywać żądanie oraz okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. Warunki formalne odwołania reguluje Ustawa.
3. WYKONAWCA ma prawo wniesić odwołanie na:
 - 1) niezgodną z przepisami Ustawy czynność ZAMAWIAJĄCEGO, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienia umowy,
 - 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której ZAMAWIAJĄCY był obowiązany na podstawie Ustawy,
 - 3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Ustawy, mimo że ZAMAWIAJĄCY był do tego obowiązany.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym, w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności ZAMAWIAJĄCEGO stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środkami komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
5. Odwołujący przekazuje ZAMAWIAJĄCEMU odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
6. ZAMAWIAJĄCY nie później niż 2 dni od otrzymania kopii odwołania, przekazuje ją innym WYKONAWCOM uczestniczącym w postępowaniu, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia lub dokumentów zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, wzywając WYKONAWCÓW do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

7. WYKONAWCA może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść tej strony. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby, przekazując jego kopię ZAMAWIAJĄCEMU oraz WYKONAWCY wnoszącemu odwołanie.
8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Ustawy, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
9. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” Ustawy.

ZATWIERDZAM:

Adrian Sikorski – Dyrektor
Zachodniopomorskiego Centrum
Onkologii

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAWIERA:

- Załącznik nr 1: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
- Załącznik nr 2: Szczegółowe koszty przedmiotu zamówienia,
- Załącznik nr 3: Projekt umowy,
- Załącznik nr 4: Formularz ofertowy – kryteria oceny ofert
- Załącznik nr 5: Wzór protokołu odbioru końcowego urządzenia medycznego,
- Załącznik nr 6: Oświadczenie o braku innych podstaw wykluczenia,
- Załącznik nr 7: Projekt umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (DOSTAWY)

ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo weryfikacji deklarowanych parametrów z użyciem wszelkich dostępnych źródeł, w tym zapytanie bezpośrednio u producenta.

Parametry przedmiotu zamówienia wymagane bezwzględnie i podlegające ocenie:

lp.	opis wymaganych parametrów	wymagania	szczegółowy opis parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia (kolumna wypełniana przez WYKONAWCĘ).
1.	procesor obrazu	1 szt. proszę podać, model i typ producent (nazwa/siedziba) kraj pochodzenia	
1.	centrala dedykowana do pracy z endoskopami elastycznymi, gastroskopy, kolonoskopy, endoskopy ultrasonograficzne	tak	
2.	obrazowanie w świetle białym do standardowej diagnostyki	tak	
3.	obrazowanie wąskopasmowe w celu wykrywania i oceny potencjalnych zmian chorobowych	tak	
4.	obrazowanie auto-fluorescencyjne	tak	
5.	obrazowanie ze wzmocnieniem tekstury i koloru w celu poprawy możliwości diagnostycznych, czerwone obrazowanie dichromatyczne w celu uwidaczniania naczyń krwionośnych i lokalizacji miejsc krwawienia	tak	
6.	obrazowanie z funkcją rozjaśniania ciemnych obszarów z jednoczesnym zachowaniem poprawnego kontrastu	tak	
7.	budowa gniazda umożliwiająca przyłączenie endoskopów jednym ruchem	tak	
8.	brak potrzeby regulacji balansu bieli dla wybranych endoskopów	tak	
9.	dotykowy panel sterujący	tak	
10.	regulacja jasności panelu sterującego minimum 10 stopniowa	tak, proszę podać	
11.	przycisk podglądu wykonanych zdjęć w celu przywołania zapisanych obrazów	tak	
12.	główne wyjście wideo 4K (12G-SDI)	tak	

Przetarg nieograniczony nr PN-4/25
Dostawa wyposażenia pracowni endoskopowej.

13.	pomocnicze wyjścia wideo: 3G-SDI, composite	tak	
14.	główne wejścia wideo w celu podłączenia aparatu USG lub RTG: SDI	tak	
15.	pomocnicze wejścia wideo: SDI Y/C	tak	
16.	możliwość zapisu ustawień dla minimum 10 użytkowników	tak, proszę podać	
17.	możliwość regulacji koloru, min. 8 poziomów	tak, proszę podać	
18.	automatyczna kontrola wzmocnienia, kiedy dystalny koniec endoskopów jest daleko od obserwowanych obiektów	tak	
19.	min. 2 stopniowa regulacja kontrastu	tak, proszę podać	
20.	automatyczna regulacja jasności obrazu z możliwością dodatkowej ręcznej regulacji	tak	
21.	min. 15 stopniowa regulacja jasności w skali - 8 do +8	tak, proszę podać	
22.	min. 3 tryby przesłony: auto, średni, szczytowy	tak, proszę podać	
23.	min. 8 stopniowa funkcja poprawy obrazu w 2 trybach: tryb wzory i kontury, tryb drobniejsze części struktury	tak, proszę podać	
24.	elektroniczne powiększenie min. 3 stopniowe	tak, proszę podać	
25.	funkcja PIP, POP	tak	
26.	system wyboru przez procesor najostrzejszego zdjęcia w momencie uruchomienia zapisu obrazów	tak	
27.	funkcja zapisu czasu rozpoczęcia i zakończenia badania	tak	
28.	funkcja sterowania magnetycznym systemem pozycjonowania endoskopów	tak	
29.	wyświetlanie danych pacjenta: numer id, nazwisko, płeć, wiek, data urodzenia itp.	tak, proszę podać	
30.	format zapisu obrazów: TIFF, JPEG	tak	
31.	pamięć wewnętrzna	tak	
32.	gniazdo pamięci przenośnej na froncie urządzenia	tak	
33.	zintegrowane minimum 5 ledowe źródło światła	tak, proszę podać	
34.	wbudowana pompa insuflacyjna	tak	
35.	możliwość komunikacji z insuflatorem CO ² z możliwością wyboru podawania gazu lub powietrza	tak	
36.	minimum 4 tryby insuflacji	tak, proszę podać	
37.	możliwość zdalnego sterowanie pompą wody	tak	
38.	kompaktowa obudowa o wymiarach nie przekraczających: 400 x 250 x 600 mm (szer/wys/głęb.)	tak, proszę podać	
39.	waga maksymalna 20 kg	tak, proszę podać	
40.	w zestawie: butelka do insuflacji min. 1 szt. pamięć przenośna min. 1 szt. nasadka balansu bieli 1 szt. kabel wideo 12G-SDI 1 szt.	tak, proszę podać	
41.	programowalne przyciski funkcyjne: – endoskop do 5 przycisków,	tak	

Przetarg nieograniczony nr PN-4/25
Dostawa wyposażenia pracowni endoskopowej.

	<ul style="list-style-type: none"> - panel dotykowy min. 3 podstawowe przycisków +10 indywidualnych przycisków, - klawiatura do 5 przycisków. - przycisk nożny do 3 		
42	współpraca z endoskopami posiadanymi przez ZAMAWIAJĄCEGO (serii 185 firmy Olympus)		
II.	monitor medyczny	1 szt. proszę podać model i typ producent (nazwa/siedziba) kraj pochodzenia	
1.	przekątna ekranu min. 31,5"	tak, proszę podać	
2.	technologia panelu: lcd tft z aktywną matrycą	tak	
3.	podświetlenie led	tak	
4.	rozdzielczość: 3840 x 2160	tak	
5.	proporcje ekranu: 16:9	tak	
6.	jasność: min. 450 cd/m	tak	
7.	kąt widzenia: min. 178o	tak, proszę podać	
8.	kontrast: mn. 1000:1	tak	
9.	wejścia sygnału 4K: 12G-SDI x 2, Display Port x 1, HDMI x 1	tak	
10.	wyjścia sygnału 4K: 12G-SDI x 2	tak	
11.	wejścia sygnału 2K: 3G-SDI x 1, DVI-D x 1	tak	
12.	wyjścia sygnału 2K: 3G-SDI x 1	tak	
13.	dodatkowe funkcje: wzmocnienie obrazu struktur i koloru. wyświetlanie wiele obrazów (PIP/POP)	tak, proszę podać	
14.	funkcja klonowania zawartości monitora wraz z obrazem PIP/POP w rozdzielczości 4K/HD na drugi monitor	tak	
15.	funkcja skalowania obrazu HD do rozdzielczości 4K	tak	
16.	wbudowany zasilacz monitora	tak	
17.	waga maks. 12 kg	tak, proszę podać	
III	wózek endoskopowy	1 szt. proszę podać model i typ producent (nazwa/siedziba) kraj pochodzenia	
1.	podstawa jezdna z blokadą czterech kółek	tak	
2.	wieszak na min. 2 endoskopy	tak, proszę podać	
3.	możliwość umieszczania wieszaka z lewej i prawej strony wózka	tak	
4.	przegubowe ramię na monitor umożliwiające optymalne jego umieszczenie	tak	
5.	min 4 półki do ustawienia urządzeń z możliwością regulacji wysokości 2 półek	tak, proszę podać	
6.	transformator separujący umożliwiający podłączenie do 12 urządzeń	tak, proszę podać	
7.	4 półki do ustawienia urządzeń z możliwością regulacji wysokości dwóch środkowych	tak	
8.	waga wózka maks. 85 kg	tak, proszę podać	

Przetarg nieograniczony nr PN-4/25
Dostawa wyposażenia pracowni endoskopowej.

9.	maksymalne wymiary wózka wys. 1400 mm, gł. 680 mm, szer. 680 mm	tak, proszę podać	
10.	uchwyt na dren do płukania	tak	
11.	dotatkowe boczne uchwyty	tak	
12.	4 koła samonastawne o średnicy od 120 do 130 mm	tak, proszę podać	
13.	uchwyt na butlę CO ²	tak	
IV	ssak endoskopowy	1 szt. proszę podać model i typ producent (nazwa/siedziba) kraj pochodzenia	
1.	płynna regulacja mocy ssania	tak	
2.	zbiornik jednorazowy min. 1 litrowy umieszczany na szynie z boku wózka	tak, proszę podać	
3.	podciśnienie znamionowe: 95 kPa	tak	
4.	swobodny znamionowy przepływ powietrza: min. 50 l/min, z możliwością regulacji do 40 do 60 l/min.	tak, proszę podać	
5.	zabezpieczenie przed przegrzaniem	tak	
6.	zabezpieczenie przed przelaniem	tak	
V.	pompa Water Jet	1 szt. proszę podać model i typ producent (nazwa/siedziba) kraj pochodzenia	
1.	funkcja płukania przez kanał roboczy lub dodatkowy kanał Water Jet endoskopu	tak	
2.	możliwość podłączenia do oferowanego wózka endoskopowego	tak	
3.	możliwość sterowania za pomocą sterownika nożnego jak i sterowanie przyciskiem z głowicy endoskopu	tak	
4.	regulacja mocy przepływu – min. 9 stopni	tak, proszę podać	
5.	maksymalny przepływ 750 ml/min	tak, proszę podać	
6.	pojemnik na wodę 2l	tak	
VI.	system insuflacji CO²	1 szt. proszę podać model i typ producent (nazwa/siedziba) kraj pochodzenia	
1.	rozmiar umożliwiający ustawienie na wózku endoskopowym	tak	
2.	regulowany system podawania gazu	tak	
3.	trzy stopnie ustawienia czasu podawania gazu: Long, Short, OFF (brak limitu)	tak	
4.	butelka woda-gaz kompatybilna z oferowanym źródłem światła umożliwiając insuflację CO ₂	tak	
5.	zawór woda-gaz 3 szt.	tak	
VII	wideogastroskop HDTV	3 szt. proszę podać model i typ producent (nazwa/siedziba) kraj pochodzenia	
1.	kompatybilny z funkcją wąskopasmowego obrazowania poprzez filtr optyczny i cyfrowy - uwydatniająca zmiany śluzówki i pomocna w ocenie marginesu	tak	

Przetarg nieograniczony nr PN-4/25
Dostawa wyposażenia pracowni endoskopowej.

2.	kompatybilny z funkcją zapewniającą ulepszone obrazowanie w białym świetle (tekstura i kolor)	tak	
3.	Kompatybilny z funkcją czerwonego obrazowania dichromatycznego	tak	
4.	średnica sondy endoskopowej maks. 9,6 mm	tak, proszę podać	
5.	średnica końcówki sondy endoskopowej maks. 9,9 mm	tak, proszę podać	
6.	kanał roboczy o średnicy min. 2,8 mm	tak, proszę podać	
7.	funkcja zwiększonej głębi ostrości, łącząca obrazy z bliskiego oraz z dalekiego planu – gwarantująca optymalną ostrość w obrębie całego obrazu.	tak	
8.	dwustopniowa regulowana głębia ostrości min: 1,5-5,5 mm oraz 3-100 mm.	tak, proszę podać	
9.	pole widzenia min. 140°	tak, proszę podać	
10.	zginanie końcówki endoskopu min. góra: 210°, dół: 90°, lewo: 100°, prawo: 100°	tak, proszę podać	
11.	długość robocza sondy endoskopowej maks. 1030 mm	tak, proszę podać	
12.	kanał irygacyjny Water Jet	tak	
13.	uchwyt z min. 5 przyciskami programowalnymi do sterowania funkcjami procesora	tak, proszę podać	
14.	aparat o klasie szczelności min. IPX7.	tak	
15.	typ konektora – jednogniazdowy, wodoodporny	tak	
16.	możliwość mycia w myjniach ETD	tak	
17.	współpraca z zaoferowanym procesorem	tak	
VIII	wideokolonoskop	2 szt. proszę podać model i typ producent (nazwa/siedziba) kraj pochodzenia	
1.	kompatybilny z funkcją wąskopasmowego obrazowania poprzez filtr optyczny i cyfrowy - uwydatniająca zmiany śluzówki i pomocna w ocenie marginesu	tak	
2.	kompatybilny z funkcją zapewniającą ulepszone obrazowanie w białym świetle (tekstura i kolor)	tak	
3.	kompatybilny z funkcją czerwonego obrazowania dichromatycznego	tak	
4.	średnica sondy endoskopowej maks. 12,8 mm	tak, proszę podać	
5.	średnica końcówki sondy endoskopowej maks. 13,2 mm	tak, proszę podać	
6.	kanał roboczy o średnicy min. 3,7 mm	tak, proszę podać	
7.	funkcja zwiększonej głębi ostrości, łącząca obrazy z bliskiego oraz z dalekiego planu – gwarantująca optymalną ostrość w obrębie całego obrazu.	tak	
8.	funkcja zmiany sztywności sondy pokrętle w głowicy endoskopu	tak	
9.	miejsce dodatkowego zagięcia endoskopu w części dystalnej sondy, ułatwiające pokonywanie zagięć w przewodzie pokarmowym pacjenta	tak	

Przetarg nieograniczony nr PN-4/25
Dostawa wyposażenia pracowni endoskopowej.

10.	dwustopniowa regulowana głębokość ostrości min. 1,5-5,5 mm oraz 3-100 mm	tak, proszę podać	
11.	pole widzenia min. – tryb normalnego ostrzenia: 170°, tryb zbliżeniowego ostrzenia: 160°	tak	
12.	zginanie końcówki endoskopu min.: góra: 180°, dół: 180°, lewo: 160°, prawo: 160°	tak, proszę podać	
13.	długość sondy roboczej maks. 1680 mm	tak	
14.	kanał irygacyjny - Water Jet	tak	
15.	ergonomiczny uchwyt z min. 5 przyciskami programowalnymi do sterowania funkcjami procesora	tak	
16.	aparat o klasie szczelności min. ipx7.	tak, proszę podać	
17.	możliwość mycia w myjniach ETD		
18.	typ konektora – jednogniazdowy, wodoodporny	tak	
19.	współpraca z zaferowanym procesorem	tak	
20.	endoskop wyposażony w układ pamięci RFID przechowujący informacje o endoskopie i przekazujący je do systemu wizyjnego	tak	
X.	wideokolonoskop HDTV	1 szt. proszę podać model i typ producent (nazwa/siedziba) kraj pochodzenia	
1.	obrazowanie w standardzie HDTV	tak	
2.	dodatkowy kanał do spłukiwania	tak	
3.	średnica sondy endoskopowej – 10,5 mm +/- 10%	tak, proszę podać	
4.	kanał roboczy – 3,2 mm	tak	
5.	głębokość ostrości już od 2-100 mm	tak	
6.	zginanie końcówki endoskopu: min. g: 210, d:90, l:160, p:160	tak	
7.	pole widzenia – 140 +/- 10%	tak	
8.	kanał irygacyjny Water Jet	tak	
9.	ilość przycisków do sterowania funkcjami procesora min 4	tak, proszę podać	
10.	funkcja zmiany sztywności sondy pokrętką w głowicy endoskopu	tak	
11.	długość sondy roboczej – maks. 1680 mm	tak, proszę podać	
12.	głębokość ostrości 2-100 mm	tak	
13.	HFT sondy endoskopu	tak	
14.	aparat w pełni zanurzalny, nie wymagający nakładek uszczelniających	tak	
15.	typ konektora – jednogniazdowy zapobiegający przypadkowemu zalaniu endoskopu	tak	
16.	pełna współpraca z zaferowanym systemem do insuflacji dwutlenkiem węgla	tak	
17.	możliwość mycia w myjniach ETD	tak	
XI.	diatermia elektrochirurgiczna	1 szt. tak, proszę podać model i typ producent (nazwa/siedziba) kraj pochodzenia	

Przetarg nieograniczony nr PN-4/25
Dostawa wyposażenia pracowni endoskopowej.

1.	diatermia dużej mocy mono i bipolarna	tak	
2.	kolorowy ekran dotykowy do komunikacji z użytkownikiem o przekątnej 10,4 cali, oprogramowanie do obsługi w języku polskim	tak	
3.	wyświetlanie parametrów pracy, czyli nastaw wyłącznie dla aktualnie używanego narzędzia, czyli aktywnego gniazda	tak	
4.	możliwość diagnozowania oraz wgrywania dostępnego oprogramowania przez sieć WiFi	tak	
5.	możliwość zapamiętania 100 programów / kompletów nastaw i zapisania ich po nazwę użytkownika lub procedury	tak	
6.	możliwość zmiany programu przez operatora w czasie zabiegu za pomocą kombinacji przycisków cięcia/koagulacja oraz wyłącznika nożnego posiadającego przycisk zmiany programów oraz z ekranu diatermii; możliwość zmiany 4 wcześniej zaprogramowanych kompletów nastaw za pomocą wyłącznika nożnego, z ekranu urządzenia i za pomocą uchwytu	tak	
7.	sterowanie urządzeniem za pomocą wyboru efektów tkankowych; dozowanie mocy i innych parametrów prądu przez urządzenie w całkowicie automatyczny sposób tak aby był zachowany nastawiony efekt tkankowy.	tak	
8.	automatyczne ustawienie parametrów pracy przy podłączeniu instrumentów, ekran wskazujący parametry pracy aktualnie używanego instrumentu	tak	
9.	system kontroli aplikacji elektrody biernej wielorazowej i jednorazowej, wizualny wskaźnik stanu aplikacji elektrody biernej	tak	
10.	systemy kontroli pracy z komunikatami błędów w języku polskim	tak	
11.	dwa gniazda do podłączenia włączników nożnych na panelu tylnym diatermii	tak	
12.	możliwość współpracy z modułem do preparowania tkanek strumieniem soli fizjologicznej przy wykorzystaniu technik łączących cięcie i koagulację z techniką preparowania płynem do zabiegów typu ESD i Baret	tak	
13.	możliwość współpracy z pompą płuczącą	tak	
14.	moc cięcia monopolarnego 400W z możliwością nastawienia 10 efektów tkankowych	tak	
15.	moc koagulacji monopolarnej 200 W z możliwością nastawienia 10 efektów tkankowych	tak	
16.	cięcie bipolarne z mocą 300W z możliwością nastawienia 10 efektów tkankowych	tak	
17.	moc koagulacji bipolarnej 200 W z możliwością nastawienia 10 efektów tkankowych	tak	
18.	specjalistyczny program endoskopowy do zabiegów papilotomii z regulacją czasu trwania procesu cięcia w skali 4 stopniowej oraz regulacją czasu trwania procesu koagulacji w skali 10 stopniowej	tak	

Przetarg nieograniczony nr PN-4/25
Dostawa wyposażenia pracowni endoskopowej.

19.	3 rodzaje cięcia monopolarnego, 4 rodzaje koagulacji monopolarnej, 2 rodzaje cięcia bipolarnego i 2 rodzaje koagulacji bipolarnej, każdy z tych prądów powinien posiadać regulację 5 lub więcej elektów tkankowych	tak	
20.	możliwość wymiany gniazd przyłączeniowych na gniazda o innych standardach wtyków samodzielnie przez użytkownika na sali operacyjnej bez konieczności działań serwisowych	tak	
21.	uniwersalne gniazdo monopolarne umożliwiające bezpośrednie tzn. bez żadnych dodatkowych łączników, adapterów itp. podłączenie przewodów w trzech różnych standardach: z wtyczkami jednopinowymi 4mm i 5mm oraz trzypinowych	tak	
22.	uniwersalne gniazdo bipolarne umożliwiające bezpośrednie tzn. bez żadnych dodatkowych łączników, adapterów itp. podłączenie przewodów w trzech różnych standardach: z pojedynczymi wtyczkami okrągłymi oraz dwupinowych o rozstawach 22mm i 28mm	tak	
23.	uniwersalne gniazdo elektrody neutralnej umożliwiające bezpośrednie podłączenie tzn. bez żadnych dodatkowych łączników, adapterów itp. przewodów w dwóch systemach wtyczek: okrągłe 1-pin śr. 6 mm oraz płaska 2 pin	tak	
24.	uniwersalne gniazdo do podłączenia osprzętu monopolarnego, bipolarnego i do zamykania naczyń	tak	
25.	4 gniazda umożliwiające podłączanie instrumentów czynnych oraz 1 gniazdo elektrody neutralnej	tak	
26.	podwójny włącznik nożny z przyciskiem zmiany ustawień – 1szt	tak	
27.	pojedynczy włącznik nożny z przyciskiem zmiany ustawień- 1 szt.	tak	
28.	przystawka argonowa sterowana z panelu sterowania diatermii wyposażona w jedno gniazdo, opcjonalnie możliwość dwóch do podłączenia narzędzi argonowych	tak	
29.	automatyczne ustawienie parametrów pracy dla cięcia i koagulacji po podłączeniu elektrod argonowych; cięcie w osłonie argonu z mocą 300W z możliwością nastawienia 10 efektów tkankowych	tak	
30.	koagulacja w osłonie argonu z mocą 120W z możliwością nastawienia 10 efektów tkankowych Zestaw zainstalowany na wózku z miejscem na niezbędne akcesoria, możliwa instalacja na kolumnie sufitowej	tak	
31.	elastyczne sondy argonowe dł. 2,2m, śr. 2,3mm z wylotem na wprost zintegrowane z filtrem, końcówka wyskalowana – 10szt	tak	
32.	elastyczne sondy argonowe dł. 2,2m, śr. 2,3mm z wylotem bocznym zintegrowane z filtrem, końcówka wyskalowana – 10szt	tak	

Przetarg nieograniczony nr PN-4/25
Dostawa wyposażenia pracowni endoskopowej.

33.	butla z argonem i reduktorem – 1 kpl.	tak	
34.	elektroda neutralna, symetrycznie dzielona, z dodatkowym pierścieniem rozpraszającym energię i odizolowanym od obu połówek elektrody; wielkość uniwersalna - dla dorosłych i dzieci, (jedno opakowanie zawiera 50 szt.) - 4 opakowania	tak	
35.	wielorazowy przewód do elektrod neutralnych dł. 4m-1szt	tak	
36.	przewód monopolarny do pętli endoskopowych śr. 3mm, dł. 4m –2szt.	tak	
37.	wózek aparaturowy z zamykanym miejscem na butlę argonu i reduktor, koła z hamulcami – 1szt.	tak	
XII	warunki instalacji i gwarancji		
1.	sprzęt fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2024 r.	tak, podać rok produkcji	
3.	dostawa, montaż i uruchomienie przedmiotu zamówienia, w miejscu wskazanym przez ZAMAWIAJĄCEGO, w cenie dostawy	tak	
4.	instrukcja obsługi w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej	tak, przed podpisaniem umowy, nie później jednak niż w dniu podpisania umowy, na adres aparatura@onkologia.szczecin.pl	
5.	DTR w języku polskim w formie i elektronicznej,	tak, przed podpisaniem umowy, nie później jednak niż w dniu podpisania umowy, na adres aparatura@onkologia.szczecin.pl	
6.	wykaz części zamiennych wraz z numerami katalogowymi	tak, przed podpisaniem umowy, nie później jednak niż w dniu podpisania umowy, na adres aparatura@onkologia.szczecin.pl	
7.	szkolenie personelu (5 osób) z obsługi urządzeń w cenie dostawy	tak, potwierdzone protokołem szkolenia	
8.	wykaz czynności jakie powinny być wykonane przez inżyniera serwisu podczas wykonywania okresowego przeglądu technicznego w formie elektronicznej (check-lista)	tak, przed podpisaniem umowy, nie później jednak niż w dniu podpisania umowy, na adres aparatura@onkologia.szczecin.pl	
9.	wykaz podmiotów obsługi serwisowej – dokument, o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 9 maja 2022 r.	tak, przed podpisaniem umowy, nie później jednak niż w dniu podpisania umowy, na adres aparatura@onkologia.szczecin.pl	
10.	gwarancja dostępności serwisu, oprogramowania i części zamiennych, przez co najmniej 10 lat od daty dostawy	tak	
11.	wyrób zgodny z ustawą o wyrobach medycznych	tak	
12.	paszport techniczny z odpowiednimi wpisami, potwierdzającymi montaż, uruchomienie, szkolenie z informacją o sprawności urządzenia,	tak, w dniu dostawy	
13.	wykaz poszczególnych urządzeń wraz z numerami fabrycznymi (jeżeli posiadają) oraz ceną brutto	tak, w dniu dostawy	

Przetarg nieograniczony nr PN-4/25
Dostawa wyposażenia pracowni endoskopowej.

14.	urządzenia są, lub będą pozbawione wszelkich blokad, w tym w szczególności kodów serwisowych, które po upływie gwarancji utrudniałyby ZAMAWIAJĄCEMU dostęp do opcji serwisowych	tak	
16.	wszystkie endoskopy kompatybilne z posiadanymi myjniemi EDT 2, EDT 4, podłączanie bez konieczności stosowania przejściówek	tak	
XIII.	serwis gwarancyjny		
1.	przeglądy techniczne w okresie gwarancji wykonywane będą zgodnie z zaleceniem producenta zawartym w dokumentacji technicznej i naprawy gwarancyjne, wraz z materiałami eksploatacyjnymi, niezbędnym transportem sprzętu i wymianą części w cenie dostawy	minimum raz w roku, proszę podać	
2.	wykonanie przeglądu technicznego ostatnim miesiącu trwania gwarancji w cenie dostawy	tak	
3.	przestrzeganie wymaganych terminów wykonywania okresowych przeglądów technicznych należy do WYKONAWCY, bez konieczności zlecenia (przypominania) przez ZAMAWIAJĄCEGO	tak	
4.	pełna obsługa serwisowa w okresie obowiązywania gwarancji w cenie dostawy	tak	
5.	WYKONAWCA powiadomi ZAMAWIAJĄCEGO z 30 dniowym wyprzedzeniem o terminie wykonania okresowego przeglądu technicznego drogą elektroniczną, na adres aparatura@onkologia.szczecin.pl	tak	
6.	maksymalnie 24 godzinny czas reakcji serwisu określony jako rozpoczęcie czynności diagnostycznych w dni robocze od chwili powiadomienia przez ZAMAWIAJĄCEGO o nieprawidłowej pracy przedmiotu zamówienia	tak	
7.	maksymalnie 3 dniowy (roboczy) czas usunięcia awarii, w sytuacji, gdy z przyczyn technicznych niezależnych od Wykonawcy dotrzymanie terminu jest niemożliwe, to ostateczny termin usunięcia awarii nie może przekraczać 5 dni roboczych	tak	
8.	maksymalnie 3 naprawy tego samego elementu lub podzespołu w okresie trwania gwarancji, uprawniający ZAMAWIAJĄCEGO do żądania wymiany na fabrycznie nowy element lub podzespół	tak	
9.	nastąpi ponowny bieg terminu gwarancji na urządzenie medyczne w przypadku dostarczenia innego urządzenia wolnego od wad	tak	
10.	przedłużenie terminu gwarancji o czas, w ciągu którego wskutek wady urządzenia objętego gwarancją ZAMAWIAJĄCY nie mógł z niego korzystać – w przypadku napraw innej, niż wskazana wyżej w pkt. 9	tak	
11.	wszelkie czynności serwisowe wykonywane będą w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO	tak	

Przetarg nieograniczony nr PN-4/25
Dostawa wyposażenia pracowni endoskopowej.

12.	fabrycznie nowe części zamienne wykorzystywane w procesie naprawy urządzenia	tak	
13.	12 miesięczny okres gwarancji na wymieniane części zamienne w procesie naprawy urządzenia	tak	
14.	wszystkie wymieniane materiały zużywalne fabrycznie nowe	tak	
15.	zgłoszenia awarii realizowane drogą elektroniczną na e-mail podany przez WYKONAWCĘ lub faxem na numer podany przez WYKONAWCĘ	tak	
16.	wystawienie protokołu serwisowego po każdej naprawie oraz wpis do paszportu technicznego	tak	
17.	dokonywanie aktualizacji oprogramowania po każdorazowym ukazaniu się nowszej wersji		
18.	urządzenie zastępcze na czas naprawy w cenie dostawy (dotyczy wideokolonoskopu wideogastroskopu)	tak	
XIV	serwis pogwarancyjny		
1	serwis pogwarancyjny realizowany będzie na podstawie odrębnie zawartej umowy serwisowej lub na podstawie odrębnych zleceń	tak	
XV.	system dokumentowania zabiegów endoskopowych	-	
1.	oprogramowanie System Documentation Advanced	-	
2.	<ul style="list-style-type: none"> - dodatkowa licencja sieciowa (network client) z możliwością przechwytywania obrazu, - terminarz do planowania, - elektroniczna historia pacjenta, - statystyki, - kontroling kosztów, - moduł odpowiedzialny za zapis zdjęć i sekwencji filmowych przy użyciu przycisk w głowicy endoskopu kompatybilny z oferowanymi i posiadanymi endoskopami, gastroskopami, - odpowiednia licencja Microsoft SQL CAL, - wdrożenie oprogramowania i szkolenie przez autoryzowany serwis logowanie AD	tak	
3.	oprogramowanie System Documentation	-	
4.	system documentation: <ul style="list-style-type: none"> - licencja na moduł integracji z kompatybilnymi urządzeniami typu EDT i EDC, - moduł umożliwiający rejestrację i kontrolę dezynfekcji endoskopów w myjni EDT oraz procesu suszenia i przechowywania w będącej już na wyposażeniu placówki szafie EDC, - usługa wdrożenia i konfiguracji przez autoryzowany serwis, logowanie AD	tak, proszę potwierdzić	

5.	<p>oprogramowanie do endoskopii zostanie zintegrowane z obecnie eksploatowanym systemem HIS oraz PACS Eskulap produkcji Nexus Polska; integracja odbywać będzie się w oparciu o protokół HL7.</p> <p><u>sposób integracji:</u></p> <ol style="list-style-type: none">1) z systemu do endoskopii od Systemu HIS Eskulap za pomocą protokołu HL7 będzie wysyłane zlecenie na badania,2) opisy badań będą się odbywały w systemie do endoskopii,3) w systemie do endoskopii będą powstawały dwa dokumenty podpisane elektronicznie posiadanymi przez użytkowników ZAMAWIAJĄCEGO certyfikatami ZUS/eGabinet:<ol style="list-style-type: none">a) PDF z opisem badania oraz miniaturkami zdjęćb) XML4) oba dokumenty będą przekazywane do HIS Eskulap. W zakresie raportowania zdarzenia medycznego do PI komunikacja będzie odbywać się za pomocą HIS Eskulap, przy czym opis będzie dostępny z poziomu Historii Choroby pacjenta (moduł Diagnostyka Obrazowa),5) do systemu PACS Eskulap będą trafiały wybrane do opisu przez personel medyczny obrazy diagnostyczne wyłącznie w formacie DICOM <p>do systemu PACS Eskulap będą trafiały wybrane do opisu przez personel medyczny obrazy diagnostyczne wyłącznie w formacie DICOM</p> <p>rozwiązanie składa się z dwóch podstawowych elementów:</p> <ul style="list-style-type: none">- serwera – aplikacja nasłuchuje na wyznaczonym porcie, po nawiązaniu połączenia z systemu zewnętrznego odbierany jest komunikat, a następnie tym samym połączeniem odsyłane jest potwierdzenie komunikacyjne (w tej roli ZAMAWIAJĄCY udostępni zasoby do utworzenia serwera wirtualnego w infrastrukturze ZAMAWIAJĄCEGO),- Klienta – aplikacja łącząca się z serwerem zewnętrznym poprzez wyznaczony IP oraz PORT; tworzone jest połączenie do serwera i wysyłany komunikat; potwierdzenie transportowe przesyłane jest trybem synchronicznym; połączenie pozostaje aktywne do momentu		
----	--	--	--

Przetarg nieograniczony nr PN-4/25
Dostawa wyposażenia pracowni endoskopowej.

	otrzymania potwierdzenia komunikacyjnego; po otrzymaniu potwierdzenia połączenie jest zamykane (w tej roli ZAMAWIAJĄCY wskaże komputer kliencki, na którym ma zostać uruchomiona aplikacja kliencka)		
XVI.	sprzęt komputerowy	1 szt. tak, proszę podać nazwa urządzenia model i typ producent (nazwa/siedziba)	
1	obudowa komputera Typu „Tower” obudowa umożliwiająca zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona)	tak	
2.	monitor do zestawu: wielkość min. 27” LCD w technologii LED, typu IPS klasy A+ o formacie obrazu 16:9, o minimalnej rozdzielczości w poziomie 1920 pikseli i o minimalnej rozdzielczości w pionie 1080 pikseli, matowy, kąty widzenia 178/178 stopni; obudowa typu bezramkowego, dopuszcza się obramowanie matrycy nie większe niż 5 mm na bokach i u góry urządzenia; możliwość zastosowania uchwyty VESA w standardzie 100 x 100 mm; regulacja jasności na obudowie dedykowanymi przyciskami; złącza wideo odpowiednie do dostępnych w komputerze; przynajmniej jedno złącze cyfrowe; wbudowane głośniki.	tak, proszę podać	
3.	procesor klasy x 86, min. dziesięciordzeniowy, z pamięcią Cache min 20 MB, osiągający w teście PassMark CPUMark wynik średni 24 900 punktów wg strony https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php	tak, proszę podać	
4.	płyta główna: chipset współpracujący z procesorami sześciordzeniowymi wspierający pamięci DDR4 dedykowany dla procesora, typ podstawki: dedykowany dla procesora	tak	
5.	– BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI – możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: <ul style="list-style-type: none"> ✓ wersji BIOS, ✓ nr seryjnym komputera ✓ ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM, ✓ typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, ✓ pojemności zainstalowanego dysku twardego ✓ rodzajach napędów optycznych ✓ MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej 	tak, proszę podać	

Przetarg nieograniczony nr PN-4/25
Dostawa wyposażenia pracowni endoskopowej.

	<ul style="list-style-type: none"> - funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS) - funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznymi urządzeniami - możliwość polegająca na kontrolowaniu urządzeń wykorzystujących magistralę komunikacyjną PCI, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych; pod pojęciem kontroli ZAMAWIAJĄCY rozumie funkcjonalność polegającą na blokowaniu/odblokowaniu slotów PCI; - możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora; - możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych, - możliwość założenie szyfrowanego hasła na dysk SSD (funkcja działająca osobno i niezależnie od haseł administratora/użytkownika UEFI) oparte o standard AES256 - możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne, - możliwość selektywnego wyłączenia podyncyjnych portów USB <p>Zaimplementowany w BIOS graficzny system diagnostyczny umożliwiający testowanie komputera i wykrywanie usterek</p>		
6.	karta dźwiękowa zintegrowana, zgodna z HD audio, mikrofon wbudowany w obudowę komputera	Tak	
7.	minimum 16 GB RAM, możliwość rozbudowy pamięci do minimum 64 GB.	tak, proszę podać	
8.	dysk twarde SSD min. 512GB M.2 PCIe Gen3 x4 NVMe, 2000/1600MB/s	tak, proszę podać	

Przetarg nieograniczony nr PN-4/25
Dostawa wyposażenia pracowni endoskopowej.

9.	napęd DVD+/-R(RW)	tak	
10.	karta grafiki zintegrowana z płytą główną, wolne zewnętrzne złącza: 1 x DP, 1 x HDMI, umożliwiające pracę dwumonitorową	tak	
11.	porty zewnętrzne 1x Audio Line out, 1x Mic, 8x USB typ A, w tym minimum 4x USB 3.2 dostępne z zewnątrz komputera, minimum 4x USB 2.0 dostępne z zewnątrz komputera, 1x USB typ-C min. 2.0	tak, proszę podać	
12.	klawiatura w układzie polski programisty, bezprzewodowa	tak	
13.	mysz optyczna z dwoma klawiszami oraz rolką (scroll), bezprzewodowa	tak	
14.	system operacyjny Licencja na MS Windows 11 Professional PL 64 bit OEM z nośnikiem lub równoważny tj.: <ul style="list-style-type: none"> - obsługujący wszystkie programy obsługiwane przez ww. system, - posiadający wszystkie funkcjonalności ww. systemu, - obsługujący wszystkie urządzenia obsługiwane przez ww. system, - współpracujący z usługą MS Active Directory 		
15	trzy letnia gwarancja On-Site, czas reakcji NBD, czas na naprawę 3 dni robocze, uszkodzony dysk zostaje u ZAMAWIAJĄCEGO.		
16	możliwość ściągnięcia aktualnych sterowników z witryny producenta komputera poprzez podanie numeru seryjnego komputera	tak	
17	dedykowany portal techniczny producenta, umożliwiający ZAMAWIAJĄCEMU zgłaszanie awarii możliwość sprawdzenia kompletnych danych o urządzeniu na jednej witrynie internetowej prowadzonej przez producenta	tak	
18.	moc wystarczająca do zapewnienia pracy monitora, komputera oraz drukarki, kompatybilność z usługą wykorzystywaną przez ZAMAWIAJĄCEGO w UPSach APC Smart Connect.	tak	
19.	kolorowa drukarka A4	1 szt. tak, proszę podać nazwa urządzenia model i typ producent (nazwa/siedziba)	
20.	rodzaj sprzętu (oprogramowania) drukarka kolorowa A4	tak	
21.	prędkość drukowania min. 33 str.A4/min. [kolor / mono]	tak, proszę podać	
22.	wydruk pierwszej strony max. mono: 7,5 sek., kolor 8 sek.	tak, proszę podać	
23.	Interfejsy Gigabit Ethernet; USB 2.0	tak	
24.	rodzaj wydruku automatyczny druk dwustronny	tak	
25.	pamięć min. 1024GB	tak, proszę podać	
26.	kolorowy panel o przekątnej min 4 cale	tak, proszę podać	
27.	podajnik dokumentów, kasetka o pojemności min. 250 ark. A4 [80g/m2]	tak, proszę podać	

Przetarg nieograniczony nr PN-4/25
Dostawa wyposażenia pracowni endoskopowej.

28.	obsługiwane formaty od A5 do A4	tak	
29.	rozdzielczość drukowania min. 1200 x 1200 DPI	tak, proszę podać	
30.	sterownik ten sam uniwersalny sterownik producenta do wszystkich oferowanych urządzeń	tak	
31.	ze względu ilość miejsca w lokalizacjach, wymiary drukarki nie mogą być większe niż (320 x 460 x 430)	tak, proszę podać	
32.	drukarka musi obsługiwać toner o wydajności nie mniejsze niż: 19'000 wydruków mono, 11'000 wydruków na każdym z kolorów [wydajność policzona zgodnie z normą ISO/IEC 19798 ZAMAWIAJĄCY wymaga dostarczenia 3 dodatkowych zestawów tonerów	tak	
33.	zestaw komputerowy i drukarka są objęte 4 letnią gwarancją świadczoną na miejscu eksploatacji.	tak	

Wymagane warunki gwarancji dotyczące drukarki:

- czas reakcji serwisu – następny dzień roboczy (rozumiany jako przyjazd serwisu do urządzenia w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO)

- czas naprawy max. trzy dni robocze od momentu zgłoszenia drukarki.

- o ile naprawa nie jest możliwa na miejscu, wykonawca jest zobowiązany na swój koszt na koniec trzeciego dnia roboczego (liczonego od dnia zgłoszenia) do dostarczenia **dokładnie takiego samego modelu** jako urządzenia zastępczego i jego odbioru po wykonanej naprawie. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza możliwość podmiiany materiałów eksploatacyjnych pomiędzy urządzeniem zabieranym do naprawy a zastępczym – tak żeby realizowane w międzyczasie wydruki były wykonywane na materiałach eksploatacyjnych (toner/bęben lub cartridge) ZAMAWIAJĄCEGO.

ZAMAWIAJĄCY **nie dopuszcza** żeby świadczenie gwarancji odbywało się w inny sposób jak opisany powyżej, np. poprzez pakowanie i wysyłanie do serwisu uszkodzonych urządzeń.

Wszystkie koszty związane z utrzymaniem gwarancji, jak również wymiany jakichkolwiek materiałów (oprócz toner/bęben lub cartridge – w zależności o zaoferowanego urządzenia), niezbędnych do prawidłowej pracy urządzenia mają być wliczone w cenę oferowanego sprzętu. Uszkodzenia / zniszczenie sprzętu wynikające z winy użytkownika będzie podlegało osobnemu rozliczeniu.

W przypadku, gdy w rubryce „wymagane” wymagana jest odpowiedź tak lub podana wartość graniczna, to oferent jest zobowiązany do potwierdzenia jej w rubryce „parametry oferowane”. Każda inna odpowiedź lub jej brak zostaną uznane za niespełnienie warunku granicznego, co spowoduje odrzucenie oferty.

W rubryce parametry oferowane, należy potwierdzić spełnienie warunków wymaganych oraz je opisać, podać zakresy oferowane i wskazać dokument i stronę załączonych dokumentów, w której znajdują się informacje potwierdzające udzielone odpowiedzi.

ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo weryfikacji deklarowanych parametrów z użyciem wszelkich dostępnych źródeł, w tym zapytanie bezpośrednio u producenta sprzętu.

_____ dnia _____ 2025 r.

*podpisy osób upoważnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu WYKONAWCY*

Przetarg nieograniczony nr PN-4/25
Dostawa wyposażenia pracowni endoskopowej.

Załącznik nr 2
do Specyfikacji Warunków Zamówienia
nr PN-4/25
Załącznik nr 2
do umowy nr PN-4/25

SZCZEGÓLNE KOSZTY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
(tabela wypełniana przez Wykonawcę)
W razie potrzeby proszę dodać wiersz w tabeli.

l.p.	nazwa określonej części przedmiotu zamówienia	liczba	cena jednostkowa netto [zł]	wartość netto [zł]	stawka vat [%]	wartość brutto [zł]
1.	procesor obrazu	1 szt.				
2.	monitor medyczny	1 szt.				
3.	wózek endoskopowy	1 szt.				
4.	ssak endoskopowy	1 szt.				
5.	pompa Water Jet	1 szt.				
6.	system insuflacji CO ²	1 szt.				
7.	wideogastroskop HDTV	3 szt.				
8.	wideokolonoskop	2 szt.				
9.	wideokolonoskop HDTV	1 szt.				
10.	diatermia chirurgiczna	1 szt.				
11.	– system dokumentowania zabiegów endoskopowych – oprogramowanie System Documentation Advanced – oprogramowanie System Documentation – kolorowa drukarka	1 kpl.				
12.	instalacja przedmiotu zamówienia oraz jego montaż i uruchomienie	-				
13.	szkolenie personelu z zakresu użytkowania i obsługi oferowanego przedmiotu zamówienia, przeprowadzone w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO, dla maksymalnie 5 użytkowników	-				
14.	wyposażenie dodatkowe (proszę osobno wycenić każdy z elementów składających się na przedmiot zamówienia- jeżeli dotyczy)					
X	łącznie wartość	X	X	X	X	X

podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

_____ dnia _____ 2025 r.

UMOWA PN-..../25 – projekt

pomiędzy:

Zachodniopomorskim Centrum Onkologii z siedzibą w Szczecinie przy ul. Strzałowskiej 22, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji, Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000048836, posiadającym NIP 851-25-37-776, Regon 000817391, zwanym w treści umowy „ZAMAWIAJĄCYM”, w imieniu którego działają:

1. ...
2. ...

a firmą ..., z siedzibą w ..., ul. ... , ..., wpisaną do ... pod nr ..., posiadającą NIP ..., Regon ..., zwaną w treści umowy „WYKONAWCĄ”, w imieniu którego działają:

1. ...
2. ...

została zawarta umowa następującej treści:

Przedmiot umowy

§ 1.

1. Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o Ustawę Prawo zamówień publicznych, rozstrzygniętego w dniu ... r. ZAMAWIAJĄCY zleca a WYKONAWCA przyjmuje na siebie obowiązek **dostawy wyposażenia pracowni endoskopowej** w ilości i za cenę określoną w **Załączniku nr 1 i 2 do SWZ** zgodnie z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz ofertą WYKONAWCY stanowiącymi integralną część umowy.
2. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi, oprócz czynności określonych w **Załączniku nr 1 do SWZ**, wszystkie czynności niezbędne do zapewnienia ZAMAWIAJĄCEMU prawidłowego korzystania z przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności transport, montaż, uruchomienie, ubezpieczenie na koszt WYKONAWCY wszystkich elementów przedmiotu zamówienia od ryzyka przypadkowej utraty, zniszczenia, uszkodzenia, kradzieży do czasu podpisania protokołu odbioru końcowego urządzenia medycznego (**Załącznik nr 3 do SWZ**), w tym na czas transportu (w tym dostawa systemu dokumentowania zabiegów endoskopowych).
3. Miejsce realizacji zamówienia: Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie przy ul. Strzałowskiej 22, Oddział Chirurgii Onkologicznej.
4. Zadanie składa się z następujących części:
 - 1) procesor obrazu - 1 szt.
 - 2) monitor medyczny - 1 szt.
 - 3) wózek endoskopowy - 1 szt.
 - 4) ssak endoskopowy - 1 szt.

- 5) pompa Water Jet - 1 szt.
 - 6) system insuflacji CO² - 1 szt.
 - 7) wideogastroskop- 3 sztuki
 - 8) wideokolonoskop – 2 sztuki
 - 9) wideokolonoskop HDTV – 1 szt.
 - 10) diatermia chirurgiczna - 1 szt.
 - 11) system dokumentowania zabiegów endoskopowych – 1 kpl.
5. Termin zrealizowania przedmiotu zamówienia: **do 16 tygodni** od dnia zawarcia umowy w tym:
- 1) **do 8 tygodni** licząc od dnia zawarcia umowy dostawa wyposażenia pracowni endoskopowej,
 - 2) **do 8 tygodni** dostawa systemu dokumentowania zabiegów endoskopowych od dostawy wyposażenia pracowni endoskopowej.
6. WYKONAWCA oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji zamówienia. Wszystkie elementy przedmiotu zamówienia muszą być zgodne z właściwościami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, obowiązującymi przepisami, specyfikacją warunków zamówienia oraz ofertą WYKONAWCY. WYKONAWCA realizował będzie obowiązki umowne z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa.
7. ZAMAWIAJĄCY przekaże WYKONAWCY listę osób do szkolenia oraz wydeleguje personel na szkolenie we wspólnie ustalonym między Stronami terminie, umożliwiającym WYKONAWCY realizację przedmiotu zamówienia w terminie określonym § 1 ust. 6 umowy.
8. Zakres niniejszej umowy obejmuje wszelkie czynności wynikające ze specyfikacji warunków zamówienia i jej załączników, **Załącznika nr 1 do umowy**, oraz wszelkie czynności niezbędne do uruchomienia i prawidłowego korzystania z dostarczonego przedmiotu zamówienia u ZAMAWIAJĄCEGO.
9. Dokumenty powyższe należy traktować jako wzajemnie uzupełniające się i wyjaśniające. W przypadku jakiegokolwiek rozbieżności lub wieloznaczności WYKONAWCA z powołaniem się na taką okoliczność nie może ograniczać ani zakresu zamówienia, ani zakresu należytej staranności.
10. WYKONAWCA oświadcza, że będzie realizować obowiązki umowne z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa oraz że dostarczane w ramach umowy wyroby/produkty posiadać będą wszelkie dokumenty i oznaczenia wymagane obowiązującymi przepisami. WYKONAWCA zobowiązuje się do niezwłocznego przedstawienia dokumentów potwierdzających spełnienie tych wymogów na każde wezwanie.

Wynagrodzenie i zasady jego zmian

§ 2.

1. Strony ustalają, że za przedmiot zamówienia ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY cenę netto zł, plus podatek VAT, to jest brutto zł (słownie:), zgodną z deklarowaną w ofercie i **w Załączniku nr 2 do umowy**, przedstawiającym szczegółowe koszty przedmiotu zamówienia.
2. Cena określona w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z dostawą oraz z takimi czynnościami, jak transport, ubezpieczenie w czasie transportu i przechowania, montaż, instalacja przedmiotu zamówienia, jego uruchomienie i przeszkolenie personelu, ponadto opłaty wynikające z polskiego prawa celnego i podatkowego itp. WYKONAWCA winien uwzględnić w cenie oferty również wszystkie inne koszty jakie poniesie w związku z realizacją przedmiotu przetargu, także nie

wymienione w zdaniu poprzedzającym, a które mają wpływ na cenę oferty, oraz wykonanie czynności wymienionych w § 6 oraz § 7 umowy (w zakresie serwisu gwarancyjnego).

3. W przypadku zmiany stawki VAT, przy niezmiennej cenie netto, cena brutto ulegać będzie zmianie odpowiednio do zmiany podatku, przy czym zmiana ta nastąpi z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę podatku. W przypadku wzrostu stawki podatku VAT po terminie umownego dostarczenia przedmiotu dostawy, WYKONAWCĘ obciąża koszt podwyższonego podatku.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym zgodnie z przeprowadzonym przetargiem, które nie podlega zmianie w czasie trwania umowy (z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w umowie) i obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem umowy.

Rozliczenie umowy / Warunki płatności

§ 3.

1. Wynagrodzenie WYKONAWCY zostanie wypłacone na podstawie faktury, po wykonaniu przedmiotu zamówienia oraz po podpisaniu przez obie strony **protokołu końcowego odbioru urządzenia medycznego**, bez uwag będącego przedmiotem umowy (Wzór protokołu określono w **Załączniku nr 3 do umowy**).
2. Termin płatności wynosi do 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury ZAMAWIAJĄCEMU i uprzedniego podpisania wymaganych dokumentów. W przypadku wystawienia faktury niezgodnie z obowiązującymi przepisami, bez zakończenia czynności wymaganych do odbioru lub bez podpisania wymaganych dokumentów termin zapłaty liczy się od daty poprawienia lub uzupełnienia tych braków.
3. Warunkiem wystawienia faktury jest podpisanie protokołu odbioru końcowego urządzenia bez uwag.
4. Nazwa przedmiotu dostawy wskazana w fakturze winna być tożsama z nazwą przedmiotu zamówienia wskazanego w § 1 ust. 1 umowy.
5. Z chwilą podpisania protokołu odbioru końcowego urządzenia następuje przejście prawa własności na ZAMAWIAJĄCEGO, z tym zastrzeżeniem, że ryzyko przypadkowej utraty, zniszczenia lub uszkodzenia urządzenia ponosi WYKONAWCA do czasu podpisania protokołu odbioru końcowego urządzenia medycznego.
6. Jeżeli ZAMAWIAJĄCY opóźnia się z zapłatą wynagrodzenia, WYKONAWCA może żądać odsetek ustawowych za opóźnienie.
7. Zapłata wynagrodzenia dokonana na wskazany przez Lidera Konsorcjum rachunek bankowy stanowi spełnienie świadczenia należnego dla WYKONAWCY (*dotyczy konsorcjum*).
8. Rozliczenie przedmiotu zamówienia realizowane będzie w złotych polskich.
9. ZAMAWIAJĄCY dokona zapłaty, w formie przelewu na konto WYKONAWCY wskazane w fakturze.
10. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia konta ZAMAWIAJĄCEGO.
11. ZAMAWIAJĄCY nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania przedmiotu zamówienia.
12. W przypadku wystawienia faktury niezgodnie z przepisami termin zapłaty liczy się od otrzymania przez ZAMAWIAJĄCEGO prawidłowo wystawionej faktury.

Zobowiązania WYKONAWCY

§ 4.

1. WYKONAWCA odpowiada za wady fizyczne i prawne przedmiotu dostawy oraz za brak zagwarantowanych właściwości.
2. WYKONAWCA zapewnia, iż przedmiot dostawy jest nowy i wolny od roszczeń osób trzecich.

§ 5.

1. Po uruchomieniu i stwierdzeniu prawidłowości działania przedmiotu dostawy, strony sporządzą protokół odbioru końcowego urządzenia medycznego.

Zasady gwarancji i rękojmi

§ 6.

1. WYKONAWCA udziela.....miesięcznej gwarancji i rękojmi (zależy od treści oferty i stanowi kryterium nr 2) nie dotyczy rozdziału XVI. Załącznika nr 1 do umowy.
2. Bieg terminu gwarancji przedmiotu dostawy rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego urządzenia medycznego bez uwag.
3. ZAMAWIAJĄCY może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy niezależnie od uprawnień przysługujących z tytułu gwarancji.
4. Termin gwarancji i rękojmi ulega automatycznemu przedłużeniu o czas naprawy, a w przypadku wymiany urządzenia na nowe, termin gwarancji i rękojmi rozpoczyna bieg na nowo; zastrzeżenie to dotyczy także wymiany części składowych, przy czym nowy bieg terminu gwarancji dotyczy tej części.

§ 7.

1. WYKONAWCA zapewnia serwis gwarancyjny (w tym przeglądy techniczne w ramach gwarancji) dostarczonego przedmiotu zamówienia, którego warunki zawarte są w Załączniku nr 1 do umowy.
2. Maksymalny czas usunięcia awarii/wady/usterki przedmiotu zamówienia określono w Załączniku nr 1 do umowy.

Terminy mogą ulec przedłużeniu i indywidualnemu uzgodnieniu pomiędzy stronami w sytuacji wyjątkowej, niezależnej od WYKONAWCY, a uniemożliwiającej ich dotrzymania. Przyczyny wskazane zdaniu poprzedzającym winny być każdorazowo wykazane przez WYKONAWCĘ.
3. Maksymalny czas reakcji serwisu określony jako rozpoczęcie czynności diagnostycznych od chwili powiadomienia przez ZAMAWIAJĄCEGO o nieprawidłowej pracy przedmiotu zamówienia, określono w Załączniku nr 1 do umowy.
4. Ilekroć w umowie mowa o dniu roboczym rozumie się przez to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
5. WYKONAWCA zobowiązany jest niezwłocznie potwierdzić ZAMAWIAJĄCEMU otrzymanie zgłoszenia wady (reklamacji).

6. Wszelkie czynności serwisowe przedmiotu zamówienia, które zgodnie z instrukcją obsługi przypadają w okresie gwarancyjnym, są wykonywane przez WYKONAWCĘ w ramach ceny, o której mowa w § 2 ust. 1.
7. WYKONAWCA zobowiązany jest do wymiany przedmiotu zamówienia na nowy, jeżeli przedmiot zamówienia ulegnie uszkodzeniu w czasie gwarancji w taki sposób, że naprawa okaże się niemożliwa lub niecelowa, co zostanie potwierdzone przez producenta wyrobu.
8. Koszty transportu powstałe w związku z wykonywaniem gwarancyjnych czynności serwisowych, obciążają WYKONAWCĘ.
9. Gwarancją nie są objęte:
 - 1) uszkodzenia i wady dostarczanego sprzętu wynikłe na skutek:
 - a) eksploatacji sprzętu lub oprogramowania przez ZAMAWIAJĄCEGO niezgodnie z jego przeznaczeniem, niestosowania się ZAMAWIAJĄCEGO do instrukcji obsługi, mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO lub osób trzecich i wywołane nimi wady (jeśli dotyczy),
 - b) samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez ZAMAWIAJĄCEGO lub inne nieuprawnione osoby);
 - 2) uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. siła wyższa (pożar, powódź, zalanie itp.).
10. W przypadku odmowy usunięcia wad lub też nieusunięcia wad w wyznaczonym terminie, ZAMAWIAJĄCY może powierzyć usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko WYKONAWCY a skorzystanie z tego uprawnienia nie wyłącza udzielonej gwarancji.
11. WYKONAWCA jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad usuwaniem wad na zasadach ogólnych.

Ubezpieczenie

§ 8.

1. WYKONAWCA posiadać będzie przez cały okres trwania niniejszej umowy, umowę WYKONAWCA posiadać będzie przez cały okres trwania niniejszej umowy, umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej przedmiot umowy, z sumą gwarancyjną nie niższą niż **2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych)** na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej obejmować będzie odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową, w tym za szkody osobowe i rzeczowe oraz ich następstwa z rozszerzeniem o odpowiedzialność cywilną za produkt. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom ochrona ubezpieczeniowa obejmować będzie szkody wyrządzone przez podwykonawców. Do umowy ubezpieczenia może być wprowadzona ewentualna franszyza integralna/ redukcyjna/udział własny w wysokości nie wyższej niż 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) lub franszyza redukcyjna / udział własny w wysokości nie wyższej niż 10% wypłacanego odszkodowania.
2. Szczegółowy zakres oraz warunki umowy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1, jak też zmiana tych warunków podlegają akceptacji ZAMAWIAJĄCEGO. Zmiana warunków możliwa jest wyłącznie w przypadku, gdy nie wpływa znacząco na zakres ochrony ubezpieczeniowej wskazany w ust. 1, a także w razie wystąpienia ważnych powodów.
3. WYKONAWCA dostarczy ZAMAWIAJĄCEMU dowód ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 wraz z potwierdzeniem zapłaty składki (w przypadku płatności ratalnej wymagalnych rat składek) przed podpisaniem niniejszej umowy. Do dowodu ubezpieczenia WYKONAWCA na żądanie ZAMAWIAJĄCEGO dołączy ogólne warunki ubezpieczenia obowiązujące w umowie ubezpieczenia oraz wniosek ubezpieczeniowy stanowiący podstawę zawarcia

umowy ubezpieczenia, (jeżeli taki występuje). W przypadku wygasania ubezpieczenia w trakcie trwania niniejszej umowy WYKONAWCA zobowiązuje się przedkładać ZAMAWIAJĄCEMU, bez odrębnego wezwania, dowód ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 na kolejny okres (nie później niż na 3 dni przed wygaśnięciem poprzedniej umowy ubezpieczenia).

4. W przypadku ratalnej płatności składki za ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, WYKONAWCA zobowiązany jest przedkładać ZAMAWIAJĄCEMU, bez odrębnego wezwania, dowód zapłaty każdej kolejnej raty składki, najpóźniej w terminie 3 dni przed upływem jej płatności.
5. Niewywiązanie się z obowiązków opisanych w ust. 1-4 upoważnia ZAMAWIAJĄCEGO do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY, bądź do zawarcia wymaganych ubezpieczeń na koszt WYKONAWCY. W przypadku zawarcia wymaganych ubezpieczeń na koszt WYKONAWCY koszty te ZAMAWIAJĄCY będzie mógł potrącić z wynagrodzenia WYKONAWCY, a jeżeli nie będzie to możliwe WYKONAWCA zwróci te koszty ZAMAWIAJĄCEMU w terminie 7 dni od wystąpienia z żądaniem zapłaty.

Kary umowne i odpowiedzialność odszkodowawcza

§ 9.

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne w następujących wysokościach i przypadkach:
 - a) w wysokości 0,4% ceny netto przedmiotu zamówienia określonego w § 2 ust. 1 umowy, z którego ukończeniem WYKONAWCA pozostaje w zwłoce w stosunku do terminu wskazanego w § 1 ust. 6 za każdy dzień zwłoki; *(za zwłokę rozumie się również dostarczenie przedmiotu zamówienia wadliwego lub nieukończenie wszystkich czynności wymaganych umową do podpisania protokołu odbioru końcowego),*
 - b) w wysokości 0,2% ceny netto określonej w § 2 ust. 1 umowy, za zwłokę w usunięciu wad w trakcie czynności odbiorowych lub w okresie gwarancji i rękojmi za każdy dzień zwłoki;
 - c) w wysokości 200 zł za każdą godzinę zwłoki w zakresie reakcji serwisu gwarancyjnego i 200 zł za każdy dzień zwłoki w zakresie terminu naprawy z wyłączeniem uwzględnienia przez ZAMAWIAJĄCEGO sytuacji wskazanej w § 7 ust. 2 zdanie 2 i 3,
 - d) w wysokości 10% ceny netto, o której mowa w § 2 ust. 1, przedmiotu umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO z przyczyn zawinionych WYKONAWCĘ,
 - e) w wysokości 5 000, zł za każdy stwierdzony przypadek nieposiadania przez urządzenie dokumentu wymaganego przepisami o wyrobach medycznych lub inne stwierdzenie naruszenia obowiązujących przepisów w zakresie wyrobów medycznych.
2. W razie odstąpienia od umowy przez WYKONAWCĘ z przyczyn, za które odpowiada ZAMAWIAJĄCY, ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY karę umowną w wysokości 10% wartości netto umowy określonej w § 2 ust. 1 umowy.
3. WYKONAWCA upoważnia ZAMAWIAJĄCEGO do potrącenia naliczonych kar umownych z należnego wynagrodzenia.
4. Gdy wysokość zastrzeżonych kar nie pokryje pełnej szkody ZAMAWIAJĄCEGO, ZAMAWIAJĄCY ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. ZAMAWIAJĄCY ma prawo dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych także w przypadkach, dla których nie zastrzeżono kar umownych.
5. Strony są zwolnione od odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy, w przypadku, gdy to

niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem zdarzeń określanych, jako siła wyższa.

6. Dla potrzeb niniejszej umowy pojęcie siły wyższej oznacza zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, pozostające poza kontrolą strony powołującej się na wypadek siły wyższej, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia. Pojęcie siły wyższej nie obejmuje żadnych zdarzeń, które wynikają z niedołożenia przez strony należytej staranności oraz nie obejmuje zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla danej pory roku.
7. Za siłę wyższą strony uznają w szczególności następujące zdarzenia, które wpływają na wykonanie umowy:
 - a) strajki lub inne formy protestu,
 - b) pożar powstały na skutek okoliczności, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności,
 - c) powódź,
 - d) katastrofalne wydarzenia powstałe na skutek okoliczności, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności.
8. Strona powołująca się na siłę wyższą jest zobowiązana zawiadomić niezwłocznie drugą stronę na piśmie, zarówno o zaistnieniu, jak i ustaniu okoliczności uznawanych za siłę wyższą oraz do przedstawienia w terminie 3 dni po ustąpieniu stanu siły wyższej dowodów potwierdzających ich wystąpienie.
9. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do sumowania kar umownych w tym za zwłokę oraz z tytułu odstąpienia.
10. Łączna wysokość kar umownych, jakiej mogą dochodzić strony nie może przekroczyć 40% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 2 ust. 1.

Odstąpienie od umowy

§ 10.

1. Oprócz przypadków określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje dodatkowo prawo odstąpienia od umowy w całości lub w części w następujących sytuacjach:
 - 1) w przypadku dostarczenia przez WYKONAWCĘ przedmiotu zamówienia niezgodnego z umową, w tym wymaganiami SWZ, po uprzednim bezskutecznym dodatkowym wezwaniu WYKONAWCY do dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodnego z umową w terminie wyznaczonym przez ZAMAWIAJĄCEGO nie krótszym niż 7 dni,
 - 2) w przypadku, gdy WYKONAWCA popadnie w zwłokę w zrealizowaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminów, o których mowa w § 1 ust. 4 6 niniejszej umowy, po bezskutecznym pisemnym wezwaniu WYKONAWCY do dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodnego z umową w terminie wyznaczonym przez ZAMAWIAJĄCEGO nie krótszym niż 7 dni,
 - 3) innego rażącego uchybienia WYKONAWCY przy realizacji umowy, w szczególności ujawnienia dostarczenia przez WYKONAWCĘ przedmiotu zamówienia niezgodnego z umową w tym wymaganiami SWZ, naruszenia przez WYKONAWCĘ obowiązujących przepisów, po uprzednim bezskutecznym dodatkowym wezwaniu WYKONAWCY do należytego wykonania umowy w terminie wyznaczonym przez ZAMAWIAJĄCEGO nie krótszym niż 7 dni a także w innych przypadkach wskazanych w umowie,

- 4) niespełnienia przez WYKONAWCĘ obowiązku posiadania ubezpieczenia na warunkach, o których mowa w § 8 lub braku przedstawienia dokumentów dotyczących tego ubezpieczenia, przy czym w przypadku braku przedstawienia dokumentów, przed rozwiązaniem umowy, ZAMAWIAJĄCY wyznaczy WYKONAWCY dodatkowy termin na ich przedstawienie, nie krótszy niż 5 dni,
 - 5) innych przypadkach wskazanych w umowie.
2. ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub odstąpienia od części umowy w przypadku, o którym mowa w art. 456 Ustawy Pzp na warunkach przewidzianych w tym przepisie.
 3. W czasie obowiązywania art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U. L 229 z 31.7.2014), w brzmieniu nadanym Rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U. L 111 z 8.4.2022) oraz art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2024, poz. 507), WYKONAWCA zobowiązuje się na każde żądanie ZAMAWIAJĄCEGO złożyć oświadczenie umożliwiające zweryfikowanie ZAMAWIAJĄCEMU, że WYKONAWCA nie podlega wyłączeniu z realizacji zamówienia na podstawie ww. przepisu, a także dotyczące – w tym zakresie – podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10% wartości zamówienia.
 4. W przypadku uchylania się przez WYKONAWCĘ od złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 3 (nieprzedstawienia przez WYKONAWCĘ oświadczenia, o którym mowa w ust. 3 w terminie wyznaczonym przez ZAMAWIAJĄCEGO nie krótszym niż 7 dni) lub ujawnienia okoliczności, o których mowa w ww. przepisie art. 5k lub art. 7 w stosunku do WYKONAWCY ZAMAWIAJĄCY uprawniony jest do odstąpienia od umowy z winy WYKONAWCY.
 5. W przypadku ujawnienia się okoliczności, o których mowa w ww. przepisie art. 5k w stosunku do podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku, gdy przypada na nich ponad 10% wartości zamówienia ZAMAWIAJĄCY wezwie WYKONAWCĘ do ich zastąpienia innymi podmiotami pod rygorem odstąpienia od umowy z winy WYKONAWCY w przypadku niewykonania tego obowiązku.
 6. Skutki odstąpienia od umowy następują na przyszłość i nie dotyczą takich instytucji jak kary umowne, prawo żądania odszkodowania za nienależyte wykonanie lub niewykonanie umowy czy innych istotnych dla spraw.
 7. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy ZAMAWIAJĄCY może złożyć nie później niż w terminie do dnia 31.08.2025 r.
 8. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić tylko i wyłącznie w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie.

Odpowiedzialność WYKONAWCY za osoby trzecie

§ 11.

WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą w stosunku do ZAMAWIAJĄCEGO za działania i zaniechania własne oraz działania i zaniechania pracowników oraz innych osób, z których pomocą zobowiązania objęte umową wykonuje, jak za własne działania lub zaniechania.

Współpraca stron

§ 12.

1. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania we właściwym czasie o zdarzeniach mających istotne znaczenie dla realizacji niniejszej umowy.
2. Każda ze stron wyznaczy swoich przedstawicieli upoważnionych do działania w ich imieniu w zakresie rozwiązywania problemów, mogących zaistnieć przy realizacji niniejszej umowy.
3. Przedstawicielami ZAMAWIAJĄCEGO uprawnionymi do reprezentowania w sprawach związanych z realizacją umowy są:
 - 1)
 - 2)w tym w sprawach związanych z odbiorem dostawy i uruchomieniem przedmiotu zamówienia są:
 - 1)
 - 2)
4. Przedstawicielami WYKONAWCY uprawnionymi do reprezentowania w sprawach związanych z realizacją umowy są:
 - 1)
 - 2)w tym w sprawach związanych z odbiorem dostawy i uruchomieniem przedmiotu zamówienia są:
 - 1)
 - 2)
5. Zmiana osób wskazana w ustępach poprzedzających nie wymaga zmiany umowy, a dowodnego zawiadomienia drugiej strony.
6. Strony oświadczają, że adresy podane na wstępie Umowy są adresami właściwymi do dokonywania skutecznych doręczeń. Strony zobowiązane są do niezwłocznego informowania się o zmianie siedziby lub adresu do doręczeń. W przypadku zaniechania wykonania tego obowiązku pismo wysłane listem poleconym na ostatni znany adres uważa się za skutecznie doręczone.

Warunki zmiany umowy

§ 13.

1. ZAMAWIAJĄCY, dopuszcza wprowadzenie nieistotnych zmian do umowy, które będą dla niego korzystne lub będą wynikały z jego możliwości płatniczych, względnie będą dokonane w interesie publicznym albo ważnym interesie ZAMAWIAJĄCEGO, oraz w przypadkach, o których mowa w § 2, a także zmian związanych ze zmianami stanu prawnego w trakcie obowiązywania umowy.
2. Dopuszczalne jest również wprowadzenie zmian do umowy zgodnie z art. 455 Ustawy Prawo zamówień publicznych a także na zasadach i w zakresie dopuszczonym innymi obowiązującymi przepisami, w szczególności wprowadzonymi w związku z sytuacją epidemiologiczną. W takim przypadku ZAMAWIAJĄCY po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem np. stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego wpływają na należyte wykonanie umowy, w uzgodnieniu z WYKONAWCĄ dokonuje zmiany umowy, w szczególności poprzez:

- 1) zmianę terminu wykonania umowy polegającą w szczególności na wydłużeniu jej obowiązywania w przypadku niewyczerpania ilości objętych zamówieniem w zakresie danego pakietu o czas pozwalający na wykorzystanie ilości objętych opisem przedmiotu zamówienia.
- 2) zmianę sposobu wykonywania dostawy,
- 3) zmianę zakresu świadczenia Wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia WYKONAWCY,
- o ile wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy.

Zmiana terminu wykonania umowy może nastąpić o czas trwania przeszkody i/lub o czas trwania skutków związanych z wystąpieniem tej przeszkody

3. W przypadku dokonania zmiany umowy, jeżeli zmiana ta obejmuje część zamówienia powierzoną do wykonania PODWYKONAWCY, WYKONAWCA i PODWYKONAWCA mogą uzgodnić odpowiednią zmianę łączącej ich umowy, w sposób zapewniający, że warunki wykonania tej umowy przez PODWYKONAWCĘ nie będą mniej korzystne niż warunki wykonania umowy zmienionej pomiędzy ZAMAWIAJĄCYM a WYKONAWCĄ.
4. Zmiana osób wskazana w ustępach poprzedzających nie wymaga zmiany umowy, a dowodnego zawiadomienia drugiej strony.
5. Strony oświadczają, że adresy podane na wstępie Umowy, są adresami właściwymi do dokonywania skutecznych doręczeń. Strony zobowiązane są do niezwłocznego informowania się o zmianie siedziby lub adresu do doręczeń. W przypadku zaniechania wykonania tego obowiązku pismo wysłane listem poleconym na ostatni znany adres uważa się za skutecznie doręczone.

Obowiązek informacyjny wobec osób podpisujących umowę

§ 14.

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, ZAMAWIAJĄCY przedkłada następującą informację dotyczącą danych osobowych osób działających w imieniu WYKONAWCY przy realizacji zamówienia:

- 1) administratorem danych osobowych jest Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie ul. Strzałowska 22; 71-730 Szczecin,
- 2) inspektorem ochrony danych osobowych u ZAMAWIAJĄCEGO jest Jacek Motylewski, kontakt: adres e-mail iod@onkologia.szczecin.pl, nr telefonu 91 42 51 410 wewn. 621,
- 3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c, f RODO, przy czym za prawnie uzasadniony interes wskazuje się konieczność zawarcia umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- 4) dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia właściwej realizacji Umowy w zakresie: dane zwykłe – imię, nazwisko, zajmowane stanowisko i miejsce pracy,
- 5) dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej lub będzie się to wiązało z koniecznością wynikającą z realizacji umowy,
- 6) dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa przez okres 6 lat od końca roku kalendarzowego, w którym umowa zostanie zrealizowana, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, dochodzenie roszczeń lub inne wymagania zawarte w obowiązujących przepisach prawa,

- 7) osoby podpisujące i realizujące umowę w imieniu WYKONAWCY mają prawo do:
 1. żądania dostępu do danych osobowych ich dotyczących i sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania danych,
 2. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
- 8) decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
- 9) osobom działającym w imieniu WYKONAWCY nie przysługuje prawo:
 - a) do usunięcia danych osobowych,
 - b) do przenoszenia danych osobowych,
 - c) do sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych.

Obowiązek informacyjny wobec przedstawicieli i innych osób WYKONAWCY

§ 15.

1. Obowiązek informacyjny wobec przedstawicieli WYKONAWCY w zakresie wykonywania umowy oraz innych osób realizujących umowę w imieniu WYKONAWCY (w tym jego podwykonawcy) spoczywa na WYKONAWCY.
2. WYKONAWCA jest zobowiązany do zapewnienia, że każda z osób, o których mowa w ust. 1 zapozna się dowodnie z treścią obowiązku informacyjnego odpowiadającego treści obowiązku informacyjnego, zawartego w paragrafie poprzedzającym.

Postanowienia końcowe

§ 16.

1. WYKONAWCA nie może bez pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią ani dokonywać jakichkolwiek czynności prawnych, w wyniku których wierzytelność WYKONAWCY wobec ZAMAWIAJĄCEGO przeniesiona zostałaby na podmiot trzeci ani dokonywać potrącenia.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa zamówieniach publicznych, Ustawy o wyrobach medycznych oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy.
3. Wszelkie spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się załatwiać polubownie co nie stanowi zapisu na sąd polubowny. W przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia, właściwym do rozpoznania sporu jest właściwy rzeczowo sąd siedziby ZAMAWIAJĄCEGO.
4. WYKONAWCA przyjmuje pełną odpowiedzialność cywilną za wszelkie szkody osobiste i majątkowe wobec osób trzecich, a także szkody ZAMAWIAJĄCEGO, które powstaną lub mogą powstać w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonywaniem niniejszej umowy.
5. W związku z możliwością dostępu do danych osobowych przetwarzanych przez ZAMAWIAJĄCEGO, WYKONAWCA zobowiązuje się podpisać i przestrzegać postanowień umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, która stanowi **Załącznik nr 4 do umowy**.
6. Umowa została sporządzona w formie elektronicznej oraz przekazana każdej ze Stron. (*wersja elektroniczna*)
7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dla ZAMAWIAJĄCEGO i jeden dla WYKONAWCY. (*wersja papierowa*)

8. WYKONAWCA wskazuje samochody uprawnione do wjazdu na teren ZAMAWIAJĄCEGO bez uiszczania opłaty za wjazd, w celu realizacji niniejszej umowy:

- 1)
- 2)

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

(stempel firmowy i podpisy osób działających w imieniu ZAMAWIAJĄCEGO, wraz z pieczętkami imiennymi)

(stempel firmowy i podpisy osób działających w imieniu WYKONAWCY, wraz z pieczętkami imiennymi)

Wersja elektroniczna

(cyfrowe podpisy osób działających w imieniu ZAMAWIAJĄCEGO)

(cyfrowe podpisy osób działających w imieniu WYKONAWCY)

Wykaz załączników do umowy:

- Załącznik nr 1: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
- Załącznik nr 2: Szczegółowe koszty jednostkowe przedmiotu zamówienia,
- Załącznik nr 3: Wzór protokołu odbioru końcowego urządzenia medycznego,
- Załącznik nr 4: Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.

FORMULARZ OFERTOWY

I. Oznaczenie WYKONAWCY składającego ofertę.

nazwa WYKONAWCY	
adres	
e-mail, telefon	
NIP	
REGON	
KRS	

II. Oferta WYKONAWCY.

cena (wypełnia WYKONAWCA) zgodnie z pakietem, na który składana jest oferta)	
wartość netto (zł) (wypełnia WYKONAWCA)	wartość brutto (zł) (wypełnia WYKONAWCA)

okres gwarancji i rękojmi (wypełnia WYKONAWCA zgodnie z kryterium nr 2)
<input type="checkbox"/> okres gwarancji i rękojmi: 36 miesięcy
<input type="checkbox"/> okres gwarancji i rękojmi: 30 miesięcy
<input type="checkbox"/> okres gwarancji i rękojmi: 24 miesiące

III. Oświadczenia.

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz posiadamy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.
2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
3. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Warunków Zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach zawartych w projekcie w miejscu i terminie wyznaczonym przez ZAMAWIAJĄCEGO.
4. Przedmiot zamówienia wykonamy **sami/z udziałem podwykonawców** (niepotrzebne skreślić)

Przetarg nieograniczony nr PN-4/25
Dostawa wyposażenia pracowni endoskopowej.

Zamierzamy powierzyć wykonanie części zamówienia następującym podwykonawcom:

L.p.	Nazwa części zamówienia (zakres)	Firmy podwykonawców (o ile są znani)	Wartość % powierzona do wykonania części zamówienia

5. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016, str.1) „RODO” wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu¹.

6. Dokumenty, z których wynika sposób reprezentacji wykonawcy (np. organ uprawniony do reprezentacji podmiotu) można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych:

Tak, można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych takich jak: <https://prod.ceidg.gov.pl>; <https://ems.ms.gov.pl> *

W przypadku gdy dokumenty dostępne są pod innymi adresami niż powyżej podać należy np. adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji, identyfikator wydruku:

.....

Nie można uzyskać, dokumenty przedkładam w załączeniu.

_____ dnia _____ 2025 r.

podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu WYKONAWCY

¹ w przypadku, gdy WYKONAWCA nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego zgodnie z przepisami RODO, Wykonawca nie składa oświadczenia z pkt 4 (usunięcie treści oświadczenia następuje przez jego wykreślenie)

*Załącznik nr 5
do Specyfikacji Warunków Zamówienia
nr PN-4/25*

*Załącznik nr 3
do umowy nr PN-4/25*

F-409-000-001

PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO URZĄDZENIA MEDYCZNEGO)

z dniar.

1. Podstawa realizacji zamówienia:

Umowa nr PN-4/25, z dnia r.

2. Strony:

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Zachodniopomorskie Centrum
Onkologii
ul. Strzałowska 22, 71-730 Szczecin

reprezentowani przez: (imię, nazwisko, stanowisko)

3. Przedmiot dostawy:

lp.	wyszczególnienie (rodzaj, typ, model, podstawowe parametry techniczne)	ilość kpl./szt.	numery fabryczne
1.			
2.			
...			

4. Zgodność dostawy z zamówieniem:

<input type="checkbox"/> pełna zgodność
<input type="checkbox"/> braki ilościowe (opis w pkt. 6)
<input type="checkbox"/> braki jakościowe (opis w pkt. 6)

5. Pozostałe czynności:

rodzaj	wykonana w całości	wykonana częściowo, lub nie wykonana – brak zgodności z zamówieniem	zostanie wykonana do dnia	nie wymagana
demontaż innego urządzenia i dostarczenie do wyznaczonego miejsca	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
roboty budowlane	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
montaż	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
testy i pomiary	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
uruchomienie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
szkolenie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
doręczenie instrukcji obsługi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
doręczenie paszportu techn.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
dostawa systemu dokumentowania zabiegów endoskopowych	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

6. Uwagi i zastrzeżenia Zamawiającego:

<input type="checkbox"/> brak
<input type="checkbox"/> stwierdzono następujące niezgodności:

7. Załącznikiem do protokołu jest potwierdzenie przeprowadzenia szkolenia pracowników Zamawiającego:

<input type="checkbox"/> TAK
<input type="checkbox"/> NIE, czynność wskazana w pkt. 5 do wykonania w terminie późniejszym
<input type="checkbox"/> NIE, szkolenie nie było objęte umową

8. Niniejszy protokół jest podstawą do wystawienia faktury:

<input type="checkbox"/> TAK, bez zastrzeżeń
<input type="checkbox"/> TAK, z zastrzeżeniem wykonania czynności które wskazano w pkt. 5 do wykonania w terminie późniejszym
<input type="checkbox"/> TAK, z zastrzeżeniem usunięcia, w terminie zapłaty, niezgodności wskazanych w pkt. 6
<input type="checkbox"/> NIE, przedmiot zamówienia nie nadaje się do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem

9. Załączniki do protokołu:

I. p.	wyszczególnienie
1.	
2.	
...	

Podpisy:

**PROTOKÓŁ POTWIERDZAJĄCY PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA PRACOWNIKÓW
ZCO Z OBSŁUGI URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH (dotyczy pakietu 1)**

1. Data szkolenia:
2. Nazwa firmy przeprowadzającej szkolenie:
3. Nazwa urzędnika medycznego:
4. Nr seryjny urządzenia medycznego:
5. Urządzenie dostarczone w ramach umowy nr:

LISTA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W SZKOLENIU

lp.	Imię i nazwisko, oddział, stanowisko	podpis

uwagi do przeprowadzonego szkolenia	
---	--

Podpisy osób wyznaczonych do reprezentowania stron przy odbiorze przedmiotu zamówienia i szkoleniu personelu:

**Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy
o braku innych podstaw wykluczenia**

***(w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie oświadczenie składa
każdy z wykonawców, oświadczenie powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym)***

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia na:

.....
niniejszym oświadczam, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek określonych w:

art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), zmienionego rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1).

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku podwykonawcy (niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby), na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podwykonawcy, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca nie polega, a na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego podwykonawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia:

.....
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DOSTAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego dostawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia:

.....
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

OSWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

_____ dnia _____ 2025 r.

*podpisy osób upoważnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu WYKONAWCY*

UMOWA powierzenia przetwarzania danych osobowych,
zwana dalej Umową – wzór

zawarta w Szczecinie w dniu r. pomiędzy:

Zachodniopomorskim Centrum Onkologii z siedzibą w Szczecinie przy ul. Strzałowskiej 22, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji, Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000048836, posiadającym NIP 851-25-37-776, Regon 000817391, reprezentowanym przez:

1.
2.

zwanym dalej Zamawiającym,

a firmą ... z siedzibą w ... wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez ... pod nr KRS ..., będącą podatnikiem czynnym podatku VAT zarejestrowaną pod numerem identyfikacji podatkowej NIP ... reprezentowaną przez:

1.
2.

zwaną dalej Wykonawcą

Strony zawarły Umowę nr PN-4/25 („Umowa Podstawowa”), w związku z wykonywaniem której Zamawiający (Administrator) powierzy Wykonawcy (Podmiotowi przetwarzającemu) przetwarzanie danych osobowych w zakresie określonym Umową.

§ 1.

Definicje

- 1) **Podmiot przetwarzający** – podmiot, któremu powierzono przetwarzanie danych osobowych na mocy umowy powierzenia z Zamawiającym i w jego imieniu, zwany także Wykonawcą.
- 2) **Administrator** - organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba, decydujące o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych, zwany także Zamawiającym.
- 3) **Zbiór danych** - każdy posiadający strukturę (uporządkowany) zestaw danych o charakterze osobowym, dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest rozproszony lub podzielony funkcjonalnie.
- 4) **Przetwarzanie danych** - jakiegokolwiek operacje wykonywane na danych osobowych lub zestawach osobowych w sposób zautomatyzowanych lub niezautomatyzowanych, takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, przechowywanie, porządkowanie, adoptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
- 5) **Rozporządzenie**- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

- 6) **Inny podmiot przetwarzający (podwykonawca)** - podmiot, któremu podmiot przetwarzający w imieniu administratora powierzył w całości lub częściowo przetwarzanie danych osobowych.

§ 2.

Przedmiot Umowy, cel, charakter i zakres

1. Przedmiotem umowy jest powierzenie przez Zamawiającego danych osobowych do przetwarzania przez Wykonawcę.
2. Cele powierzenia przetwarzania definiuje umowa główna.
3. Charakter przetwarzania danych dotyczy przetwarzania danych osobowych w formie papierowej i przy wykorzystaniu systemów informatycznych.
4. Zakres danych powierzonych do przetwarzania obejmuje:
 - a. dane pacjentów – ogólne:
 - nazwisko i imię,
 - pesel,
 - dane teleadresowe,
 - b. dane pacjentów – szczególne:
 - dane medyczne,
 - c. dane pracowników – ogólne:
 - nazwisko i imię,
 - nr tel. kontaktowego,
 - stanowisko oraz numer prawa wykonywania zawodu,
 - adres email.

§ 3.

Czas trwania

3. Podmiot przetwarzający uprawniony jest do przetwarzania powierzonych danych do dnia wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy podstawowej.
4. W terminie 14 dni od ustania Umowy, Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do usunięcia powierzonych danych, ze wszystkich nośników, programów i aplikacji w tym również kopii, chyba, że obowiązek ich dalszego przetwarzania wynika z odrębnych przepisów prawa.

§ 4.

Obowiązki i prawa

1. Wykonawca zobowiązuje się współpracować z Zamawiającym w zakresie udzielania odpowiedzi na żądania osoby, której dane dotyczą, opisane w rozdziale III Rozporządzenia (w szczególności informowanie i przejrzysta komunikacja, dostęp do danych, obowiązek informacyjny, prawo dostępu, prawo do sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo sprzeciwu, zautomatyzowane podejmowanie decyzji).
2. Wykonawca zobowiązuje się do pomocy Zamawiającemu w wywiązaniu się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia (w szczególności dla bezpieczeństwa przetwarzania, zgłaszania naruszenia ochrony danych osobowych organowi nadzorcemu, zawiadamiania osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu

ochrony danych osobowych, przeprowadzania oceny skutków dla ochrony danych osobowych, konsultacji z organem nadzorczym).

3. Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia Zamawiającemu wszelkich informacji niezbędnych do wykazania spełnienia obowiązków spoczywających na Wykonawcy oraz umożliwi Zamawiającemu lub audytorowi upoważnionemu przez Zamawiającego przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, współpracując przy działaniach sprawdzających i naprawczych.

§ 5.

Zgłaszanie incydentów

1. Wykonawca zobowiązuje się, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych, do zgłoszenia tego Zamawiającemu, w terminie 24 godzin od chwili ujawnienia tego faktu.
2. Informacja przekazana Zamawiającemu powinna zawierać co najmniej:
 - 1) opis charakteru naruszenia oraz - o ile to możliwe - wskazanie kategorii i przybliżonej liczby osób, których dane zostały naruszone i ilości/rodzaju danych, których naruszenie dotyczy,
 - 2) opis możliwych konsekwencji naruszenia,
 - 3) opis zastosowanych lub proponowanych do zastosowania przez Wykonawcę środków w celu zaradzenia naruszeniu, w tym minimalizacji jego negatywnych skutków.
3. Wraz z informacją, o której mowa w ust. 2 Wykonawca przekazuje niezbędną dokumentację naruszenia ochrony danych osobowych, celem powiadomienia organów nadzoru przez Zamawiającego.

§ 6.

Korzystanie przez Wykonawcę z usług innego podmiotu przetwarzającego

1. Wykonawca nie może korzystać z usług innego podmiotu przetwarzającego (podwykonawcy) bez uprzedniej szczegółowej lub ogólnej pisemnej zgody Zamawiającego.
2. W przypadku ogólnej pisemnej zgody Wykonawca informuje Zamawiającego o wszelkich zamierzonych zmianach, dotyczących dodania lub zastąpienia innych podmiotów przetwarzających, dając tym samym Zamawiającemu możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec takich zmian w terminie 14 dni.
3. Podpowierzenie przetwarzania przez Wykonawcę podmiotowi przetwarzającemu wymaga formy pisemnej. W przypadku podpowierzenia, na podwykonawcę zostaną nałożone takie same obowiązki, jak wynikają z niniejszej Umowy.
4. Wykonawca odpowiada za działania podwykonawcy tak, jak za własne.

§ 7.

Deklarowane środki techniczne i organizacyjne

1. Wykonawca gwarantuje, że każda osoba realizująca Umowę zobowiązana jest do bezterminowego zapewnienia poufności danych osobowych przetwarzanych w związku z wykonywaniem Umowy, a w szczególności do tego, że nie będzie przekazywać, ujawniać i udostępniać tych danych osobom nieuprawnionym. Jednocześnie każda osoba realizująca Umowę zobowiązana jest do zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczenia danych osobowych.
2. Wykonawca deklaruje stosowanie środków technicznych i organizacyjnych określonych w art. 32 Rozporządzenia, jako adekwatnych do zidentyfikowanego ryzyka naruszenia

praw lub wolności powierzonych danych osobowych a w szczególności:

- 1) pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych;
 - 2) zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania;
 - 3) zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;
 - 4) regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.
3. Wykonawca zobowiązuje się stosować ochronę powierzonych danych przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem (zniszczeniem, utraceniem, zmodyfikowaniem, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych) oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych („integralność i poufność”).

§ 8.

Kontrola i nadzór

1. Wykonawca wyraża zgodę i zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu kontrolowanie Wykonawcy i innego podmiotu przetwarzającego, w tym pomieszczeń i sprzętu używanego przy przetwarzaniu danych osobowych, w zakresie niezbędnym do stwierdzenia prawidłowości stosowanych zabezpieczeń danych osobowych oraz realizacji obowiązków stąd wynikających, a także w zakresie oceny prawidłowości przetwarzania danych osobowych udostępnionych dla realizacji określonego zadania lub usługi.
2. Wykonawca zobowiązuje się zastosować do zaleceń Zamawiającemu, dotyczących poprawy jakości zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania, wynikających z wyników przeprowadzonej kontroli.

§ 9.

Odpowiedzialność

1. Wykonawca odpowiada za prawidłowe przetwarzanie danych osobowych, w tym ich właściwą ochronę, przez wszystkie osoby, które realizują wykonanie niniejszej Umowy oraz przez inny podmiot przetwarzający i ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych niezgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy lub wynikającymi z obowiązujących przepisów.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim w związku z przetwarzaniem danych osobowych, a w szczególności w związku z ich bezprawnym udostępnieniem.

§ 10.

Rozwiązanie umowy

Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym, gdy Wykonawca:

- 1) pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich w wyznaczonym terminie;
- 2) przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z umową;

- 3) powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Zamawiającemu danych.

§ 11.

Postanowienia końcowe

1. Umowa zastępuje wszelkie inne ustalenia dokonane pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym dotyczące przetwarzania danych osobowych bez względu na to, czy zostały uregulowane umową czy innym instrumentem prawnym.
2. W zakresie nieuregulowanym Umową mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym Rozporządzenia.
3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dla ZAMAWIAJĄCEGO i jeden dla WYKONAWCY. (*wersja papierowa*)

lub

Umowa została sporządzona w formie elektronicznej oraz przekazana każdej ze Stron. (*wersja elektroniczna*)

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

(stempel firmowy i własnoręczne podpisy osób działających w imieniu ZAMAWIAJĄCEGO wraz z pieczętkami imiennymi, lub podpisy cyfrowe)

(stempel firmowy i własnoręczne podpisy osób działających w imieniu WYKONAWCY wraz z pieczętkami imiennymi, lub podpisy cyfrowe)