



Poznań, dnia 25.03.2025 roku

Oznaczenie sprawy: TP-24/25

**Uczestnicy postępowania
prowadzonego w trybie podstawowym
na dostawę szafek przyłóżkowych**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W związku z otrzymanymi zapytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający na podstawie art. 284 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019r - Prawo zamówień publicznych poniżej zamieszcza treść zapytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie:

1. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o szerokości 400 mm, głębokości 460 mm, wysokości 800 mm?
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.
2. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z drzwiczkami o wymiarach 325 x 335 mm, co minimalnie różni się od parametru oczekiwanego?
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.
3. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z szufladą o wysokości 9 cm?
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.
4. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z komorą bez wewnętrznej dodatkowej półki, co w żaden sposób nie pogarsza walorów użytkowych szafki?
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.
5. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z półką na buty o wysokości 11,7 cm?
Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.
6. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatami z HPL o gr. 8 mm?
Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.
7. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową bez wnęki na butelki?
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.
8. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z punktowym montażem wieszaków na ręczniki?
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie:

dot. załącznik nr 1 do SWZ

1. Czy Zamawiający dopuści szafki przyłóżkowe o następujących parametrach:

Szafka przyłóżkowa jednostronna (szuflada, drzwiczki) z blatem z laminatu HPL

WYKONANIE:

- blat z wodoodpornej płyty laminatu HPL o grubości 10 mm; blat w kolorze białym z zaokrąglonymi narożnikami
 - korpus szafki wykonany z blachy i profili stalowych pokrytych farbą proszkową (w kolorze białym), front malowany na wybrany kolor wg palety RAL, wyposażona w podwójne koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 55 mm (białe), w tym 2 z blokadą; koła niebrudzące podłoża
 - szuflada na prowadnicach rolkowych, szuflada o wysokości 105mm, zabezpieczona przed całkowitym wyjęciem
 - wewnątrz szafki wyjmowana półka
 - między szufladą i szafką wolna przestrzeń na dodatkowe rzeczy pacjenta o wysokości 140mm
 - wkład na butelki z tworzywa ABS w kolorze białym, umieszczony z boku szafki
 - uchwyty szafki i szuflady metalowe
 - szafka wyposażona w reling na ręcznik
- Wymiary: 525x460x860 mm





GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY SZPITAL KLINICZNY

IM. HELIODORA ŚWIĘCICKIEGO

UNIwersytetu Medycznego Im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

ul. Polna 33, 60-535 Poznań, NIP: 781-16-21-484, REGON: 000288840, KRS: 0000002866

Wymiary części szafki z drzwiczkami (komory): 380x430x475 mm

Wymiary powierzchni użytkowej szuflady: 350x280x105 mm

Wysokość powierzchni użytkowej wkładu bocznego z tworzywa ABS: 1x413mm, 1x263 mm

[szerokość x głębokość x wysokość]

Odp.: Zgodnie z SWZ.



GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY SZPITAL KLINICZNY IM. HELIODORA ŚWIĘCICKIEGO
UNIwersytetu Medycznego Im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

kontakt: office@gpsk.ump.edu.pl

KONTO BANKOWE BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 37 1130 1088 0001 3124 0720 0002

