



Poznań, dnia 12.03.2025 roku

Oznaczenie sprawy: PN-22/25

**Uczestnicy postępowania  
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  
na dostawę aparatury medycznej wraz z montażem i szkoleniem**

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

W związku z otrzymanymi zapytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r - Prawo zamówień publicznych poniżej zamieszcza treść zapytań wraz z odpowiedziami:

Część nr 4 - APARAT DO ZNIECZULANIA WRAZ Z KARDIOMONITOREM – 1 szt.

1. pkt. 76. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje modułu transportowego opisanego w tym punkcie, który współpracuje z monitorem modułowym opisanym w punkcie 85? Aparaty do znieczulania dostępne na rynku nie posiadają modułów transportowych. Moduły transportowe monitorujące opisane parametry życiowe pacjenta są elementem systemu monitorowania parametrów hemodynamicznych pacjenta – monitorów o większych ekranach.

Odp. Zgodnie z SWZ.

2. pkt. 108. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający zaakceptuje aparat do znieczulenia z rozwiązaniem równoważnym, systemem automatycznego sterowania gazem (ACA) umożliwiającym wstępne ustawienie: docelowej ilości wdychanego tlenu oraz końcowo-wydechowe poziomu stężenia środka anestetycznego?

Odp. Zamawiający dopuszcza do złożenia oferty.

3. Pkt 114. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający zaakceptuje aparat do znieczulenia z automatycznym układem bezpieczeństwa, który w przypadku nadmiernego przecieku w układzie rur pacjenta, podaje adekwatną mieszaninę świeżych gazów oraz anestetyku i przyzna 2 punkty? W przypadku przecieku oferowany aparat dostarcza mieszaninę o takich samych właściwościach: mieszaninę tlenu z powietrzem lub podtlenkiem azotu i adekwatną dawkę anestetyku.

Odp. Zgodnie z SWZ.

4. Pkt 116. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiając zaakceptuje aparat do znieczulenia z regulacją ciśnienia wdechu w zakresie: 5–90 cmH<sub>2</sub>O oraz wspomagania ciśnieniowego w zakresie: 3-60 cmH<sub>2</sub>O i przyzna 2 punkty? Oferowany zakres spełnia adekwatne wymagania stosowanych nastaw parametrów fizjologicznych pacjenta stosowanych w czasie zabiegów.

Odp. Zgodnie z SWZ.

5. pkt. 118. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający zaakceptuje aparat do znieczulania z dwuczęściowym automatycznym testem składającym się z procedury testowania układu respiratora oraz trybu ręcznego i przyzna 2 punkty? Pełna procedura testowa opisana jest na ekranie aparatu w formie graficznej i tekstowej.

Odp. Zgodnie z SWZ.

6. pkt. 119. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający zaakceptuje aparat do znieczulania z alarmem niepodłączonych węży gazów medycznych i przyzna 2 punkty? Węże stosowane w aparatach do znieczulania posiadają kodowane wtyki, zabezpieczające przed nieprawidłowym podłączeniem do gniazd centralnej instalacji gazów medycznych.

Odp. Zgodnie z SWZ.

