

Konin, 20.03.2025 r.

**EP.252.5.2025**

**(nr. wew. WSZ-EP-5/138/2025)**

**Wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego/  
Strona internetowa prowadzonego postępowania**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, o wartości mniejszej niż progi unijne, na zadanie pod nazwą: „Dostawa niejałowych wyrobów medycznych i materiałów higienicznych”, nr referencyjny postępowania: WSZ-EP-5/2025**

**Odpowiedź na zapytania w sprawie SWZ – nr 1**

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – zwanej dalej „SWZ”.

W związku z powyższym działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), zwanej dalej „Ustawą Pzp.”, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

**PYTANIE 1 – dotyczy pakiet 6, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści wycenę kieliszków jednorazowych do podawania leków w opakowaniach zbiorczych po 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem na 5.000 opakowań?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ. Zamawiający nie określa sposobu pakowania przedmiotu zamówienia, w związku z tym Formularz asortymentowo – cenowy przewiduje wycenę za 1 sztukę.**

**PYTANIE 2 – dotyczy pakiet 6, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści wycenę przykrywek na kieliszki jednorazowe do podawania leków w opakowaniach zbiorczych po 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem na 250 opakowań?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ. Zamawiający nie określa sposobu pakowania przedmiotu zamówienia, w związku z tym Formularz asortymentowo – cenowy przewiduje wycenę za 1 sztukę.**

**PYTANIE 3 – dotyczy pakietu 12, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści jednorazowe woreczki do transportu substancji biologicznych: materiałów zakaźnych zawierających drobnoustroje, patogeny, mikroorganizmy tj. bakterie, wirusy. Wodoszczelne, wykonane z folii polietylenowej o grubości 30 µm i wymiarze 165 mm x 265 mm; łatwe otwieranie nie wymagające użycia tnących narzędzi; trwałe i szybkie zaklejanie samoprzylepne, dodatkowa kieszeń do umieszczania dokumentów; etykieta ostrzegawcza trwale umieszczona na woreczku.

Niewielka różnica w parametrach technicznych nie ma żadnego wpływu na walory użytkowe, a dopuszczenie powyższego pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty, na czym Zamawiającemu jako dysponentowi środków publicznych powinno zależeć.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w tym zakresie. Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania.**

**PYTANIE 4 – dotyczy pakietu 12, pozycja 1**

Ze względu, że jednorazowe woreczki do transportu substancji biologicznych nie podlegają rejestracji jako wyrób medyczny na podstawie ustawy o wyrobach medycznych z dnia 07.04.2022 r., (Dz. U. z 2022 r., poz. 974), ponieważ nie mieszczą się w definicji wyrobu medycznego, zawartej tej ustawie. W związku z wnosimy o odstępianie od wymogu przedstawiania deklaracji zgodności CE, która w przypadku wyrobów niemedyceńskich nie jest wymagana oraz dopuszczenie stawki VAT wynoszącej 23%.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę na odstępianie od wymogu przedstawienia deklaracji zgodności w przypadku przedstawienia certyfikatu wykonania zgodnie z normą UN3373 przewidzianą dla towarów klasy 6.2 typ B klasyfikacji materiałów niebezpiecznych. W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje: zapisy Rozdziału XIX SWZ - Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych w pkt 1 oraz zapisy § 1 Załącznika nr 4 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy. Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 4 zostaną zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania.**

Zamawiający informuje, że niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zamówienia.

*Osoba do kontaktu:  
Żaneta Borowska  
Dział Zamówień Publicznych  
tel. 63 240 -41-33*